

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

Název veřejné zakázky:	Rozvoj infektologického pracoviště Nemocnice Kyjov – IV. etapa, zdravotnická technika
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Sídlo:	Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov
IČO:	002 26 912
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na dodávky
Forma zadávacího řízení:	Otevřené nadlimitní řízení

Na základě obdržené žádosti či žádostí poskytuje zadavatel níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

DOTAZ 1

VZ část 2 - ODSÁVAČKY

V technické specifikaci je v nadpisu uvedeno Odsávačka elektrická vč. vozíku - 2 ks.

Níže pak jako první bod specifikace je uvedeno odsávačka elektrická a v dalším bodu je uvedeno napájení síť / baterie.

V návrhu kupní smlouvy jsou jako předmět smlouvy uvedeny elektrické / bateriové odsávačky vč. vozíků (2 ks).

Který typ požadovaných odsávaček je správný? Elektrické nebo elektrické / bateriové?

ODPOVĚĎ 1

Zadavatel požaduje odsávačku, která umožní oba způsoby napájení, tj. která bude napájena ze sítě a v případě potřeby bude fungovat i jen na baterii. Technická specifikace je dle názoru zadavatele správně.

INFORMACE

Zadavatel posoudil výše poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace a konstatuje, že povaha vysvětlení nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.