

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

pro zadání nadlimitní veřejné zakázky
na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

s názvem

„REACT EU – sety chirurgických nástrojů“



EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Zadavatel obdržel 21.9.2023 prostřednictvím profilu zadavatele písemnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace jednoho z uchazečů.

Zadavatel poskytuje dle §98 odst. 3. zákona toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

„Prosíme o bližší specifikaci nástroje č. 103. ruční aplikátor (kleště) klipů mírně zakřivený nejlépe obrazovou + typ klipů, se kterými má být kompatibilní (Ethicon, Pilling-Weg,) pro položku“

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel sděluje, že požaduje kompatibilitu s klipy WEG

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

„Akceptuje zákazník u nástroje č. 102 autofix mathieu tvrdokovový 17cm místo požadovaných 18cm? Světový standard je 17cm a 18cm je rozměrový atyp.“

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel sděluje, že akceptuje rozměr 17cm.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

“Standardizovaný vnější rozměr kontejnerové vany kontejneru 1STU (jednotková maximální velikost) je pro kompatibilitu standardizovaných komor parních sterilizátorů (autoklávů) max 600mm. Požadovaná délka u

položky 109. 2 vnitřní rozměr kontejnerové vany min cca 620 x 250 x 200mm (dle platné EN) je nezvyklý atyp a nikdo z nám známých výrobců sterilizačních kontejnerů tento rozměr nenabízí. Akceptuje zákazník max. délku kontejnerové vany 600mm?"

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Zadavatel sděluje, že akceptuje navrhovanou délku.

Zadavatel jako přílohy tohoto souboru Vysvětlení ZD č. 1 poskytuje upravenou Specifikaci předmětu plnění. Účastníci použijí tento upravený dokument při zpracování svých nabídek.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 30.10. 2023 do 10:00 hodin**

Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění

V Ivančicích

Ing. Pavel Baláš
Náměstek ředitele pro HTS
Zástupce zadavatele