

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

pro zadání nadlimitní veřejné zakázky
na dodávku zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

s názvem

„ REACT EU – EKG“



EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Zadavatel obdržel 4.10.2023 prostřednictvím profilu zadavatele písemnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace jednoho z uchazečů.

Zadavatel poskytuje dle §98 odst. 3. zákona toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

„Zadavatel v příloze č.3 - Specifikace předmětu plnění požaduje kompatibilitu se stávajícím serverovým Centrálním Monitorovacím Systémem. Je možné sdělit bližší informace ohledně tohoto systému (název, způsob komunikace atd.)?“

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel sděluje, že používá Centrální monitorovací Systém umístěný na serveru zadavatele, jehož výrobce je firma Mindray. Tento systém komunikuje s instalovanou e-Gateway, která následně odesílá data do Nemocničního informačního systému FONS.

V Ivančicích

Ing. Pavel Baláš
Náměstek ředitele pro HTS
Zástupce zadavatele