

OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ UCHAZEČE Z ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také „Zákon“)

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK.

režim veřejné zakázky	nadlimitní veřejná zakázka
druh zakázky	veřejná zakázka na dodávky
druh zadávacího řízení	otevřené řízení
adresa veřejné zakázky na profilu Zadavatele	https://zakazky.krajbezkorupce.cz/contract_display_31585.html
datum zahájení řízení	28. 7. 2023

Identifikační údaje Zadavatele

Název Zadavatele:	Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace
Sídlo Zadavatele:	Široká 390/16, 664 91 Ivančice
Statutární zástupce:	Ing. Jaromír Hruběš, ředitel
IČ Zadavatele:	00225827
Adresa profilu Zadavatele:	https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_112.html

ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ UCHAZEČE Z ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

Zadavatel **rozhodl** o vyloučení nabídky dodavatele

MGVIVA, a. s.

Křenova 438/37

162 00 Praha 6

IČO: 17321611

Odůvodnění:

Účastník **MGVIVA, a. s., Křenova 438/37, 162 00 Praha 6, IČO: 17321611** v rozporu s přílohou č. 3
Zadávací dokumentace - Specifikací předmětu plnění, nabídl parametry:

Dynamický režim 1 ze 2 (zadavatel požadoval 1 ze 3 nebo 1 ze 4)

Podpora povrchu těla na 50% (zadavatel požadoval minimálně 75%)

20 vzduchových komor (zadavatel požadoval minimálně 27 vzduchových komor)

Zadavatel si vyžádal zapůjčení nabízeného systému k otestování, při kterém si ověřil, že výše uvedené parametry nejsou splněny.

Poučení o námitkách:

Námítky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky musí stěžovatel podat v souladu s ustanovením § 241 a násl. Zákona a doručit je zadavateli do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.

<u>za Zadavatele:</u> Ing. Jaromír Hrubeš, ředitel	<u>datum a podpis:</u>  05. 10. 2023
--	--

Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace
Široká 16
664 95 Ivančice

①