

REACT EU – laboratorní centrifugy**PROTOKOL O PRVNÍM JEDNÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE**

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na <https://zakazky.krajbezkorupce.cz/>.

režim veřejné zakázky	nadlimitní veřejná zakázka
druh zakázky	veřejná zakázka na dodávky
druh zadávacího řízení	otevřené řízení
Celková předpokládaná hodnota bez DPH, z toho:	550 000 Kč
předpokládaná hodnota dodávky	500 000 Kč
předpokládaná hodnota servisu	50 000 Kč
adresa veřejné zakázky na profilu Zadavatele	https://zakazky.krajbezkorupce.cz/contract_display_31952.html
datum zahájení řízení	23. 8. 2023

Identifikační údaje Zadavatele

Název Zadavatele:	Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace
Sídlo Zadavatele:	Široká 390/16, 664 91 Ivančice
Statutární zástupce:	Ing. Jaromír Hrubeš, ředitel
IČ Zadavatele:	00225827
Adresa profilu Zadavatele:	https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_112.html

REACT EU – laboratorní centrifugy

V Ivančicích dne 26. 9. 2023

1. Úvodní ustanovení

Hodnotící komise zasedla výše uvedeného dne na adrese sídla zadavatele od 13:00 hod.

Jsou přítomni:

řádně jmenovaní členové komise: **Ing. Pavel Baláš, MUDr. Hana Korsová, Mgr. Dagmar Šoukalová**

Členové komise převzali svoje jmenování a prohlašují svoji nepodjatost ve smyslu § 44 Zákona.

Komise může jednat a usnášet se.

Komise schválila jednací řád, který je přílohou tohoto protokolu.

2. Předseda komise

Předsedou komise byl zvolen: **MUDr. Hana Korsová**

3. Seznam nabídek

Ve lhůtě po podání nabídek byly doručeny tyto nabídky:

Pořadové číslo	Identifikační údaje účastníka	IČO	Datum podání nabídky	Čas podání nabídky
1	Trigon Plus, s. r. o.	46350110	22. 9. 2023	13:50:38
2	Schoeller Instruments, s. r. o.	25065939	22. 9. 2023	14:56:08
3	BioTech, a. s.	25664018	22. 9. 2023	16:24:18

4. Hodnocení nabídek

Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídek dle § 114 zákona. Zadavatel bude ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit na základě nejvýhodnější nabídkové ceny

Celková nabídková cena bez DPH 100 bodů

Při posouzení nabídek dodavatelů byly jednotlivé nabídky seřazeny dle výše nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší a vybrána byla ta s nejnižší nabídkovou cenou.

Pořadí	Účastník	Nabídková cena bez DPH
1.	Schoeller Instruments, s. r. o.	344 295 Kč
2.	BioTech, a. s.	376 500 Kč
3.	Trigon Plus, s. r. o.	408 200 Kč

REACT EU – laboratorní centrifugy**5. Posouzení nabídek**

Hodnotící komise posoudila cenovou nabídku uchazeče **Schoeller Instruments, s. r. o., Vídeňská 1398/124, 148 00 Praha 4, IČO: 25065939** z hlediska splnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a konstatuje, že posuzovaná nabídka vykazuje následující nejasnosti:


Shledání hodnotící komise a výzva k objasnění nebo doplnění:

Hodnotící komise shledala, že účastník ve své nabídce předložil dokument Specifikace předmětu plnění. Hodnotící komise však konstatuje, že v položce 15 je požadovaná hlučnost do 55dB, v nabídce byla tato hodnota odsouhlasená, ale na webových stránkách dodavatele [ROTINA380 380R EN.pdf \(instruments.cz\)](#), je pro nabídnutý rotor 1754 uvedená hodnota 60 dB.

ROTINA 380 | 380 R

**SWING-OUT ROTOR, 4-PLACE | 1754**

Rotor		Bucket	
max. RPM max. RCF	5,000 min ⁻¹ 4,863	lid baseal [®]	1751
max. capacity	4x200 ml	Cat. No.	1752
run-up run-down, braked in sec	42 27		
angle max. noise level	90° 60 dB (A)		
temperature in °C [°]	0		
Cat. No.	1754		



Obdobně v položce 34 je požadovaná hlučnost do 55dB, v nabídce byla tato hodnota odsouhlasená, ale na webových stránkách dodavatele [ROTINA380 380R EN.pdf \(instruments.cz\)](#), je pro nabídnutý rotor 1754 uvedená hodnota 60 dB.

Hodnotící komise se proto rozhodla vyzvat účastníka k objasnění, proč do cenové nabídky uvedl rozdílné informace.

Dále uchazeč nepředložil dokument o IVD certifikaci, které zadavatel požaduje v položkách 16 a 35 Specifikace předmětu plnění. Hodnotící komise se proto rozhodla vyzvat účastníka k doložení uvedené IVD certifikace.

Doložte prosím:

Objasnění nebo doplnění nabídky v podobě:

Hodnotící komise shledala, že účastník ve své nabídce – tabulce specifikace předmětu plnění uvedl parametry rozdílné od parametrů uvedených na veřejně dostupných webových stránkách.

Zadavatel požaduje objasnění, proč do cenové nabídky uvedl rozdílné informace.

Současně žádáme o předložení dokumentu o IVD certifikaci – viz položky 16 a 35 specifikace předmětu plnění.

Zadavatel stanovuje lhůtu pro předložení požadovaného objasnění a doplnění nabídky **do 5 pracovních dnů od doručení této Výzvy.**

V uvedené lhůtě je nutno dokumenty předložit v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje na adrese: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_112.html

REACT EU – laboratorní centrifugy

Hodnotící komise posoudila cenovou nabídku uchazeče **BioTech, a.s., Služeb 3056/4, 108 00 Praha 10, IČ: 25664018** z hlediska splnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a konstatuje, že posuzovaná nabídka vykazuje následující nejasnosti:

Shledání hodnotící komise a výzva k objasnění nebo doplnění:

Hodnotící komise shledala, že účastník ve své nabídce předložil dokument Specifikace předmětu plnění. Hodnotící komise však konstatuje, že v položce 15 je požadovaná hlučnost do 55dB, v nabídce byla tato hodnota odsouhlasená, ale na webových stránkách dodavatele je uvedena hodnota nižší než 63 dB v závislosti na použitém rotoru.

Hodnotící komise se proto rozhodla vyzvat účastníka k doložení hlučnosti pro nabízenou kombinaci centrifuga+rotor.

Obdobně hodnotící komise rozhodla vyzvat účastníka k doložení hlučnosti u položky 34 Specifikace předmětu plnění.

Dále uchazeč nepředložil dokument o IVD certifikaci, které zadavatel požaduje v položkách 16 a 35 Specifikace předmětu plnění. Hodnotící komise se proto rozhodla vyzvat účastníka k doložení uvedené IVD certifikace.

Doložte prosím:

Objasnění nebo doplnění nabídky v podobě:

Hodnotící komise shledala, že účastník ve své nabídce – tabulce specifikace předmětu plnění uvedl parametry rozdílné od parametrů uvedených na veřejně dostupných webových stránkách. Zadavatel požaduje doložení hlučnosti pro nabízenou kombinaci centrifuga+rotor, resp. kombinaci chlazená centrifuga/rotor.

Zadavatel požaduje objasnění, proč do cenové nabídky uvedl výše uvedené informace.

Současně žádáme o předložení dokumentu o IVD certifikaci – viz položky 16 a 35 specifikace předmětu plnění.

Zadavatel stanovuje lhůtu pro předložení požadovaného objasnění a doplnění nabídky **do 5 pracovních dnů od doručení této Výzvy.**

V uvedené lhůtě je nutno dokumenty předložit v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje na adrese: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_112.html

Hodnotící komise posoudila cenovou nabídku uchazeče **TRIGON PLUS, s.r.o., Západní 93,0251 01 Čestlice, IČ: 46350110** z hlediska splnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a konstatuje, že posuzovaná nabídka vykazuje následující nejasnosti:

Uchazeč nepředložil dokument o IVD certifikaci, které zadavatel požaduje v položkách 16 a 35 Specifikace předmětu plnění. Hodnotící komise se proto rozhodla vyzvat účastníka k doložení uvedené IVD certifikace.

Doložte prosím:




Objasnění nebo doplnění nabídky v podobě:

Hodnotící komise shledala, že účastník ve své nabídce nepředložil dokument o IVD certifikaci, proto žádáme o předložení dokumentu o IVD certifikaci – viz položky 16 a 35 specifikace předmětu plnění.

Zadavatel stanovuje lhůtu pro předložení požadovaného objasnění a doplnění nabídky **do 5 pracovních dnů od doručení této Výzvy.**

V uvedené lhůtě je nutno dokumenty předložit v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje na adrese: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_112.html

REACT EU – laboratorní centrifugy**6. Podpisy**

Přítomní členové/ náhradníci	podpis
Ing. Pavel Baláš	 Ing. Pavel Baláš, MBA
MUDr. Hana Korsová	 MUDr. Hana Korsová
Mgr. Dagmar Šoukalová	

REACT EU – laboratorní centrifugy

Příloha: Jednací řád hodnotící komise

- 1. Úvod**

Jednací řád pro posouzení a hodnocení nabídek tvoří základní organizační a procesní normu pro činnost hodnotící komise (dále jen komise).
- 2. Podjatost členů komise**

Členové komise jsou povinni před zahájením vlastního posouzení a hodnocení nabídek stvrdit, že nejsou ve střetu zájmů ve smyslu § 44 Zákona. Dále potvrzují svoji nepodjatost čestným prohlášením. Pokud některému z členů/náhradníků komise vznikne důvod k podjatosti, neprodleně to oznámí zadavateli a od tohoto okamžiku se nesmí, až do rozhodnutí zadavatele, účastnit jednání komise.
- 3. Schopnost komise jednat a usnášet se**

Komise je schopná jednat a usnášet se a činit závěry v případě, že jsou na jednání komise přítomny nejméně 2/3 členů komise a náhradníků. Pokud je členů komise a náhradníků méně, není komise usnášení schopná a nesmí činit žádné závěry vedoucí k dokončení posouzení a hodnocení nabídek.
- 4. Předseda komise**

Komise zvolí na počátku jednání předsedu komise. Předseda pak řídí jednání komise a v případě potřeby svolává další jednání komise. V případě jeho nepřítomnosti řídí jednání jiný člen komise nebo její náhradník.
- 5. Rozhodování komise**

Komise v procedurálních, organizačních a obsahových otázkách rozhoduje většinou hlasů přítomných členů a náhradníků.
- 6. Mlčenlivost**

Všichni členové komise jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti se svou účastí v komisi.
- 7. Protokoly o jednání komise**

Z každého jednání komise bude pořízen protokol o jednání, a podepsán přítomnými členy komise a náhradníky. Každý přítomný účastník jednání komise má právo svoje odlišné stanovisko vyjádřit v tomto zápise.