

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

pro zadání nadlimitní veřejné zakázky
na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

s názvem

„REACT EU – sety chirurgických nástrojů“



EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Zadavatel obdržel 9.10.2023 prostřednictvím profilu zadavatele písemnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace jednoho z uchazečů.

Zadavatel poskytuje dle §98 odst. 3. zákona toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

„Zadavatel požaduje u položky č. 5 jemný (deschamps) tupý 20 cm. Tento nástroj existuje v levém nebo pravém provedení. Jaký typ požaduje zadavatel?“

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel sděluje, že požaduje levý i pravý jemný (deschamps) tupý 20 cm

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

„Dále zadavatel požaduje u položky č. 38 mini langenback 16 cm - kratší lopatka, prosíme o doplnění přesného rozměru k velikosti lopatky.“

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel sděluje, že požaduje háček s délkou 21 cm a lopatkou 28x14 mm

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

„U pol. č. 50 bipolární pinzeta včetně kabelu jemný hrot délka 14-18 cm uvádí zadavatel 4ks. Požaduje zadavatel pouze 4 ks pinzet + 1ks kabelu, nebo 4 ks pinzet + 4 ks kabelu?“

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Zadavatel sděluje, že požaduje ke každé pinzetě i kabel

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

„Zadavatel požaduje u položky č. 92 břšní hák (harrington) 127x62 mm 37 cm. U většiny výrobců je standardní délka nástroje 32 cm. Bude zadavatel akceptovat i tento rozměr? Pokud zadavatel trvá na délce 37 cm, prosíme o zaslání obrazové dokumentace.“

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Zadavatel sděluje, že budeme akceptovat délku nástroje 32 cm

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

„Dále u položky č. 109.2 vnitřní rozměr kontejnerové vany uvádí zadavatel min rozměry vany cca 620 x 250 x 200 mm. I přes to, že zadavatel ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 akceptuje max. délku vany 600 mm v případě šířky 250 mm námi nabízené kontejnery nesplňují požadavek tolerance +- 10%. Bude zadavatel akceptovat námi nabízený rozměr kontejnerů, který je 580 x 280 x 205 mm?“

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Zadavatel sděluje, že bude akceptovat uvedené rozměry.

Zadavatel jako přílohy tohoto souboru Vysvětlení ZD č. 4 poskytuje upravenou Specifikaci předmětu plnění. Účastníci použijí tento upravený dokument při zpracování svých nabídek.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 30.10. 2023 do 10:00 hodin**

Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění

V Ivančicích

Ing. Pavel Baláš - Náměstek ředitele pro HTS, Zástupce zadavatele