

Veřejná zakázka

REACT EU – EKG

OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ UCHAZEČE Z ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také „Zákon“)

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK.

režim veřejné zakázky	nadlimitní veřejná zakázka
druh zakázky	veřejná zakázka na dodávky
druh zadávacího řízení	otevřené řízení
adresa veřejné zakázky na profilu Zadavatele	https://zakazky.krajbezkorupce.cz/contract_display_32464.html
datum zahájení řízení	14.9. 2023

Identifikační údaje Zadavatele

Název Zadavatele:	Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace
Sídlo Zadavatele:	Široká 390/16, 664 91 Ivančice
Statutární zástupce:	Ing. Jaromír Hruběš, ředitel
IČ Zadavatele:	00225827
Adresa profilu Zadavatele:	https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_112.html

ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ UCHAZEČE Z ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

Zadavatel **rozhodl** o vyloučení nabídky dodavatele

BTL zdravotnická technika, a. s.
Makovského náměstí 3147/16
616 00 Brno
IČO: 26884143


Odůvodnění:

Účastník **BTL zdravotnická technika, a. s., Makovského náměstí 3147/16, 616 00 Brno, IČO: 26884143** v rozporu s přílohou č. 3 Zadávací dokumentace - Specifikací předmětu plnění, nabídl parametry:

- Vzorkovací frekvenci 8000 vzorků na kanál (zadavatel požadoval vzorkovací frekvence min. 16000 vzorků na kanál)
- Dynamický rozsah +/- 5 mV, +/- 300 mV střídavý (zadavatel požadoval +/- 10 mV stejnosměrný +/- 600 mV)

Poučení o námitkách:

Námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky musí stěžovatel podat v souladu s ustanovením § 241 a násl. Zákona a doručit je zadavateli do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.

<u>za Zadavatele:</u> Ing. Jaromír Hrubeš, ředitel	<u>datum a podpis:</u> 18. 10. 2023 
--	--