

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany:

na straně jedné:

Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace

se sídlem: Široká 390/16, 664 91 Ivančice

zastoupena: Ing. Jaromírem Hruběšem, ředitelem

zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddíle Pr, vložce č.
1227

IČ: 00225827

DIČ: CZ00225827

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

dále také „Objednatel“

a

na straně druhé:

ZPT Vigantice, spol. s.r.o.

se sídlem: Vigantice 266, 756 61

zastoupena: Rudolfem Stodůlkou, jednatelem

zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložce
č. 10108

IČ: 48396044

DIČ: CZ48396044

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

dále také „Zhotovitel“

I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel dodá a instaluje v objektech Objednatele systém dorozumivacího zařízení sestra - pacient, dále také „dílo“ a Objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.
2. Specifikace díla:
Podrobná specifikace dodaného a instalovaného dorozumivacího zařízení je uvedena v Technické specifikaci, která sestává z technických listů včetně typového označení a označení výrobce a tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

3. Dodání díla Objednateli je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití.
4. Dodání díla Objednateli je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné a ve stanovené lhůtě předány Objednateli.

II.

Prostory k provedení díla

1. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli prostory k provedení díla nejméně dva dny před zahájením díla.
2. Zhotovitel zodpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu. Je povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla.
3. Zhotovitel je povinen zabezpečit pracoviště proti vniknutí nepovolaných osob a zajistit obecnou bezpečnost osob a věcí v prostoru prováděných prací.

III.

Doba a místo plnění

1. Termín realizace díla a jeho předání Objednateli: do 2 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Místem plnění Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, Široká 390/16, 664 91 Ivančice.

IV.

Cena za dílo a platební podmínky

1. Celková cena je stanovena jako konečná a nepřekročitelná pro sjednané dílo.
2. Cena dle této smlouvy je stanovena následně:
=1.957.628,00 Kč, cena bez DPH,
=411.102,00 Kč, DPH ve výši 21%
=2.368.730,00 Kč, cena celkem včetně DPH
3. Sjednaná cena za dílo zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele nutné k realizaci díla.
4. Smluvní strany se dohodly, že faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu. Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího vystavení, a to bezhotovostně na účet Zhotovitele.
5. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po protokolárním předání a převzetí díla a současně je povinen ji Objednateli doručit nejpozději 3. den ode dne vystavení.
6. Pokud se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je Objednatel oprávněn v souladu s §109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, daň z přidané hodnoty uhradit na účet správce daně, aby se vyvaroval ručení za nespolehlivého plátce. Pokud Objednatel uhradí částku ve výši

DPH na účet správce daně Zhotovitele a částku bez DPH Zhotoviteli, považuje se tento závazek za splněný.

V.

Provádění, dokončení a předání díla

1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat veškeré platné předpisy v oblasti bezpečnosti a hygieny práce, požární ochrany, předpisy z oblasti ochrany životního prostředí (likvidace odpadů, nakládání s obaly).
2. Zhotovitel zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu příslušných předpisů a norem a zajistí soustavnou kontrolu nad dodržováním bezpečnosti práce.
3. Zhotovitel odpovídá v plné výši za škody, které způsobí Objednateli nebo třetí osobě on, jeho zaměstnanci nebo osoby, které použil jako své poddodavatele. Zhotovitel prohlašuje, že má k tomu sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou účastníkem třetí osobě vzniklou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti.
4. Závazek Zhotovitele odevzdat dílo včetně instalačních a montážních prací provedených v místě je splněn odevzdáním díla v termínu dle čl. III. této smlouvy bez vad a nedodělků.
5. Dílo musí být plně funkční, musí vyhovovat všem právním předpisům a platným normám (i technickým) a musí u něho být před předáním úspěšně provedeny všechny předepsané revize a zkoušky.
6. Zhotovitel je povinen Objednateli písemně oznámit den, v němž bude zahájeno přejímací řízení díla a to alespoň jeden pracovní den předem.
7. O předání díla bude mezi smluvními stranami sepsán předávací protokol. Předávací protokol musí být datován a podepsán Objednatel a Zhotovitelem, resp. jejich oprávněnými zástupci.
8. Objednatel není povinen dílo převzít, pokud mu nebudou doloženy zápisy o úspěšně provedených zkouškách vyžadovaných právními předpisy a normami.
9. Objednatel dále není povinen dílo převzít, pokud mu nebudou doloženy:
 - návody k obsluze v českém jazyce,
 - certifikáty a prohlášení o shodě,
 - protokoly o zaškolení obsluhy.
10. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu kvality díla a použitých materiálů a přizvat si podle potřeby nezávislou kontrolní osobu. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost.

**VI.
Sankce**

1. V případě prodlení Zhotovitele s dodáním díla dle čl. III smlouvy, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení Objednatele s úhradou jednotlivých faktur zaplatí Objednatel Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

**VII.
Vlastnické právo a nebezpečí škody**

1. Vlastnické právo a nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele podpisem předávacího protokolu.

**VIII.
Další ujednání**

1. Jakýmkoli nárokem na zaplacení smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo Objednatele požadovat v plné výši náhradu škody způsobenou porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.
2. Závazek splnit povinnost, jejíž plnění je zajištěno smluvní pokutou, trvá i po zaplacení této smluvní pokuty.
3. V případě, že Objednateli vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn vystavit penalizační fakturu a jednostranně započítat tuto svoji pohledávku vůči pohledávce Zhotovitele na zaplacení celkové ceny. Splatnost penalizační faktury činí 14 dnů ode dne vystavení. Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplatné pohledávky vůči Zhotoviteli proti pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli z této smlouvy.
4. Zhotovitel je oprávněn postoupit či zastavit své pohledávky vůči Objednateli z titulu této smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.
5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy a údaje v ní obsažené nepovažuje za obchodní tajemství.

**IX.
Odpovědnost za vady a záruka za jakost**

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost v tom rozsahu, že poskytnuté plnění bude po celou záruční dobu plně způsobilé pro použití ke smluvenému i obvyklému účelu a že si po celou záruční

dobu zachová smluvené i obvyklé vlastnosti. Poskytnutím záruky za jakost není vyloučena zákonná odpovědnost Zhotovitele za vady plnění.

2. Doba záruky za jakost a doba pro uplatnění práv z vadného plnění činí 24 měsíců a začíná běžet ode dne podpisu předávacího protokolu.
3. Během poskytnuté záruční doby se Zhotovitel zavazuje k bezplatnému provádění všech záručních oprav a k bezplatnému dodávání náhradních dílů a spotřebního materiálu k těmto opravám.
4. Objednatel je oprávněn u Zhotovitele uplatnit zjištěné vady kdykoliv v době trvání záruční doby, a to bez zbytečného odkladu. Vady oznámí telefonicky či mailem na kontaktní osobu.

Kontaktní osoba Zhotovitele: [REDAKCE]

Kontaktní osoba Objednatele: [REDAKCE] příp. jiný pracovník oddělení zdravotnické techniky. Pro elektronickou komunikaci je určen e-mail:

ozt@nspiv.cz

Zhotovitel je povinen zajistit odstranění vady, popřípadě zajistit náhradní řešení nejpozději do 24 hodin od nahlášení vady.

5. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit i ty vady, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do ukončení sporu Zhotovitel.

X.

Závěrečná ujednání.

1. Není-li touto smlouvou ujednáno jinak, řídí se vzájemný právní vztah mezi Objednatelem a Zhotovitelem při realizaci této smlouvy občanským zákoníkem, přičemž tato právní úprava má přednost před nepsanými obchodními zvyklostmi. Tímto ujednáním se přitom vylučuje aplikace § 558 občanského zákoníku na vztah mezi oběma stranami podle této smlouvy.
2. Pokud by se některé z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoli ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení této smlouvy. Jakákoli vada této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena dohodou účastníků přijetím ustanovení nového a platného, které bude respektovat ujednání a zájem smluvních stran.
3. Veškeré změny této smlouvy nebo její zrušení je možné činit pouze v písemné formě, a to na základě oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě.
4. Všechny záležitosti a spory vyplývající z této smlouvy se smluvní strany zavazují řešit především smírnou cestou a dohodou ve snaze odstranit nedostatky, které brání plnění smlouvy.
5. Smluvní strany se zavazují vzájemně poskytovat součinnosti při plnění této smlouvy.
6. Odmítne-li některá ze smluvních stran převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, má se za to, že písemnost doručena byla.



7. Účastníci shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy, že si tuto smlouvu přečetli, jejímu obsahu porozuměli a tato byla sepsána na základě jejich pravé, vážné a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují vlastnoruční podpisy.
8. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v úplném znění, stejně jako s uveřejněním úplného znění případných dohod (dodatků), kterými se smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to zejména prostřednictvím Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy včetně metadat zajistí Objednatel.
9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zněním § 6 odst. 1 zákona 340/2015 Sb., o registru smluv jejím uveřejněním prostřednictvím registru smluv nebo v případě předmětu smlouvy, jenž tvoří léčiva nebo zdravotnické prostředky, pak v souladu se zněním § 6 odst. 3 zákona 340/2015 Sb., o registru smluv nezávisle na uveřejnění prostřednictvím registru smluv dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
10. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.
11. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 (pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji Zhotovitel i Objednatel použít) uchovávat a poskytovat požadované informace a dokumentaci, včetně účetních dokladů, související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

V dne

Ve Viganticích dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing.
Jaromír
Hrubeš

Digitálně podepsal
Ing. Jaromír Hrubeš
Datum: 2023.10.16
13:33:57 +02'00'

Ing. Jaromír Hrubeš
Ředitel

RUDOLF
STODŮLKA

Digitálně podepsal
RUDOLF STODŮLKA
Datum: 2023.10.03
07:07:04 +02'00'

Rudolf Stodůlka
jednatel

Příloha č. 1 - Technická specifikace dorozumivacího zařízení

TABULKA SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

na veřejnou zakázku s názvem:

„REACT EU – dorozumívací zařízení pacient - sestra“

Účastník v technické specifikaci předmětu dodávky uvede obchodní název a typ nabízeného plnění.

Zadavatel dále určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů.

Účastník v technických podmínkách dodávky uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek (neplatí u hodnotících kritérií).

Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že účastník nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtně variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku Zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Předmětem díla je dodávka a montáž dorozumívacího zařízení pacient-sestra pro interní a gynekologicko - porodnické oddělení s kompletním vybavením, viz níže uvedená specifikace.

Z důvodu ochrany stávajících investic a unifikace komunikačního systému v rámci všech oddělení Nemocnice Ivančice, musí být dodané zařízení plně kompatibilní se systémem MediCall MDC V04IP z produkce společnosti ZPT Vigantice spol. s r.o, na úrovni jednotlivých hardwarových komponent systému.

Systém bude tvořen souborem samostatných funkčních jednotek a prvků. Soubor prvků bude napojen na stávající řídicí server (SSV) pomocí optického rozhraní. Sledování provozu bude možné samostatně ze stanovišť sester u terminálů personálu a na všech registrovaných místech pobytu personálu. Vedení je realizováno strukturovanou kabeláží, v místnostech pacientů a v sociálních místnostech pod omítkou. Vedení bude ukončeno předepsanými instalačními krabicemi.

Dorozumívací zařízení:

Navrhované zařízení bude určeno pro lůžkové jednotky nemocnic s potřebou trvalého kontaktu přítomných osob s obsluhou – personálem. Podstatou komunikačního zařízení bude systém duplexního hovorového spojení, který je doplněn akusticko-optickou signalizací. Zařízení bude v souladu s normou VDE 0834 „Volací zařízení v nemocnicích, ústavech sociální péče a podobných zařízeních.“ (nebo s jinou, rovnocennou normou)

Funkce systému:

Toto zařízení bude sloužit pro zajištění hovorové komunikace pacientů z lůžkových pokojů prostřednictvím patientských terminálů, k opto-akustické signalizaci u terminálu sestry, v místech přítomnosti personálu a k optické signalizaci prostřednictvím pokojových svítidel na chodbě nad pokoji. Dále bude sloužit k přenosu nouzového volání prostřednictvím táhel nouzového volání z WC a sprchových koutů pokojů.

Instalace:

Kabely min. UTP Cat. 5e. od jednotlivých prvků budou vedeny v trubkovodech. Kabely od pokojových terminálů (KJD) budou vyvedeny na chodbu pod podhledy, kde budou napojeny přes systém vlastních PoE Switch modulů.

Napájení bude řešeno centrálními zdroji.

Požadavky na technologii a způsob provedení instalace		
Obchodní název a typ nabízeného plnění: (MDC V04IP)		
zadání	splňuje	účastník nabízí
1. z důvodu ochrany stávajících investic a unifikace komunikačního systému v rámci všech oddělení nemocnice musí být dodané zařízení plně kompatibilní se systémem MediCall MDC SV04 IP na úrovni jednotlivých hardwarových komponent systému	ANO / NE	ANO
2. standart RFID tagů v celé nemocnici 125kHz, čip EM4100, Vzdálený přístup a editace RFID pomocí AD (Active Directory)	ANO / NE	ANO
3. vzdálený dohled a kontrola stavu systému 24 hod./den - (ON-LINE centrální dozorový pult, obsluha pultu zajištěna servisním technikem), služba poskytnuta zdarma, minimálně po dobu 24 měsíců záruční doby	ANO / NE	ANO
4. dlouhodobá archivace (min. 10 let) všech volání a vybavení včetně chybových logů, prohlížení prostřednictvím PC, smartphone a tabletu	ANO / NE	ANO
5. celková opticko-akustická signalizace, v souladu s platnými technickými normami	ANO / NE	ANO
6. podmínkou funkčnosti k převzetí díla je funkční předání jednotlivých pracovišť, včetně prezentace funkčnosti ON-LINE dozorového pultu	ANO / NE	ANO
7. možnost přenosu volání z EPS optická a zvuková signalizace na terminál sestry	ANO / NE	ANO
8. možnost rozšíření o monitoring (alarm) pacienta při opuštění oddělení (budovy)	ANO / NE	ANO
9. možnost rozšíření o lokalizaci mobilního pacienta i mimo budovu		
10. bezdrátové prvky musí být schváleny jako zařízení s vysokou spolehlivostí podle ETSI EN 300 220-3-1 (869,200 MHz-869,250MHz) Harmonised standard od Directive 2014/53 / EU (požaduje se doložit platný certifikát) (nebo jiné, rovnocenné řešení)	ANO / NE	ANO
11. možnost nastavení individuální hlasitosti pro koncový IP prvek, nastavení úrovně hlasitosti pro každý prvek zvlášť	ANO / NE	ANO

12.	kontrola odpojených jednotek od systému, notifikace odpojených IP prvků systému, jakož i prvků nouzového volání	ANO / NE	ANO
13.	možnost nastavení ACL pro politiku otevírání dveří	ANO / NE	ANO
14.	API rozhraní na serveru pro výměnu dat s jinými IS v rámci objektu		ANO
15.	možnost Implementace IP kamer do systému	ANO / NE	ANO
16.	systém musí být řízen z jednoho serveru pod dohledem výrobce nebo servisní organizace 24hod./den ON-LINE	ANO / NE	ANO
17.	možnost připojení GSM modulů (SMS a hovor)	ANO / NE	ANO
18.	možnost připojení SIP externích zařízení	ANO / NE	ANO
19.	software OS Linux, Open St. nebo ekvivalent - eliminace licenčních poplatků	ANO / NE	ANO
20.	komunikační jednotky v provedení s displejem, vybavené přijímacím bezdrátovým modulem a jednotkou RFID 125kHz	ANO / NE	ANO
21.	signalizační jednotky vybavené přijímacím bezdrátovým modulem a jednotkou RFID 125kHz	ANO / NE	ANO
22.	self diagnostická funkce s hlášením poruch	ANO / NE	ANO

Terminál personálu IP, RFID			
	zadání	splňuje	účastník nabízí
23.	využití digitálních technologií LAN sítě - IP komunikace (rozhraní 100BASE, vždy konektor RJ45 - female)	ANO / NE	ANO
24.	oboustranné hovorové spojení mezi sestrou a pacientem	ANO / NE	ANO
25.	hlášení na zvolené nebo všechny pokoje - centrální hlášení	ANO / NE	ANO
26.	LAN připojení k síti - centrální dohled nad všemi ústřednami pomocí softwarové podpory	ANO / NE	ANO
27.	prvky systému musí být možné konfigurovat a spravovat z centrálního dohledu	ANO / NE	ANO
28.	záloha dat hlavní ústředny a jejich ochrana při výpadku sítě	ANO / NE	ANO
29.	přenos hlasitých zpráv - požární rozhlas (přednastavená hlasová zpráva přenášena na všechny komunikační prvky systému)	ANO / NE	ANO
30.	zobrazení všech příchozích volání	ANO / NE	ANO
31.	zobrazení identifikace nebo jména pacienta	ANO / NE	ANO

32.	možnost slučování a rozpojování oddělení do logických celků	ANO / NE	ANO
33.	přehledný barevný dotykový displej hlavního terminálu, velikost min. 12 palců, bez možnosti propojování s externím displejem z důvodu omezené pracovní plochy obsluhujícího personálu	ANO / NE	ANO
34.	možnost uchycení terminálu na stěnu	ANO / NE	ANO
35.	zobrazení místa zaregistrovaného personálu	ANO / NE	ANO

Komunikační jednotka s displejem IP, bezdrátová s RFID			
zadání		splňuje	účastník nabízí
36.	zobrazení následujících informací:	ANO / NE	
36.1.	datum a čas	ANO / NE	ANO
36.2.	aktuální svátek	ANO / NE	ANO
36.3.	probíhající alamy	ANO / NE	ANO
36.4.	displej s režimem den nebo noc	ANO / NE	ANO
36.5.	nastavitelný jas	ANO / NE	ANO
36.6.	identifikace volajícího	ANO / NE	ANO
37.	obojstranné hovorové spojení	ANO / NE	ANO
38.	přenos centrálního hlášení		
39.	tlačítko vyvolání patientského volání (alarmu)	ANO / NE	ANO
40.	tlačítko registrace odborného personálu – RFID-tag	ANO / NE	ANO
41.	tlačítko pomocného personálu – RFID tag	ANO / NE	ANO
42.	tlačítko vyvolání lékařského alarmu (Blue Code)	ANO / NE	ANO
43.	možnost ovládní elektrických zámků	ANO / NE	ANO
44.	RFID technologie – adresná registrace odborného a pomocného personálu 125 kHz, RFID tag	ANO / NE	ANO
45.	hlasová navigace alarmu (systém nahlas a srozumitelně informuje o vzniku, a místě volání)	ANO / NE	ANO
46.	implementace přijímacího modulu pro bezdrátová tlačítka	ANO / NE	ANO

Signalizační jednotka, bezdrátová s RFID			
zadání		splňuje	účastník nabízí
47.	tlačítko vyvolání patientského volání (alarmu)	ANO / NE	ANO
48.	tlačítko registrace odborného personálu – RFID-tag	ANO / NE	ANO
49.	tlačítko pomocného personálu – RFID tag	ANO / NE	ANO

50.	tlačítko vyvolání lékařského alarmu (Blue Code)	ANO / NE	ANO
51.	možnost ovládání elektrických zámků	ANO / NE	ANO
52.	schválení prvku jako zařízení s vysokou spolehlivostí podle ETSI EN 300 220-3-1 (869,200 MHz-869,250MHz) Harmonised standard od Directive 2014/53 / EU (požadujeme předložení platného certifikátu výrobce) (nebo jiné, rovnocenné řešení)	ANO / NE	ANO
53.	RFID technologie – adresná registrace odborného a pomocného personálu 125 kHz, RFID tag	ANO / NE	ANO
54.	implementace přijímacího modulu pro bezdrátová tlačítka	ANO / NE	ANO

Bezdrátové tlačítko pacienta v provedení přívěsek na krk			
zadání		splňuje	účastník nabízí
55.	maximální rozměr cca 60 mm x 50mm x 20 mm	ANO / NE	ANO
56.	voděodolnost IP 57	ANO / NE	ANO
57.	výdrž baterie min. 500 alarmů	ANO / NE	ANO
58.	minimální dosah od přijímače 50 metrů	ANO / NE	ANO
59.	možnost ovládání elektrických zámků	ANO / NE	ANO
60.	schválení prvku jako zařízení s vysokou spolehlivostí podle ETSI EN 300 220-3-1 (869,200 MHz-869,250MHz) Harmonised standard od Directive 2014/53 / EU (požadujeme předložení platného certifikátu výrobce) (nebo jiné, rovnocenné řešení)	ANO / NE	ANO

Tlačítko nouzového volání IP			
zadání		splňuje	účastník nabízí
61.	konstrukční provedení bez technologických spojů z důvodu jednoduché dezinfekce	ANO / NE	ANO

Táhlo nouzového volání IP			
zadání		splňuje	účastník nabízí
62.	konstrukční provedení bez technologických spojů z důvodu jednoduché dezinfekce	ANO / NE	ANO
63.	voděodolnost IP krytí 57	ANO / NE	ANO

Svítilidlo IP 5 komorové		
zadání	splňuje	účastník nabízí

64.	svítidlo IP 5 komorové (soulad DIN VDE 0834) (nebo jiné, rovnocenné řešení)	ANO / NE	ANO
-----	---	----------	-----

Svítidlo směrové IP 5 komorové			
zadání		splňuje	účastník nabízí
65.	svítidlo IP 5 komorové, programovatelné – připojení více jednotek (soulad DIN VDE 0834) (nebo jiné, rovnocenné řešení)	ANO / NE	ANO

PoeSwitch modul			
zadání		splňuje	účastník nabízí
66.	min. 8 pozic	ANO / NE	ANO

Náhradní díly k dorozumívacímu zařízení			
zadání		splňuje	účastník nabízí
67.	garance výroby/dostupnosti náhradních dílů minimálně 5 let od ukončení záruční doby zařízení.	ANO / NE	ANO

Já (my) níže podepsaný (podepsaní) čestně prohlašuji (prohlašujeme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé,
a že dodavatel v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

Ve Viganticích dne 20.09.2023

.....
Rudolf Stodůlka
jednatel společnosti ZPT Vigantice, spol. s.r.o.