

## KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění

### 1. Smluvní strany:

na straně jedné:

**Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace**

se sídlem: Široká 390/16, 664 91 Ivančice

zastoupena: Ing. Jaromírem Hrubešem, ředitelem

zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddíle Pr,  
vložce č. 1227

IČ: 00225827

DIČ: CZ00225827

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

dále také **Kupující**

a

na straně druhé:

**MIELE, spol. s.r.o.**

se sídlem: Holandská 4, 639 00 Brno

zastoupena: Ing. Romanem Holbou, obchodní ředitelem

zapsána: v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C,  
vložka 1790

IČ: 18829503

DIČ: CZ18829503

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

dále také **Prodávající**

### I.

#### Předmět smlouvy

1. Za podmínek dohodnutých v této smlouvě se prodávající zavazuje dodat a předat kupujícímu *mycí a dezinfekční prokládací automat – 2 ks Miele PWD8626 EL CT včetně příslušenství, mycí a dezinfekční jednodveřový automat – 1 ks Miele PG8592 včetně příslušenství dle specifikace v příloze č. 3 zadávací dokumentace*, (dále také předmět koupě), a zároveň převést na kupujícího vlastnické právo k předmětu koupě a kupující se zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.

2. Podrobná specifikace předmětu koupě je uvedena v Technické specifikaci předmětu koupě, která sestává z technických listů včetně typového označení a označení výrobce a tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
3. Předmět koupě bude kupujícímu dodán jako celek. Předmět koupě musí být nový, nepoužitý, nerepasovaný, nepoškozený, plně funkční, v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem zboží a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání kupujícím. Závazek prodávajícího dodat předmět koupě zahrnuje zejména dodání veškerého materiálu a věcí nutných k řádnému provozu, montáž zařízení, instalaci a implementaci a uvedení do plně funkčního a provozuschopného stavu, náležité seznámení určených pracovníků kupujícího s obsluhou a údržbou předmětu koupě, provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, seřízení, vystavení nutných protokolů, atestů, případně jiných právních nebo technických dokladů dle zákona č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, v platném znění, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných legislativních požadavků a technických parametrů předmětu koupě, úklid po instalaci a ekologickou likvidaci obalů vzniklých při plnění této smlouvy.
4. Kupující se zavazuje předmět koupě od prodávajícího převzít spolu s vlastnickými právy a podle podmínek této smlouvy zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.

## **II.**

### **Doba a místo plnění**

1. Prodávající se zavazuje, že předmět koupě předá kupujícímu do 2 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Místem plnění předmětu smlouvy je Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, Široká 390/16, 664 91 Ivančice.
3. Místo plnění k provedení instalace se kupující zavazuje prodávajícímu předat nejpozději v den zahájení instalace, který prodávající kupujícímu oznámí písemně alespoň tři pracovní dny předem.

## **III.**

### **Kupní cena**

1. Celková kupní cena za předmět koupě, včetně provedení instalace a dalších povinností prodávajícího souvisejících s předáním předmětu koupě kupujícímu specifikovaných v čl. I, odst. 3 této byla stranami dohodnuta ve výši 4.219.875,- Kč bez DPH. K této částce bude připočtena DPH v platné sazbě.
2. V kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího spojené s uskutečněním plnění dle této smlouvy.

## **IV.**

### **Platební podmínky**

1. Splatnost daňového dokladu - faktury činí 30 dní od jeho doručení kupujícímu.
2. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, faktura s dodacím listem budou vystaveny a odesílány v elektronické podobě na adresu [faktury@nspiv.cz](mailto:faktury@nspiv.cz).
3. Pokud se prodávající stane nespolehlivým plátcem DPH, je kupující oprávněn v souladu s §109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, daň z přidané hodnoty uhradit na účet správce

daně, aby se vyvaroval ručení za nespolehlivého plátce (prodávajícího). Pokud kupující uhradí částku ve výši DPH na účet správce daně prodávajícího a částku bez DPH prodávajícímu, považuje se tento závazek za splněný.

4. Tato veřejná zakázka je zadávána v rámci projektu podpořeného z IROP, investičního nástroje REACT-EU, pod názvem „Pořízení přístrojového vybavení a technologií Krajské nemocnice v Ivančicích zařazené do páteční sítě poskytovatelů urgentní péče“ - reg. č. projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21\_121/0016379. Název a reg. č. budou uvedené na daňovém dokladu – faktuře.

## **V.**

### **Provádění, dokončení a předání předmětu smlouvy**

1. Prodávající se zavazuje při provádění předmětu této smlouvy dodržovat veškeré platné předpisy v oblasti bezpečnosti a hygieny práce, požární ochrany, předpisy z oblasti ochrany životního prostředí (likvidace odpadů, nakládání s obaly). Prodávající zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu příslušných předpisů a norem.
2. Prodávající odpovídá v plné výši za škody, které způsobí kupujícímu nebo třetí osobě on, jeho zaměstnanci nebo osoby, které použil jako své subdodavatele.
3. Závazek prodávajícího dodat a předat předmět koupě včetně instalačních a implementačních prací provedených v místě je splněn odevzdáním předmětu koupě v termínu dle čl. II. této smlouvy, úplně a bez vad. Předmět koupě musí být plně funkční. Předmět koupě musí vyhovovat všem právním předpisům a platným normám (i technickým) a musí u něho být před předáním úspěšně provedeny všechny revize a zkoušky.
4. O předání předmětu koupě bude mezi smluvními stranami sepsán předávací protokol. Předávací protokol musí být datován a podepsán prodávajícím a kupujícím, resp. jejich oprávněnými zástupci.
5. Kupující není povinen předmět koupě převzít, pokud mu nebudou doloženy zápisy o úspěšně provedených zkouškách vyžadovaných právními předpisy, jinými normami (i technickými) nebo obvykle prováděnými.
6. Kupující dále není povinen předmět koupě převzít, pokud mu nebudou doloženy dle zákona č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, v platném znění:
  - návody k obsluze (v papírové a elektronické podobě), užívání a zacházení s předmětem koupě,
  - certifikáty a prohlášení o shodě,
  - protokoly o instruktáži (zaškolení) obsluhy.

## **VI.**

### **Sankce**

1. V případě, že prodávající nedodrží termíny dle čl. II. této smlouvy, má kupující právo na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové kupní ceny bez DPH, a to za každý i jen započatý den prodlení.
2. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny, má prodávající právo na úrok z prodlení ve výši dle příslušného nařízení vlády.

**VII.****Vlastnické právo a nebezpečí škody**

1. Vlastnické právo a nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujícího předáním, které je potvrzeno předávacím protokolem podepsaným oběma smluvními stranami.
2. Oprávněnou osobou k převzetí předmětu koupě a k jednání ve věcech technických za kupujícího je určen [REDAKCE], příp. jiný pracovník oddělení zdravotnické techniky. Pro elektronickou komunikaci je určen e-mail: [ozt@nspiv.cz](mailto:ozt@nspiv.cz)
3. Kontaktní osobou prodávajícího je pro účely této smlouvy určen [REDAKCE]

**VIII.****Další ujednání**

1. Jakýmkoli nárokem na zaplacení smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo kupujícího požadovat v plné výši náhradu škody způsobenou porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.
2. Závazek splnit povinnost, jejíž plnění je zajištěno smluvní pokutou, trvá i po zaplacení této smluvní pokuty.
3. V případě, že kupujícímu vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči prodávajícímu, je kupující oprávněn vystavit penalizační fakturu a jednostranně započítat tuto svoji pohledávku vůči pohledávce prodávajícího na zaplacení celkové ceny. Splatnost penalizační faktury činí 14 dnů ode dne doručení. Kupující je oprávněn kdykoliv započíst své splatné pohledávky vůči prodávajícímu proti pohledávkám prodávajícího vůči kupujícímu z této smlouvy.
4. Proávající je oprávněn postoupit či zastavit své pohledávky vůči kupujícímu z titulu této smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem kupujícího.

**IX.****Odpovědnost za vady a záruka za jakost**

1. Proávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost v tom rozsahu, že poskytnuté plnění bude po celou záruční dobu plně způsobilé pro použití ke smluvenému i obvyklému účelu a že si po celou záruční dobu zachová smluvené i obvyklé vlastnosti. Poskytnutím záruky za jakost není vyloučena zákonná odpovědnost prodávajícího za vady plnění.
2. Po dobu záruky za jakost je prodávajícím poskytováno bezplatné provádění bezpečnostně-technických kontrol (BTK).
3. Doba záruky za jakost a doba pro uplatnění práv z vadného plnění činí 24 měsíců a začíná běžet ode dne podpisu předávacího protokolu.
4. Kupující je oprávněn u prodávajícího uplatnit zjištěné vady kdykoliv v době trvání záruční doby, a to bez zbytečného odkladu. Vady oznámí telefonicky či mailem na kontaktní osobu, uvedenou v čl. VII. odst. 3.
5. Proávající je povinen zajistit odstranění vady, popřípadě zajistit náhradní řešení nejpozději do dvou pracovních dnů od nahlášení vady.
6. Proávající je povinen ve stanovené lhůtě odstranit i ty vady, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá, např. při poškození přístroje z důvodu neodborné manipulace ze strany zaměstnance kupujícího. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do ukončení sporu prodávající.

7. Pokud prodávající ve stanovené lhůtě vady neodstraní, zavazuje se prodávající zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý den prodlení.
8. V případě, že Prodávající v průběhu provádění servisu nebo bezpečnostně technické kontroly vyhodnotí, že závada nebo technický stav zařízení může vést (nebo vedl) k nežádoucí události, je povinen postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, v platném znění.

## **X.**

### **Odstoupení od smlouvy**

1. Podstatným porušením smlouvy, při kterém je smluvní strana oprávněna odstoupit, se pro účely této smlouvy rozumí zejména:
  - prodlení prodávajícího s dodáním a předáním předmětu koupě nebo kupujícího s jeho úhradou delší 30 kalendářních dnů;
  - předmět koupě nebude možné kupujícím během záruční doby užívat po dobu delší 30 kalendářních dnů;
  - výskyt více než dvou různých vad předmětu koupě nebo nedodržení odpovídající jakosti předmětu koupě;
2. Kupující má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že v důsledku působení vyšší moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž kupující vycházel při zadání zakázky.
3. Odstoupení dle této smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé smluvní straně.

## **XI.**

### **Registr smluv**

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zněním § 6 odst. 1 zákona 340/2015 Sb., o registru smluv jejím uveřejněním prostřednictvím registru smluv nebo v případě předmětu smlouvy, jenž tvoří léčiva nebo zdravotnické prostředky, pak v souladu se zněním § 6 odst. 3 zákona 340/2015 Sb., o registru smluv nezávisle na uveřejnění prostřednictvím registru smluv dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly, že údaje v této smlouvě obsažené nepovažují za obchodní tajemství a uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede kupující.

## **XII.**

### **Závěrečná ujednání.**

1. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu koupě (technické listy včetně typového označení a označení výrobce). Přílohu č. 1 vypracoval prodávající.
2. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění.
3. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.

4. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti.  
Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.
5. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak.  
Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
6. Změna nebo doplnění smlouvy může být uskutečněna pouze písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami.
7. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží kupující a jedno prodávající. V případě, že je smlouva uzavírána elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení smlouvy, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců stran.
8. Proávající je povinen minimálně do konce roku 2028 (pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji prodávající i kupující použít) uchovávat a poskytovat požadované informace a dokumentaci, včetně účetních dokladů, související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

V Ivančicích dne .....

V Brně dne 18.9.2023

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

Ing. Jaromír  
Hrubeš

Digitálně podepsal  
Ing. Jaromír Hrubeš  
Datum: 2023.10.16  
13:33:00 +02'00'

.....  
Ing. Jaromír Hrubeš  
ředitel

Ing. Roman  
Holba

Digitálně podepsal Ing.  
Roman Holba  
Datum: 2023.09.21 16:36:03  
+02'00'

.....  
Ing. Roman Holba  
obchodní ředitel



**příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu koupě**

**2 ks mycí a dezinfekční prokládací automat Miele PWD8626 materiálové číslo 11239610 vč. příslušenství, kapacita min. 18 DIN sít, š. 900 mm**

**Konstrukce přístroje:**

- dvoudveřový přístroj
- prokládací provedení s automatickým otevíráním dveří
- vertikální otevírání dveří směrem nahoru
- certifikace dle normy EN ISO 15883-1 (vystaven certifikát), s ohřevem elektro, s bezpečnostní základovou vanou/podstavcem
- celoskleněné dveře s dvojitým sklem
- snadná instalace přístrojů vedle sebe, servis možný pouze z čisté a nečisté strany
- dvouplošná konstrukce z nerezové oceli s tepelnou a zvukovou izolací
- vnější povrch; nerezová ocel 1.4301

**Kapacita:**

- 18 DIN sít
- 6 DIN sít + 3 DIN nízké kontejnery s víkem
- 4 DIN vysoké kontejnery s víkem
- až 3 MIC-OP sety

**Vybavení:**

- systém s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu
- nerezová ostříkovací ramena (1.4301) se zaoblenými rohy
- elektrický bezpečnostní zámek dveří
- dveře během mycího cyklu blokováné
- 2 přípojky Ethernet
- 1 přípojka USB
- RFID senzor pro automatické rozpoznání modulární sestavy košů vložené do mycí komory a automatické spuštění nejvhodnějšího programu pro danou kombinaci injektorových modulů
- automatické vypnutí přístroje při špičkovém zatížení el. sítě
- 2 membránová vestavěná dávkovací čerpadla
- kontrola dávkování měřením objemu
- elektronická kontrola rotace všech ostříkovacích/mycích ramen v mycím prostoru
- modul pro měření vodivosti mycích a oplachových lázní s DEMI vodou
- dvě výkonná oběhová čerpadla
- výpustní ventil do podlahy
- kombinovaná nádrž pro recyklaci a předehřev oplachové DEMI vody pro urychlení dezinfekčního cyklu
- nerezové opláštění sušícího agregátu



#### Oběhová čerpadla:

- oběhové čerpadlo 1 pro ostřikovací ramena mycího prostoru [Qmax l/min]: 400
- oběhové čerpadlo 2 pro ostřikovací ramena vloženého koše nebo pro injektorové mytí [Qmax l/min]: 600
- oběhové čerpadlo 2: s proměnnými otáčkami: 1000 – 4000 ot./min.

#### Mycí technika:

- přístroj umožňuje termickou a chemotermickou dezinfekci v parametrech uvedených ve vyhl. 306/2012 Sb. v platném znění
- nastavení teploty až na 93 °C
- objem kombinované nádrže 30L

#### Mycí prostor:

- v / š / h [mm]: 675 / 650 / 800
- objem [l]: 351
- síla stěn (stěny, strop) [mm]: 1,00
- síla stěn (dno) [mm]: 1,25
- materiál: nerezová ocel 1.4404 / 316L
- Maximální zatížení [kg] 150
- velikost ok na odpadním filtru [mm / μm] 0,2 / 200
- laserově svařovaný mycí prostor s hladkými švy a zaoblenými rohy
- přetlakové těsnění dveří
- 3 barevné osvětlení mycí komory signalizující stav mycího a dezinfekčního cyklu

#### Ovládání / Programy:

- 7" barevný dotykový displej na čisté i nečisté straně
- 42 přednastavených mycích a servisních programů
- až 200 programových pozic (přednastavené a zákaznické programy)
- paměť pro historii spuštěných programů: 200
- paměť pro chybová hlášení: 150
- programování přístroje přes displej zařízení i přes webové rozhraní
- softwarový komunikační systém pro dokumentaci mycích a sterilizačních procesů, tisk protokolů, vzdálený servisní monitoring vč. vzdáleného ovládání a nastavování přístrojů. Kompatibilita s dokumentačním SW pro mycí a sterilizační techniku provozovanou na CS nem. Ivančice.

#### Připojení médií:

- studená změkčená voda [počet / kPa] 2 / 200 – 1000
- DEMI voda [počet / kPa] 2 / 200 – 1000
- zakončení vod, závit vnější 3/4"
- stlačený vzduch (technický) [počet / kPa] 1 / 600 – 800
- výpustní ventil DN 50
- odpadní vzduch DN 125

#### Elektro: ohřev elektro:

- 3N AC 400 V 50 Hz
- celkový příkon [kW] 21





- |               |             |
|---------------|-------------|
| • jištění [A] | 3 x 32 – 35 |
| • ochrana     | IP 20       |

**Dávkování:**

- 2 membránová vestavěná dávkovací čerpadla pro mycí a neutralizační prostředek  
možnosti uložení kanystrů v přístroji: 4 x 5 Litrů nebo 1 x 10 Litrů + 2 x 5 Litrů
- možnost připojení dalších 2 vestavěných dávkovacích čerpadel

**Sušicí agregát:**

- |              |                                            |
|--------------|--------------------------------------------|
| • příkon     | 2 x 4 kW                                   |
| • výkon [m³] | 2 x 125                                    |
| • Filtry:    | 2 x hrubý filtr + 2 x HEPA filtr třídy H14 |

**Rozměry:**

- |                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| • max. výška vč. vany a sušicího agregátu [mm] | 2495 |
| • max. šířka [mm]                              | 900  |
| • max. hloubka [mm]                            | 990  |
| • ergonomická výška vkládání koše [mm]         | 850  |

**Hlučnost:**

- |            |         |
|------------|---------|
| při mytí   | 61,5 dB |
| při sušení | 62,7 dB |

**Příslušenství pro obě myčky:**

- 3x zavážecí/vyvážecí vozík, zavážecí výška 850, s odtokem pro tekutiny
- 1x injektorový mycí vozík
  - modulový systém až pro 3 MIC-OP sety
  - dle osazení lze umístit až 42 dutých nástrojů v 6 modulových vložkách s integrovanými tryskami /adaptéry
  - připojení pro sušení horkým vzduchem
  - 2 x koš pro odsávací hadice a kabely
  - 2 x koš pro rozkládací MIC nástroje
- 1x mycí vozík se 4-6 patry až na 18 mycích DIN sít
- 1x 3 podlažní mycí vozík na 3 kontejnery (VxŠxH - 150x300x600) vč. vík a 6 DIN sít, s min. 4 výstupy pro injektorové trysky
- 18x mycí DIN síto standardní velikosti vč. krycích sít
- 1x 2 podlažní mycí vozík pro OP obuv s kapacitou min. 28 párů OP obuvi vel. 44-48



**1 ks mycí a dezinfekční jednodveřový automat Miele PG8592, materiálové číslo 10124530 vč. příslušenství**

- certifikace dle normy EN ISO 15883-1 (shoda doložena certifikátem) s ohřevem elektro, max. příkon 9,3 kW
- max. vnější rozměry přístroje (v,š,h): 835 (včetně nerezového víka), 600, 600 mm
- vnější opláštění nerez
- dopředu výklopné celonerezové dveře
- mycí a dezinfekční programy s použitím chemie: pH neutrální, enzymatické nebo alkalické
- přednastavené mycí a dezinfekční programy pro zdravotnické pomůcky (např. Vario TD, Oftalmologie, OP-obuv, Speciál 93°C-10', atd.)
- bezspárově svařovaný mycí prostor s hladkými švy
- mycí prostor bez topných těles, topná tělesa skrytá
- systém s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu
- vícekomponentový filtrační systém mycí lázně
- mycí prostor vybavený dvěma nerezovými mycími rameny
- kontroly mycího tlaku a rotace ostříkovačích ramen
- dvouplášťová konstrukce z nerezové oceli s tepelnou a zvukovou izolací
- během mycího cyklu elektricky blokové dveře
- automatické dovírání a uzamykání dveří
- vestavěný horkovzdušný sušící agregát o ventilačním výkonu min. 47 m<sup>3</sup>/hod s aktivním HEPA filtrem třídy H 13 (stupeň filtrace min. 99,5 %)
- mycí a dezinfekční automat s mycím prostorem o kapacitě až 6 sít DIN, 48 GYN zrcátek nebo 14 párů OP obuvi
- výkonné oběhové čerpadlo s variabilními otáčkami o celkovém výkonu min. 500 l/min
- nerezový dotykový ovládací panel s tlačítky rychlé volby
- elektronická, programovatelná řídicí jednotka (min. 14 zákl. programů)
- výstupy pro dokumentaci průběhu mycího cyklu s možností tisku nebo připojení na PC + software pro dokumentaci procesů, nezávislou archivaci dat a vzdálený monitoring kompatibilní s mycími a dezinfekčními automaty a se sterilizační technikou provozovanou na odd. CS nem. Ivančice.
- modulární koncepce vnitřního košového vybavení
- vybavení přístroje:
  - 1 vestavěný dávkovač pro tekutou mycí chemii
  - 1 dveřní dávkovač pro tekutou oplachovou chemii
  - vestavěný kondenzátor par s rozstřikovačem
  - vestavěný změkčovač vody
  - násypka soli umístěná ergonomicky ve dveřích

**Mycí koše :**

- vozíky pro umístění min. 6 DIN sít standardní velikosti s min. 6 výstupy pro injektorové trysky
- 6 mycích DIN sít standardní velikosti