

DODAVATEL IČ 17321611 DIČ CZ17321611 MGVIVA a.s. Křenova 438/3 162 00 Praha - Veleslavin Tel.: 225 001 536 E-mail: servis@mgviva.cz	Objednávka ze dne Naše zakázka Den vystavení	Zaslání přístrojů 29.08.2023 44-3-0000237 29.08.2023
	ODBĚRATEL IČ 00226912 DIČ CZ00226912 Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace Strážovská 1247/22 697 01 Kyjov	

22. 9. 23

Vážený zákazníku, potvrzujeme tímto přijetí Vaší výše uvedené objednávky na opravu následujícího zařízení a žádáme o ODSOUHLASENÍ / ZAMÍTNUTÍ cenového návrhu k PŘÍSTROJI / NÁSTROJI převztemu k opravě :

Vaše objednávka je u nás vedena pod číslem **44-3-0000237**
 Servisní technik zodpovědný za Vaši zakázku je pan XXXXXXXXXX

Cenový návrh:

Oprava Flexi-cystoskopu/Mamba 7315.001 sn: 5000395277 - netěsní, porušený plášť.

Dle vyjádření výrobce bude částka za opravu vašeho Flexi-cystoskopu následující:

- ohybová část a zaváděcí trubice jsou zlomené
- plášť na distálním konci je potřhaný na několika místech a velmi opotřeбенý

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁHRADNÍ DÍLY A PRÁCE

kat. číslo	název	množství	MJ	cena za MJ	celkem bez DPH
9998	Oprava Flexi-cystoskopu včetně ND	1,00	ks	247 700,00	247 700,00
9998-2	Práce servisního technika - základní zdrav. technika	1,00	hod	990,00	990,00
9998	Poskytnutá jednorázová sleva - 15%	-1,00	ks	37 303,50	-37 303,50
Celkem bez DPH					211 386,50
Celkem s DPH					255 777,66

VAŠE STANOVISKO:

S provedením opravy **SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME.**

Dne XXXXXXXXXX

VYSTAVIL XXXXXXXXXX

Prohlašujeme, že na výrobky podléhající zákonu č. 22/1997 Sb. bylo vydáno Prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády č. 54/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů.