



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

**Název veřejné zakázky: „NEMOCNICE TGM HODONÍN - IV. ETAPA PROJEKTU REACT EU 98 –
ARTROSKOPICKÁ VĚŽ PRO NEMOCNICI HODONÍN“**

Zadavatel:

Název: Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace
Adresa: Purkyňova 2731/11, 695 01 Hodonín
IČO: 00226637
Zastoupen: Ing. Jiřím Kolibou, ředitelem

Zadavatel veřejné zakázky zadávané v otevřeném nadlimitním řízení dle § 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“) rozdělené na dvě části, sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce dodávky.

Dotaz: „prosím vás o odpovědi k upřesnění a vysvětlení zadávací dokumentace.

1. Zadavatel požaduje „27“ LCD FULL HD monitor, medicínský atest, poměr stran 16:9“

Bude zadavatel akceptovat nabídku na monitor o velikosti 31,5“ 4K?

Tato nabídka je v lepším rozlišení, než zadavatel požaduje, stejně tak velikost monitoru, na kterém budou zobrazeny informace o ask pumpě (aktuální průtok, atd.)

2. Zadavatel požaduje „obrazové vstupy u monitoru – SDI, S-VHS, RGB, kompozitní, SOG“

Bude zadavatel akceptovat nabídku s obrazovými vstupy – SDI, DVI, D-Port korespondující s nabízeným monitorem?

Tato nabídka plně vyhovuje standardům pro artroskopickou operativu.

3. Zadavatel požaduje „grafické vstupy u monitoru – DVI, VGA“

Bude zadavatel akceptovat nabídku pouze s grafickým vstupem – DVI?

Tato nabídka plně vyhovuje standardům pro artroskopickou operativu a systému pracujícím v rozlišení 4K.

4. Zadavatel požaduje „výstupy u monitoru – SDI, S-VHS, RGB, kompozitní“

Bude zadavatel akceptovat nabídku pouze s výstupem – DVI?

Tato nabídka plně vyhovuje standardům pro artroskopickou operativu a soudobým standardům na zobrazovací techniku. S-VHS je zastaralý standard z doby normy PAL.

5. Zadavatel požaduje u monitoru „možnost volby primárního (kamera) a sekundárního zdroje signálu (mikroskop, CT, MRI, vitální funkce...) u monitoru“

Bude zadavatel akceptovat nabídku bez této funkce?

Tato nabídka plně vyhovuje standardům pro artroskopickou operativu. Případně lze toto splnit na kamerové jednotce.

6. Zadavatel požaduje u monitoru „funkce obraz v obraze, přepínání mezi obrazy, volba velikosti sekundárního obrazu“, Případně lze obraz v obraze splnit na kamerové jednotce.

Bude zadavatel akceptovat nabídku bez funkce - volba velikosti sekundárního obrazu?

Tato nabídka plně vyhovuje standardům pro artroskopickou operativu.

7. Zadavatel požaduje u monitoru „systém DPMS – systém řízení napájení displeje (prodlužuje životnost diod v monitoru)“

Bude zadavatel akceptovat nabídku bez této funkce? Tato nabídka plně vyhovuje standardům pro artroscopickou operativu. Takto popsaná funkce je funkcí jednoho typu, z dnešní doby už technologicky překonaného monitoru. Současný standard už sám reguluje spotřebu bez speciální definice funkce.

8. Zadavatel požaduje u kamerové jednotky "U každého uživatelského módu možnost nastavení jasu, kontrastu, digitálního zoomu, funkce zvýraznění okrajů obrazu"

Bude zadavatel akceptovat nabídku bez funkce - zvýraznění okrajů obrazu? Případně popíše co přesně tato funkce dělá. Vzhledem k ortopedické aplikaci, kde jsou okraje obrazu černé díky malým optikám.

Tato nabídka plně vyhovuje standardům pro artroscopickou operativu.

9. Zadavatel požaduje u kamerové jednotky "Nastavení pokročilých obrazových nastavení u všech uživatelských módů- zvýraznění tkáňových struktur, speciální zobrazovací algoritmus pro redukci kouře, PoP (Picture out of picture)- rozdělení displeje na dva obrazy- originální a upravený obraz se zobrazují současně"

Bude zadavatel akceptovat nabídku bez funkce - speciální zobrazovací algoritmus pro redukci kouře, PoP (Picture out of picture)- rozdělení displeje na dva obrazy- originální a upravený obraz se zobrazují současně?

Tato nabídka plně vyhovuje standardům pro artroscopickou operativu. Redukce kouře v ortopedii nenastává vzhledem k vodnímu prostředí a rozdělené obrazy ani PoP také nenachází uplatnění.

10. Zadavatel požaduje u kamerové jednotky "Digitální zoom 1,8x"

Bude zadavatel akceptovat nabídku s digitálním zoomem 1,5x ve spojení se 4K rozlišením a větším monitorem? V takové kombinaci bude mít operátor lepší než požadovaný obraz včetně zvětšení.

Tato nabídka plně vyhovuje standardům pro artroscopickou operativu.

11. Zadavatel požaduje u kamerové hlavy "Optický zoom min. 2x"

Bude zadavatel akceptovat nabídku s digitálním zoomem 1,5x ve spojení se 4K rozlišením a větším monitorem? V takové kombinaci bude mít operátor lepší než požadovaný obraz včetně zvětšení. Tato nabídka plně vyhovuje standardům pro artroscopickou operativu.

12. Zadavatel požaduje u kamerové hlavy "Možnost napojení do 3D/2D kamerové jednotky a samostatné 2D kamerové jednotky"

Bude zadavatel akceptovat nabídku pouze s 2D kamerovou jednotkou? 3D zobrazení nenachází uplatnění v ortopedické operativě v malých prostorech kloubů a vodním prostředí.

Tato nabídka plně vyhovuje standardům pro artroscopickou operativu.

13. Zadavatel požaduje u kamerové hlavy "Min. 4 ovládací a programovatelná tlačítka na kamerové hlavě, které je možné obsadit 8 libovolnými funkcemi (min. menu kamery, vyvážení bílé, nahrávání (statické snímky i video), digitální zoom a další 4 volitelné funkce)"

Bude zadavatel akceptovat nabídku pouze s 2 tlačítky na kamerové hlavě? Tlačítka podporují funkci stisknutí a podržení, takže se dají nastavit celkem 4 funkce

Tato nabídka plně vyhovuje standardům pro artroscopickou operativu.

14. Zadavatel požaduje u zdroje světla "Zobrazení intenzity osvětlení v % na displeji zdroje světla"

Bude zadavatel akceptovat nabídku bez této funkce? Případně zobrazení stavu jasu při jeho změně a pak zmizení, aby nerušilo operační obraz?

Tato nabídka plně vyhovuje standardům pro artroscopickou operativu.

15. Zadavatel požaduje u zdroje světla "Integrovaný tester propustnosti světlovodných kabelů, vč. ve sterilním poli"

Bude zadavatel akceptovat nabídku bez této funkce? V nabídce máme světlovodné kabely, které ukazují míru poškození světelných vláken.

Tato nabídka plně vyhovuje standardům pro artroscopickou operativu.

16. Zadavatel požaduje "artroskop průměr 4 mm, délka 175 mm, úhel pohledu 30°"

Bude zadavatel akceptovat nabídku o délce 152,5mm?

Tato nabídka plně vyhovuje standardům pro artroscopickou operativu.

17. Zadavatel požaduje "světlovodný kabel průměr 4,8mm, délka 250cm ke každé optice"

Bude zadavatel akceptovat nabídku o průměru 5mm a délce 270cm? Takový kabel má lepší optické vlastnosti a díky delší délce umožňuje vyšší pohyblivost operátora.

Tato nabídka plně vyhovuje standardům pro artroscopickou operativu.

18. Zadavatel požaduje u artroskopické pumpy "multioborové využití pro laparoskopii, arthroskopii, hysteroskopii a ureteroskopii- instalace jednotlivých módů pomocí softwarového klíče"

Bude zadavatel akceptovat nabídku bez této funkce vzhledem k tomu, že se jedná v poptávce o artroskopickou pumpu v čistě artroskopické sestavě?

Tato nabídka plně vyhovuje standardům pro artroskopickou operativu.

19. Zadavatel požaduje u artroskopické pumpy "možnost resterilizovatelného (při 134°) i jednorázového příslušenství"

Bude zadavatel akceptovat nabídku pouze na jednorázové příslušenství?

Tato nabídka plně vyhovuje standardům pro artroskopickou operativu.

20. Zadavatel požaduje u artroskopické pumpy "součástí 2x hadicový set pro proplach resterilizovatelný"

Bude zadavatel akceptovat nabídku pouze na jednorázový hadicový set?

Tato nabídka plně vyhovuje standardům pro artroskopickou operativu."

Odpověď:

Zadavatel sděluje, že upravil technické parametry, které tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace.

Upravená technická specifikace tvoří přílohu těchto dodatečných informací.

Vzhledem k tomu, že těmito dodatečnými informacemi došlo k úpravě zadávacích podmínek, rozhodl se zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 zákona prodloužit lhůtu pro podání nabídek, a to **do 30. 11. 2023 do 10:00 hod.**

V Hodoníně dne 30. 10. 2023

GrantPoint, s.r.o.
Mgr. Ivo Macek
v zastoupení na základě plné moci