



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

**Název veřejné zakázky: „NEMOCNICE TGM HODONÍN - IV. ETAPA PROJEKTU REACT EU 98 –
ARTROSKOPICKÁ VĚŽ PRO NEMOCNICI HODONÍN“**

Zadavatel:

Název: Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace
Adresa: Purkyňova 2731/11, 695 01 Hodonín
IČO: 00226637
Zastoupen: Ing. Jiřím Kolibou, ředitelem

Zadavatel veřejné zakázky zadávané v otevřeném nadlimitním řízení dle § 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“) rozdělené na dvě části, sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce dodávky.

Dotaz č. 1: „Požadavek: Monitor/ASK pumpa- uvedení hodnot o ASK pumpě (aktuální průtok a tlak na primárním monitoru.

Dotaz: akceptuje zadavatel uvedení hodnot přímo na přehledném dotykovém displeji ASK pumpy? Takové řešení je přehledné, neruší operátora a je standardně v praxi používáno. Jedná se o plnohodnotné technické a medicínské řešení.“

Odpověď:

Zadavatel sděluje, že tento návrh řešení nebude akceptován. Zadavatel požaduje uvedení hodnot na primárním (hlavním) monitoru, a to pro lepší přehled operátora.

Dotaz č. 2: „Požadavek: Kamerová jednotka- U každého uživatelského módu možnost nastavení jasu, kontrastu, digitálního zoomu, zobrazení tkáně chrupavky.

Dotaz:

Pro vyloučení pochybností bychom si rádi ověřili, že zadavatel požaduje možnost pokročilých nastavení obrazu a to minimálně nastavení jasu, kontrastu, digitálního zoomu a speciálních módů zobrazení pro zvýraznění tkání?“

Odpověď:

Ano, zadavatel požaduje možnost pokročilého nastavení obrazu, a to minimálně jasu, kontrastu, digitálního zoomu a speciálních módů zobrazení pro zvýraznění tkání.

Vzhledem k tomu, že těmito dodatečnými informacemi nedošlo k úpravě zadávacích podmínek, lhůta pro podání nabídek zůstává nezměněna.

V Hodoníně dne 22. 11. 2023

GrantPoint, s.r.o.
v zastoupení na základě plné moci