

Nemocnice Hustopeče, příspěvková organizace

Brněnská 716/41, 693 01 Hustopeče

IČ: 04212029

Ing. Michaela Hýblerová

hyblerova.michhaela@nemhu.cz

Nové Strašecí 27. 11. 2023

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky s názvem:**„ Přímá digitalizace RTG přístroje - HAVARIJNÍ“**

Vážení,

po podrobném prostudování zadávacích podmínek výše uvedené zakázky nám vznikly určité nejasnosti. Proto vznášíme tyto dotazy:

Dotaz č. 1**Příloha č. 3 ZD – Technická specifikace - velikost pixelu a rozlišení detektoru**

Zadavatel ve své odpovědi na dotaz potenciálního dodavatele ohledně rozlišení detektorů snížil požadovanou hodnotu s 5 lp/mm (to odpovídá velikosti pixelu 100 μm) na 3,5 lp/mm (to odpovídá velikosti pixelu cca 143 μm), avšak neopravil požadavek na velikost pixelu detektorů. Současný požadavek na výše uvedeném místě zadávací dokumentace (ZD) zní: „Velikost pixelu min 139 μm “ tj. 139 μm a větší.

Předpokládáme, že se jedná o administrativní chybu a Zadavatel chtěl umožnit detektory s velikostí pixelu 139 μm a menší. Požadovaný parametr by potom ale měl znít: „Velikost pixelu max 139 μm “.

Aktuální znění tech. specifikace v ZD je tak nejednoznačné a umožňuje různý výklad.

Žádáme zadavatele, aby upřesnil, zda bude akceptovat nabídku s detektory o velikosti pixelu menší než 139 μm .

Dotaz č. 2**Příloha č. 3 ZD – Technická specifikace - DQE detektorů**

Zadavatel na výše uvedeném místě ZD požaduje pro oba detektory hodnotu parametru DQE ve výši min 74%. Standartním požadavkem RDG pracovišť je hodnota DQE 65%. Dávky záření, které detektory disponující takovouto kvantovou účinností, jsou s rezervou pod hodnotami, které jsou uváděny v rámci Národních radiologických standardů resp. Národními diagnostickými referenčními úrovněmi, zveřejněnými ministerstvem zdravotnictví ČR.

Bude zadavatel akceptovat nabídku s detektory, které mají hodnotu parametru DQE 65%?

Dotaz č. 3

Příloha č. 3 ZD – Technická specifikace - Detektory

Zadavatel na výše uvedeném místě ZD požaduje pro oba detektory parametr, který definuje jako: „High Shock Tolerance“. Toto není parametr, který by se běžně v technických požadavcích zadavatelů používal. Zřejmě se jedná o specifické označení konkrétního výrobce, které ale není obecně známé a používané.

Žádáme Zadavatele, zda by upřesnil jaký technický a funkční požadavek je vyžadován a to tak, abychom jako potencionální dodavatel mohli nabídnout technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

.....

Jan Hamadej, jednatel

