



Váš dopis zn.:

profil zadavatele

Ze dne:

Č. j.:

JMK 173633/2023

Sp. zn.:

S – JMK 168246/2023 ORR

Vyřizuje:

Keprt

Telefon:

541 651 325

Počet listů:

2

Počet příloh/listů:

0/0

Datum:

29.11.2023

Vysvětlení dodatečných informací

Informace o zadavateli:

Název

Jihomoravský kraj

Sídlo:

Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno

IČO:

70888337

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky:

Monitoring pohybu cyklistů a pěších na cyklistických trasách v Jihomoravském kraji 2024-2026

Režim veřejné zakázky:

Veřejná zakázka malého rozsahu dle ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“), zadávaná podle ust. § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb. a dle směrnice 50/INA-VOK Zadávání veřejných zakázek

Druh veřejné zakázky

Veřejná zakázka na služby

Zadavatel k podání nabídky poskytuje na žádost dodavatele doručenou dne 28.11.2023 následující vysvětlení k zasláním otázkám k výše uvedené veřejné zakázce:

Dotaz č. I/1:

Jakým způsobem bude provedeno předání sčítačů? Rozumíme tomu správně, že sčítače budou již umístěny v roce 2024 na uvedených lokalitách v obchodních podmínkách a následně je budeme jednou přesouvat v roce 2025 a jednou v roce 2026?

Odpověď na dotaz č. I/1:

Sčítače jsou již umístěny na lokalitách uvedených v obchodních podmínkách. Budou se přesouvat 2x, a to v roce 2024 a 2026 v počtu 7 ks, sčítač nový Přerov je referenčním sčítačem, který se přesouvat nebude.

Dotaz č. I/2:

Proč je u správy a údržby uvedeno 8 sčítačů a o řádek níže u výměny baterie jen 5?

Odpověď na dotaz č. I/2:

Tři baterie již byly vyměněny v roce 2022.

Upozorňujeme, že nad rámec dotazů zadavatel upřesňuje, že výměna interních baterií zahrnuje i jejich pořízení.

Dotaz č. I/3:

Jak je myšleno kalibrační sčítání 8+8h/lokalita? 8h chodci + 8h cyklisti sčítáno zároveň na jedné lokalitě?

Odpověď na dotaz č. I/3:

Celkem 16 hodin na každé lokalitě, každý rok (celkem 48h za tři roky), z toho vždy 8 hodin všední den a 8 hodin o víkendu, v rámci kalibračního sčítání budou manuálně sčítáni a rozlišeni všichni uživatelé cyklostezek tj. cyklisté, pěší, in-line bruslaři, motorová vozidla atd.)

Dotaz č. I/4:

Jak často se mění baterie u sčítačů?

Odpověď na dotaz č. I/4:

Baterie sčítačů se mění jednou za 10 let.

S pozdravem

Otisk razítka

Ing. Ivo Minařík, MPA
vedoucí odboru regionálního rozvoje