



KUJMXOQ070NA

**JIHOMORAVSKÝ KRAJ****Krajský úřad Jihomoravského kraje****Odbor investic****Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno**

Váš dopis zn.:

Profil zadavatele

Ze dne:

Č. j.:

JMK 180003/2023

Sp. zn.:

S-JMK 166967/2023 OINV

Vyřizuje:

Mgr. Zezulová

Telefon:

541 651 178

Počet stran:

2

Počet příloh/listů:

0/0

Datum:

13. 12. 2023

Zadavatel:

Jihomoravský kraj

Sídlo:

Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

IČO:

708 88 337

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky:

Nemocnice Vyškov – centrum přirozeného porodu – dodávka zdravotnické techniky II**Vysvětlení zadávací dokumentace I**

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) poskytuje na žádost dodavatele doručené dne 12. 12. 2023 následující vysvětlení zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku:

Dotaz č. 1/I:

Zadavatel v příloze č. 2 zadávací dokumentace – OBCHODNÍ PODMÍNKY - kupní smlouva v čl.V uvádí termíny plnění. Termíny plnění pro SO 01 a SO 03 jsou zřejmé. Avšak v odstavci 5 je odkazováno a další termíny se počítají od ode dne ukončení 1. etapy plnění.

Mohl by zadavatel sdělit předpoklad či přesné datum, pokud je známé, ukončení plnění 1. etapy stavební společnosti?

Odpověď č. 1/I:

Z obchodních podmínek vyplývá, že: „Prodávající se zavazuje převzít příslušné prostory k provedení montáže a instalace předmětu koupě v místě plnění vždy na základě výzvy kupujícího, a to nejpozději do 30 kalendářních dní od doručení výzvy. Prostory k provedení montáže a instalace budou prodávajícímu kupujícím předány po ukončení realizace příslušné části stavby a po předání a převzetí stavebního objektu kupujícím od zhotovitele stavby.“

Zadavatel k tomu uvádí, že termín ukončení stavební části etapy č. 1 je předpokládán dne 9.1.2024.

Dotaz č. 2/I:

Zadavatel v příloze D.1.02.5-006 Specifikace – TECH SO02 nová mj. požaduje kardiokardigrafy, které nemají v požadavku žádné ULTRAZVUKOVÉ a TOCO sondy připojené k přístroji kabelovým způsobem.

U přístrojů s číslem a označením „331101, kardiokardigraf vč. telemetrie a vozíku“ je uveden požadavek pouze na bezdrátové sondy, lze tedy předpokládat, že žádné sondy připojené kabelovým způsobem se používat nebudou a zadavatel je nepožaduje.

U přístroje s číslem a označením „331100, kardiokardigraf (BEZ telemetrie a vozíku)“ není uveden žádný počet sond. V případě, že přístroj nemá připojené sondy kabelovým způsobem nebo telemetrické sondy, není možné provádět monitorování.

Prosíme o upřesnění celkového počtu ultrazvukových a TOCO sond připojených ke všem kardiokardiografům kabelovým způsobem.

Odpověď č. 2/I:

Příloha D.1.02.5 Specifikace – TECH SO 02

Přístroj 331101 – zadavatel nepožaduje žádné sondy připojené kabelovým způsobem,

Přístroj 331100 – zadavatel požaduje dodávku drátových sond – 1x TOCO a 2x Ultrazvukové s možností záznamu dvojčat.

S pozdravem

Ing. Pavel Šrom
vedoucí odboru

v z. Mgr. Jakub Váňa
oddělení veřejných zakázek