

NAŠE ZN.: 10/2023/NŠ
VYŘIZUJE: Nikola Šedivá
TEL.: 518 601 238
E-MAIL: sediva.nikola@nemkyj.cz
DATUM: 28.12.2023

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Veřejná zakázka č. 10/2023/NŠ Injekční technika

Na základě dotazu dodavatele poskytuje zadavatel vysvětlení a změnu zadávací dokumentace k výše uveřejněné veřejné zakázce obdobně s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

I. Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost dodavatele

Znění dotazu č. 1:

„Zadavatel v technické specifikaci u 2ml stříkačky požaduje značení stupnice do objemu 3 ml a u 20ml značení stupnice do objemu 24 ml.

Dotaz: Bude zadavatel akceptovat u 2ml stříkačky prodlouženou stupnici (značení) do objemu 2,3ml a u 20ml stříkačky značení do objemu 23ml?“

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel trvá na požadavku:

2 ml – konus uložen centricky, stupnice 0,1 ml, značení do objemu 3 ml

20 ml - konus uložen excentricky, stupnice 1 ml, značení do objemu 24 ml

Znění dotazu č. 2:

„Zadavatel požaduje injekční jehly – jehla černá 22G, 0,70 x 30 mm a jehla modrá 23G, 0,60 x 30 mm.

Dotaz: Bude zadavatel akceptovat u jehly černé velikost 0,70 x 32 mm a u jehly modré 0,60 x 32 mm?“

Odpověď na dotaz č. 2:

Ano, zadavatel bude akceptovat délku jehel 32mm.

II. Změna zadávací dokumentace

Změna č. 1

Zadavatel upravuje čl. I Výzvy pro podání nabídek následovně:

Nové znění čl. I: Jednorázová injekční jehla černá **22G, 0,70 x 32 mm**

Jednorázová injekční jehla modrá **23G, 0,60 x 32 mm**

V dalších bodech beze změny.

Změna č. 2

Zadavatel posoudil poskytnutou změnu zadávací dokumentace a s ohledem na její charakter rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek.

Nové znění čl. VI. Výzvy pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek: **18.01.2024 v 09:00:00 hod.**

Dne 28.12.2023

Za zadavatele:

Mgr. Petra Böhmová, LL.B.
obchodní náměstkyně