

VYŘIZUJE: Ing. Eva Šafářová
TEL.: 518601237
E-MAIL: safarova.eva@nemkyj.cz
DATUM: 19.01.2024

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 01

Veřejná zakázka č. ŠA/2024/02 – Kontejnery na kontaminovaný odpad

Na základě dotazu dodavatele poskytuje zadavatel vysvětlení a změnu zadávací dokumentace k výše uveřejněné veřejné zakázce obdobně s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

I. Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost dodavatele

Znění dotazu č. 1:

„V zadávací dokumentaci je uveden požadavek na splnění vysoké odolnosti vůči propíchnutí odpovídající normám BS 7320 a NFX 30-50. Tyto normy byly již nahrazeny.

Dotaz: Bude zadavatel akceptovat normu EN ISO 23907-1, která je nejnovější verzí normy týkající se požadavků na nádoby na ostré předměty?“

Odpověď na dotaz č. 1:

Ano, zadavatel bude akceptovat normu EN ISO 23907-1.

Znění dotazu č. 2:

„Zadavatel požaduje doložit prohlášení o shodě. Prohlášení o shodě je vyžadováno u tzv. stanovených výrobků, tj. takových, které spadají pod alespoň jedno z nařízení vlády, která byla vydána k provedení tohoto zákona, případně pod nařízení EU adaptované tímto zákonem. V tom případě výrobce prohlášením o shodě deklaruje, že správně posoudil shodu výrobku s požadavky příslušných nařízení vlády.

Kontejnery na kontaminovaný odpad nespádají do žádné z kategorií stanovených výrobků, a proto se domníváme, že prokázání technických vlastností kontejnerů na kontaminovaný odpad je dostačující doložením certifikátů vydaných k tomu určenými zkušebními. Domníváme se, že by prohlášení o shodě nemělo být vyžadováno.

Dotaz: Bude zadavatel akceptovat nabídku bez doložení prohlášení o shodě?“

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel bude akceptovat nabídku bez doložení prohlášení o shodě, ale pouze v případě doložení obdobné certifikace.

Plastové nádoby na medicínální odpad mohou být používány i pro jiný odpad, než jsou ostré předměty (kat. č. 18 01 01), které řeší norma ČSN EN ISO 23907-1, např. odpad kat. č. 18 01 03 (toto kat. číslo odpadu je i zmiňováno v zadávací dokumentaci), tak podle § 72 odst. 2 písm. a) vyhl. č. 273/2021 Sb. musí být soustředovací prostředky na odpady ze zdravotní péče certifikovány pro daný způsob použití.

Znění dotazu č. 3:

„Bude zadavatel akceptovat nabídku kontejneru 0,8l místo kontejneru 0,7l?“

Odpověď na dotaz č. 3:

Ne, tento rozměr zadavatel nebude akceptovat – nejedná se o rozměry s běžně akceptovatelnou odchylkou $\pm 10\%$.

Znění dotazu č. 4:

„Bude zadavatel akceptovat kontejner 30l v černé barvě?“

Odpověď na dotaz č. 4:

Zadavatel v zadávací dokumentaci neuvádí požadovanou barvu kontejneru, pouze barvu víka. Kontejner v černé barvě tedy bude akceptován.

Znění dotazu č. 5:

„Bude zadavatel akceptovat místo vysokého kontejneru o objemu 5l kontejner o objemu 4,2l s výškou 41 cm?“

Odpověď na dotaz č. 5:

Ne, tento rozměr zadavatel nebude akceptovat – nejedná se o rozměry s běžně akceptovatelnou odchylkou $\pm 10\%$.

Znění dotazu č. 6:

„Zadavatel v zadávací dokumentaci uvádí přesné rozměry kontejnerů na milimetry.

Dotaz: Bude zadavatel akceptovat nabídku kontejnerů s následujícími rozměry (výška včetně víčka)?

Kontejner 0,5l: Průměr dna 7,6 cm, Výška 13 cm

Kontejner 0,7l: Průměr dna 6,8 cm, Výška 20,3 cm

Kontejner 10l: Průměr dna 22,5 cm, Výška 26,4 cm

Kontejner 1,25l: Délka dna 16,7 cm, Výška 10,9 cm

Kontejner 2l: Průměr dna 11 cm, Výška 20,8 cm

Kontejner 5l: Průměr dna 22,5 cm, Výška 14,9 cm

Kontejner 30l: Výška 42 cm

Kontejner 50l: Výška 56 cm“

Odpověď na dotaz č. 6:

Ano, zadavatel bude akceptovat kontejnery stejného objemu s jinými rozměry.

II. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace

Změna č. 1

Zadavatel mění zadávací dokumentaci následovně:

Bod 1. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Kontejnery disponují vysokou odolností vůči propíchnutí. ~~—odpovídá normám BS 7320 a NFX 30-50.~~

Bod 4. Doklady k prokázání kvalifikace

c) Účastník prokáže splnění technické kvalifikace dle § 79 ZZVZ, odst. 2, písm. l) předložením dokladu prokazující shodu požadovaného výrobku s požadovanou technickou normou nebo technickým dokumentem.

- Certifikát o splnění ČSN EN ISO ~~854002~~ **23907-1** - Ochrana před poraněním ostrými předměty – Požadavky a metody zkoušení – Obaly na ostré předměty
- Prohlášení o shodě
- Splnění vyhlášky č. 273/2021 Sb. a 306/2012 Sb.

~~Doklady k prokázání kvalifikace budou vloženy formou příloh přes aukční síň nejpozději do 24.01.2024 do 9:00:00 hod.~~

Změna č. 2

Zadavatel posoudil poskytnutou změnu zadávací dokumentace a s ohledem na její charakter rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek o 5 pracovních dnů.

Zadavatel upravuje bod 2.5. **Termín a místo podání nabídky** zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na dodávky takto:

Lhůta pro podání nabídky končí dne 31.01.2024 v 09:00:00 hod.

19. 1. 2024

Za zadavatele:

Mgr. Petra Böhmová, LL.B.
obchodní náměstkyně