

V Ý Z V A

k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby podle ustanovení § 27 písmeno a) a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon)

„Oprava vyvíječe čisté páry pro centrální sterilizaci Nemocnice Znojmo“

1. Zadavatel:

Název: Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
Sídlo: MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo
Tel.: 515215111
Fax: 515222805
IČO: 00092584
DIČ CZ00092584
Bankovní spojení: KB Znojmo
Číslo účtu: 19-5055520217/0100

2. Vymezení plnění:

Předmětem zakázky je oprava vyvíječe čisté páry typu STEAMEX 750 v předávací stanici v suterénu objektu B1, který je zdrojem čisté páry pro pracoviště centrální sterilizace Nemocnice Znojmo. Oprava spočívá ve výměně dvou kusů nerezových celo-svařovaných deskových výměníků typu Alfa Nova 76, které jsou dlouhodobým provozem napadeny korozí. Jejich provozní spolehlivost je tím snížena a může do budoucna ohrozit provozní spolehlivost celého zařízení.

Předmětem zakázky je:

- demontáž a likvidace dvou stávajících deskových výměníků
- instalace dvou nových nerezových celo-svařovaných deskových výměníků o stejných technických parametrech, jako jsou parametry stávajících deskových výměníků typu Alfa Nova 76
- provedení potřebných provozních zkoušek a revizí opraveného vyvíječe čisté páry a uvedení celého zařízení do provozu
- v případě potřeby i zaškolení personálu
- pravidelné servisní prohlídky a revize nových deskových výměníků v záruční době, pokud provádění těchto úkonů je podmínkou jejich výrobce pro platnost záruky.

Předpokládaná hodnota této VZMR je bez DPH do 600.000,- Kč. Nabídky, které předpokládanou hodnotu překročí, nesplní zadávací podmínky a budou z výběrového řízení vyřazeny.

3. Údaje o zadávací dokumentaci

Zadavatel zahajuje výběrové řízení dnem uveřejnění zadávací dokumentace na profilu zadavatele, URL adresa https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_111.html, kde je „ZD“ uveřejněna v plném rozsahu (tj. textová část i ostatní části). Uchazeč je povinen průběžně sledovat profil zadavatele pro případ uveřejnění nových informací. Zadavatel doporučuje registraci uchazeče na profilu, zadáním kontaktního emailu pro odebrání zpráv a upozornění, týkajících se daného výběrového řízení. Za správnost a úplnost kontaktního emailu odpovídá uchazeč

Kompletní zadávací dokumentaci tvoří tyto části:

- Výzva k podání nabídky k VZMR
- Krycí list nabídky - příloha 1 Výzvy
- Krycí list nabídkové ceny – příloha 2 Výzvy
- Obchodní podmínky – Návrh smlouvy o dílo – příloha 3 Výzvy
- Vzor čestného prohlášení o základní způsobilosti, k Nařízení Rady EU a o neexistenci střetu zájmů (příloha 4 Výzvy)

Délku záruční lhůty požaduje zadavatel na celý předmět zakázky **24 měsíců**.

Zadavatel požaduje doložení technických listů, veškerých atestů, schvalovacích protokolů včetně prohlášení o shodě, které jsou nutné pro provozování nabízeného zařízení na území ČR. Součástí nabídky musí být manuál v českém jazyce. Uchazeč se dále musí zavázat k tomu, že s dodávkou zařízení předá zadavateli kromě písemné formy českého manuálu rovněž český manuál v elektronické formě.

V nabídce uveďte ve zvláštní příloze následující informace:

- nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to v nabídce)
- nároky na četnost servisních prohlídek případně elektrických revizí (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to v nabídce)
- způsob likvidace zařízení po jeho celkovém opotřebení (s ohledem na zákonné předpisy o nakládání s odpadem)
- seznam speciálního spotřebního materiálu a náhradních dílů, jejichž používání podmiňuje dodržení záručních podmínek a zajišťuje bezpečné provozování nabízených zdravotnických prostředků, pokud je to pro tento případ relevantní. Uveďte rovněž aktuální ceník těchto materiálů a kontakt pro jeho objednávání.

4. Kvalifikace uchazečů

4.1. Základní způsobilost, neexistence střetu zájmu, mezinárodní sankce

Základní způsobilost prokáže uchazeč čestným prohlášením zahrnující prohlášení o neexistenci střetu zájmu a prohlášení k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině o základní způsobilosti. Čestné prohlášení je přílohou 4 Výzvy a bude podepsáno oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby.

4.2. Profesní způsobilost

Účastník prokáže splnění profesní způsobilosti předložením dokladů

- o oprávnění k podnikání (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list - prosté kopie)

4.3. Technická kvalifikace

- Prohlášení o shodě ke všem nabízeným zařízením
- Technické listy ke všem nabízeným zařízením

5. Kritéria hodnocení nabídek na veřejnou zakázku:

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.

6. Požadavky na zpracování nabídkové ceny

Nabídkovou cenu uveďte jako cenu bez DPH, vyčíslení DPH a celkovou cenu včetně DPH a to jak u jednotlivých komponentů, tak součtovou cenu za celou zakázku. Tato cena je cenou maximální a musí obsahovat veškeré náklady související s dodávkou, instalací, uvedením do provozu a zaškolením personálu, demontáž a likvidací stávajících neopravitelných záložních zdrojů, pravidelnými servisními prohlídkami a revizemi v záruční době, pokud provádění těchto úkonů je podmínkou jejich výrobce pro platnost záruky. Cena musí být vyčíslena v korunách českých a není ji možné překročit.

7. Obchodní podmínky:

Zadavatel stanovil obchodní podmínky pro realizaci veřejné zakázky, a to formou textu smlouvy obligatorního charakteru. Text smlouvy je součástí zadávací dokumentace (příloha 3 Výzvy). Uchazeč vyplní v textu smlouvy včetně přílohy údaje, které jsou určeny k vyplnění, a tutéž smlouvu vrátí jako součást nabídky zadavateli. Uchazeč není oprávněn text smlouvy měnit (kromě částí, u nichž je uvedeno „vyplní zhotovitel“).

8. Požadovaný obsah nabídky

- doklady k prokázání kvalifikace dle bodu 4 Výzvy
- zvláštní příloha dle požadavku v bodu 3 Výzvy
- čestné prohlášení o základní způsobilosti, k Nařízení Rady EU a o neexistenci střetu zájmů (příloha 4 Výzvy)
- krycí list nabídky vyplněný uchazečem (příloha 1 Výzvy)
- krycí list nabídkové ceny (příloha 2 Výzvy)
- uchazečem doplněný text obchodních podmínek včetně přílohy 1 a 2 dle bodu 7. této výzvy (příloha 3 Výzvy)

9. Místo a termín pro podávání nabídek na veřejnou zakázku:

Nabídky se podávají písemně, a to v elektronické podobě výhradně prostřednictvím elektronického nástroje na adrese: https://zakazky.kraibezkorupce.cz/profile_display_111.html nejpozději do konce lhůty stanovené pro podávání nabídek.

6. 02. 2024

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do dne..... do 10 hodin.

Nabídka musí být zpracována v českém nebo slovenském jazyce a musí být zajištěna její dobrá čitelnost. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Za včasné podání nabídky odpovídá uchazeč.

Zadavatel nenese žádnou odpovědnost za technické zabezpečení na straně uchazeče a doporučuje uchazečům zohlednit při podávání nabídek rychlost jejich připojení k internetu tak, aby byla nabídka podána ve stanovené lhůtě (podáním nabídky se rozumí její finální odeslání a nahrání do elektronického nástroje).

10. Doba a místo plnění veřejné zakázky:

Uskutečnění dodávky a instalace zařízení zadavatel požaduje nejpozději do 6 měsíců od nabytí účinnosti kupní smlouvy. Místem plnění zakázky je Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, Centrální operační trakt, MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo.

11. Další podmínky

- každý uchazeč může podat jenom jednu nabídku
- náklady uchazeče spojené s účastí ve výběrovém řízení zadavatel nehradí
- zadavatel prohlašuje, že poskytnuté údaje o jednotlivých uchazečích považuje za důvěrné a bude je využívat jen pro účely tohoto výběrového řízení
- zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem, odmítnout všechny nabídky nebo výběrové řízení zrušit
- zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek měnit, doplnit či upřesnit podmínky výběrového řízení



Digitálně podepsal
MUDr. Martin
Pavlík, Ph.D.
Datum: 2024.01.21
18:00:37 +01'00'

MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., EDIC, DESA,
ředitel Nemocnice Znojmo, p. o.