



NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace

U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav

telefon: +420 519 315 111, fax +420 519 372 112, www.nembv.cz

IČ: 00 390 780, DIČ: CZ00390780, zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka č. 1233

Č.j.: 91/SŘ/2024

V Břeclavi dne 22. 3. 2024

Vysvětlení zadávací dokumentace

Název zakázky: **„PARNÍ STERILIZÁTORY“**

Údaje o zadavateli:

Název: Nemocnice Břeclav, p.o.
Právní forma: příspěvková organizace
IČ/DIČ: 00390780 / CZ00390780
Sídlo: Břeclav, U Nemocnice 3066/1, PSČ 690 02
Zapsaná v OR: KS Brno, odd. Pr, vložka 1233
Statutární zástupce: Ing. Petr Bařka, ředitel
Kontaktní osoba: Ing. Rudolf Slovenský, vedoucí OZT,
E-mail: slovensky@nembv.cz
(dále jen „**zadavatel**“)

I.

Dne 20.3.2024 byla zadavateli doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce (dále jen „Dotaz“). Žádost byla doručena včas a zadavatel tak sděluje následující:

Dotaz:

DOTAZ č. 2:

- bude zadavatel akceptovat ponuku na zariadenie s hĺbkou 1305 mm. Požadované je 1250 mm (125cm).?

Odpověď zadavatele na Dotaz:

Zadavatel uvádí následující vysvětlení:

Ad. Dotaz č. 2

Ne, zadavatel nebude akceptovat zařízení s hloubkou 1305 mm. Maximální hloubka prostoru je 1250 mm.

II.

Zadavatel výše uvedené vysvětlení zadávací dokumentace poskytl v zákonné lhůtě ve smyslu § 98 ZZVZ. Jelikož zadavatelem poskytnuté vysvětlení nemění zadávací podmínky, zadavatel neprodlužuje lhůtu k podání nabídek k předmětné veřejné zakázce.

.....
Ing. Petr Bařka
ředitel