



## Příloha č. 3 – Technická specifikace

### **Motomedy pro pohybový trénink horních i dolních končetin v leže – 2 ks**

- přístroj umožňující procvičení dolních a horních končetin v leže na lůžku
- elektromotorický přístroj pro pasivní, asistovaný nebo aktivní trénink úplně nebo částečně imobilních pacientů
- komplet dezinfikovatelná konstrukce díky (PC/ABS)
- ovládání přístroje pomocí ovladače s dotykovým displejem
- počet otáček motoru při pasivním tréninku min od 0 do 60 otáček za minutu
- brzdny odpor pro aktivní práci svalů min 20 jemných stupňů
- nastavitelná doba cvičení od 0 do 120 minut, nebo na trvalý provoz
- zajištění servo cvičení
- stabilní celooceťová pojízdná konstrukce přístroje včetně bezpečnostních chodidlových podložek
- výškové nastavení pomocí plynové pružiny
- vybaveno rozšiřitelným podvozkom
- možnost pozice z čela nebo ze 3 stran postele, bez nutnosti fixace k lůžku
- možnost nastavení ohybu kolen – přiblížení /oddálení motoru od pacienta
- nezávislé nastavení rychlosti a síly motoru
- znázornění symetrie dolních i horních končetin
- motivační program
- programy terapie – specifický trénink dle typu nemoci

#### **Příslušenství pro každý motomed:**

- zařízení pro fixaci horních končetin s manžetou na zápěstí – pár
- dezinfikovatelné podložky sloužící k upevnění ruky – pár
- zařízení pro fixaci nártů – pár
- lýtkové upevnění pro dolní končetiny včetně dezinfikovatelných pásek – pár

**Vyhrazujeme si právo předmět dodávky před podpisem smlouvy vyzkoušet z důvodu ověření splnění technických požadavků.**

V Hustopečích

Ing. Petr Baťka, ředitel