

NEMOCNICE TGM HODONÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 7

V rámci nadlimitní veřejné zakázky
na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů s názvem:

„Dodávka nového CT přístroje“

Dotaz č. 1

Zadavatel v zadávací dokumentaci požaduje serverový portál pro 10 pracovních míst a 6 současně pracujících uživatelů pro základní diagnostiku, operační paměť min. 192 GB, kapacita HDD min. 4 TB.

Pro požadovaný počet uživatelů dodáváme server s operační pamětí 96 GB a kapacitou HDD 2 TB. Požadavek na operační paměť min. 192 GB, kapacita HDD min. 4 TB je diskriminační.

Připustí zadavatel účast více uchazečů tím, že připustí nabídku serveru pro 10 pracovních míst a 6 současně pracujících uživatelů s operační pamětí 96 GB a kapacitou HDD 2 TB?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1

Zadavatel trvá na požadavku uvedené v zadávací dokumentaci. Požadované parametry jsou na trhu běžně dosažitelné a v žádném případě nejsou diskriminační.

Dotaz č. 2

Zadavatel v zadávací dokumentaci požaduje 3 pracovní stanice vybavené jedním diagnostickým monitorem a grafickou kartou s medicínskou licenci.

Z formulace uvedené v zadávací dokumentaci není jasné, co zadavatel myslí požadavkem na medicínskou licenci.

Dodáváme diagnostické monitory dvou výrobců – Barco a EIZO. Oba tyto přední výrobci diagnostických monitorů ke svým monitorům dodávají dedikované grafické karty. Ani jeden z těchto výrobců nedodává grafické karty s medicínskou licenci.

Připustí zadavatel účast více uchazečů tím, že připustí nabídku pracovních stanic vybavených jedním diagnostickým monitorem a dedikovanou grafickou kartou, která nemá medicínskou licenci?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2

Požadavkem na grafickou kartou s medicínskou licenci zadavatel rozumí výkonnou grafickou kartu, která má výstupní signál dostatečně kvalitní pro diagnostický monitor. Dedikované grafické karty od výrobců monitorů Barco a EIZO spadají do této kategorie. Zadavatel připustí nabídku pracovních stanic s diagnostickým monitorem a grafickou kartou dedikovanou pro diagnostický monitor.

Zástupce zadavatele dle §43 ZZVZ