



## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Digitalizační pracoviště a zpřístupnění části sbírky JMM pro prezentaci
Druh výběrového řízení:	veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky:	dodávky
Adresa profilu zadavatele:	<a href="https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_88.html">https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_88.html</a>
Identifikace projektu:	Digitalizační pracoviště a zpřístupnění části sbírky JMM pro prezentaci, registrační číslo projektu: 0342000015

Název zadavatele:	Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Přemyslovců 129/8, 669 02 Znojmo
Zastoupen:	Ing. Vladimíra Durajková, ředitelka
IČO:	00092738
DIČ:	Není plátce DPH

Osoba zastupující zadavatele:	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Česká 161/1, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Roman Bielak
Telefon:	+420 731 193 745
E-mail:	<a href="mailto:bielak@tendera.cz">bielak@tendera.cz</a>
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.

I.

Dne 26. 6. 2024 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena e-mailem žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

### **Dotaz č. 1:**

V části 2-Skenery požadujete u knižního skeneru **velikost skenovací plochy formát A2+ (2 x A4), skenovací plocha 390 x 480 mm**. Dle našeho názoru došlo k písarské chybě a místo formátu A2+ má být správně A3+. Můžete prosím potvrdit správný formát?



**K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:**

Ano, při přípravě technické specifikace došlo k písařské chybě, správně má být **velikost skenovací plochy formát A3+ (2 x A4), skenovací plocha 390 x 480 mm**. Zadavatel poskytuje jako přílohu č. 1 tohoto vysvětlení opravenou technickou specifikaci pro část 2.

**Dotaz č. 2:**

V části 2-Skenery požadujete u knižního skeneru **knižní kolébku ve tvaru „V“ a přítlačné sklo**. Jakého tvaru má být prosím přítlačné sklo? Má být rovněž ve tvaru „V“ tak aby bylo „kompatibilní“ s požadovanou knižní kolébkou?

**K dotazu č. 2 zadavatel uvádí následující:**

Ano, přítlačné sklo bude rovněž ve tvaru „V“.

**II.**

Zadavatel na základě tohoto vysvětlení vydává následující přílohu zadávací dokumentace v nové podobě:

- Příloha č. 3.2 zadávací dokumentace – Technická specifikace\_část 2\_v2

**Každý účastník je povinen ve své nabídce vycházet z této nebo použít tuto aktualizovanou přílohu. Nepoužití této aktualizované přílohy může být považováno za nesplnění zadávacích podmínek a takový účastník může být vyloučen z výběrového řízení.**

**Přílohy tohoto vysvětlení zadávací dokumentace:**

- Příloha č. 1 - Technická specifikace\_část 2\_v2

V Brně dne 27. 6. 2024

**Za zadavatele – Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace:**

**Ing. Roman Bielak**

TENDERA partners, s.r.o.

Na základě plné moci