



Technická specifikace – Transportní lůžko

Technická specifikace: Transportní lůžko 1 ks

- Lůžko splňuje normu ČSN EN 60601-2-52 nebo rovnocenné řešení
- Stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce lůžka
- Ložná plocha 4dílná
- Kryty ložné plochy
- CPR mechanické odblokování zádového dílu
- Hydraulický zdvih minimálně v rozsahu 45-75 cm
- Nožní ovladač pro nastavení výšky
- Bržděná kolečka 4x 150 mm, antistatická úprava
- Včetně postranic
- Tlačná madla u hlavy vč. infuzního stojanu
- Tlačná madla u nohou
- Madlo pro komfortní vstávání pacienta
- Laterální náklon min +/- 17°
- Polohovatelnost do kardiackého křesla
- Polohovatelnost do vaskulární polohy nohou
- Včetně pasivní antidekubitní matrace
- Včetně váhy
- Pracovní zatížení až do 320 kg
- Vnější rozměry lůžka max. 216 x 89 cm

Pasivní antidekubitní matrace 1 ks

- Ložná plocha matrace min 193 x 76 cm
- Preventivní matrace určená pro použití ve zdravotnictví
- Matrace musí být vhodná pro pacienty do IV. stupně rizika vzniku dekubitů
- Matrace musí být vyrobena min. ze dvou typů pěn o různých vlastnostech
- Nehořlavost pěn i potahu min. CRIB 5
- S pratelným, voděodolným potahem
- Výška matrace min. 14 cm

Vyhrazujeme si právo předmět dodávky před podpisem smlouvy vyzkoušet z důvodu ověření splnění technických požadavků.

V Hustopečích dne – viz. elektronický podpis

S pozdravem

Ing. Petr Bařka
ředitel