

Zadavatel:
CEJIZA, s.r.o.
se sídlem: Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 28353242

Název veřejné zakázky:
„DNS 22 – Lůžka a matrace“
(dále jen „**Veřejná zakázka**“)

Veřejná zakázka zadávaná v dynamickém nákupním systému s názvem „*Dynamický nákupní systém na dodávku lůžek, matrací, stolků a evakuačních podložek 2023–2026*“ ve smyslu ust. § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Zadavatel ve věci výše uvedeného výběrového řízení obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace k Veřejné zakázce, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 1. 10. 2024

I.

Žádost č. 1 ze dne 27. 9. 2024

- 1) Zadavatel požaduje u lůžka mj. „Podstupování zádového a stehenního dílu celkem o 15 cm“. Vzhledem k modernímu pojetí nového lůžka a nové ergonomii pevné sedací části, jsme schopni nabídnout dvojitou autoregresi 8 cm.
Akceptuje zadavatel tuto novou, modernější koncepci, splňující všechny příslušné normy bezpečnosti?
- 2) Zadavatel požaduje u lůžka mj. „Průběžné trojdílné postranice s ochrannými lištami“. Vzhledem k modernímu pojetí nového lůžka a nové ergonomii nerestriktivních postranic namísto původních, jednoduchých průběžných postranic, účastník soutěže nabízí modernější a praktičtější řešení „postranice dělené 50/50“
Akceptuje zadavatel tuto novou, modernější koncepci, splňující všechny příslušné normy bezpečnosti?
- 3) Zadavatel požaduje u lůžka mj. „Sloupový podvozek lůžka - 3 sloupy“. Vzhledem k modernímu pojetí nového lůžka a nové ergonomii nabízí účastník soutěže nové, efektivnější řešení zdvihu lůžka s podvozkem bez sloupů, ale s bytelnou, stabilnější rámovou konstrukcí.
Akceptuje zadavatel tuto novou, modernější koncepci, splňující všechny příslušné normy bezpečnosti?
- 4) Zadavatel požaduje u lůžka mj. „Průměr koleček min. 150 mm s pátým kolečkem uprostřed“.

Vzhledem k modernímu pojetí nového lůžka a nové ergonomii nabízí účastník soutěže řešení podvozku pouze se 4 kolečky v rozích lůžka.

Páté kolečko z praxe nedoporučujeme, vzhledem k častějšímu používání jídelních stolků a zvedáků, kdy páté kolečko uprostřed lůžka významně komplikuje podjezdnost. Stabilita, ani jiné parametry lůžka tímto nebudou omezeny.

Akceptuje zadavatel možnost vynechat požadavek na páté, prostřední kolečko?

Odpověď zadavatele na žádost č. 1:

- Ad 1** Zadavatel uvádí, že bude akceptovat dvojitou autoregresi 8 cm.
- Ad 2** Zadavatel uvádí, že bude akceptovat postranice dělené 50/50.
- Ad 3** Zadavatel uvádí, že bude akceptovat lůžka s podvozkem bez sloupů.
- Ad 4** Zadavatel uvádí, že bude akceptovat lůžka s podvozkem se 4 kolečky v rozích lůžka.

II.

S ohledem na poskytnuté odpovědi zadavatele v bodě I. tohoto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel upravuje stávající Přílohu č. 3 – Technická specifikace předmětu plnění. Tento dokument je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel požaduje, aby účastníci při přípravě nabídky akceptovali přílohy zadávací dokumentace upravené v důsledku tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

III.

V souvislosti s povahou provedené změny zadávací dokumentace dle bodu II. výše zadavatel prodlužuje lhůtu stanovenou v čl. 14 Výzvy k podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek do 9. 10. 2024, 10:00

Příloha:

Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění

V Brně dne 1. 10. 2024

CEJIZA, s.r.o.

na základě plné moci

Mgr. Alena Pekárková