



## Technická specifikace – Magnetoterapie – následná lůžková péče

### Technická specifikace: Magnetoterapie přenosná **2 ks**

- Magnetoterapie se 4 výstupy pro aplikátory zapojené nezávisle na sobě
- Včetně přístrojového stolku s bržděnými kolečky
- Nastavitelná frekvence min v rozsahu 0-166 Hz
- Nastavitelný čas aplikace v rozsahu min 5-90 min
- Nastavitelná intenzita magnetického pole, regulace výkonu
- Cílené pulzní pole
- Zvuková signalizace ukončení aplikace
- Zdravotnický prostředek dle zákona 89/2021 Sb.
- Záruka 24 měsíců

### Příslušenství

- 2x lokální diskový aplikátor min 13 x 13 cm
- 2x solenoid o průměru min 60 cm pro oblast páteře a kyčlí
- 2x solenoid o průměru min 30 cm pro ošetření končetin
- 2x obdélníkový aplikátor min 60 x 25 cm pro oblast hrudníku a beder

**Vyhrazujeme si právo předmět dodávky před podpisem smlouvy vyzkoušet z důvodu ověření splnění technických požadavků.**

V Hustopečích dne – viz. elektronický podpis

S pozdravem

Ing. Petr Bařka  
ředitel