

VYŘIZUJE: Ing. Eva Šafářová
TEL.: 518 601 237
E-MAIL: safarova.eva@nemkyj.cz
DATUM: 16.10.2024

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 02

Veřejná zakázka č. VZ202438 – Dodávka diagnostik a spotřebního materiálu pro imunohematologii HTO včetně bezplatné výpůjčky přístrojového vybavení

Na základě dotazu dodavatele poskytuje zadavatel vysvětlení a změnu zadávací dokumentace k výše uveřejněné veřejné zakázce v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

1. Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost dodavatele

Znění dotazu č. 1:

„Zadavatel požaduje možnost primárního zálohování dat přímo z přístroje.

Primární data jsou v pravidelných intervalech automaticky zálohována na interní disk počítače. Navíc je možné nastavit pravidelné automatické zálohování dat na externí úložiště či nemocniční síť. Pro primární zálohu dat není rozhodující, zdali je počítač integrovaný v přístroji či desktopový, zálohování se v obou případech v ničem neliší. Díky oddělenému PC je navíc v případě poruchy přístroje ovládací software včetně veškerých dat a záloh stále přístupný. Bude zadavatel akceptovat tento způsob zálohování?“

Odpověď na dotaz č. 1:

Pokud jsou primární data zaznamenávána na interní disk přímo v přístroji a lze je z přístroje v případě potřeby získat, bude zadavatel danou formu akceptovat. Data odeslaná do LIS již nelze za primární data považovat.

Zadavatel posoudil poskytnutou změnu zadávací dokumentace a s ohledem na její charakter rozhodl lhůtu pro podání nabídek neprodloužit.

Za zadavatele:

MUDr. Jiří Vyhnal, ředitel