

Zadavatel:

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
MUDr. Jana Janského 11
669 02 Znojmo

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k VZMR Ultrazvukový přístroj

Dotaz č.1 / 22.10.2024:

V technické specifikaci na veřejnou zakázku s názvem „Ultrazvukový přístroj“ požaduje veřejný zadavatel „muskuloskeletální ideálně matrixová lineární sonda s frekvenčním rozmezí ideálně od 12 do 18MHz k vyšetření svalů na HK a DK, intervenční sonda tzn. s doplňkovým gravírovaným na středě sondy určena k aplikaci BTX injekcí“. Bude veřejný zadavatel akceptovat lineární 1D sondu s frekvenčním rozsahem 4,3–15,4 MHz? Máme za to, že na provedení požadovaného vyšetření je námi nabízený rozsah dostačující.

Odpověď k dotazu č.1:

Zadavatel stanovil definitivní frekvenční rozsah lineární sondy - je uveden v aktualizované verzi příloha 2a Technické parametry rev.

Dotaz č.2 / 22.10.2024:

V technické specifikaci na veřejnou zakázku s názvem „Ultrazvukový přístroj“ požaduje veřejný zadavatel „hockeystick sonda s frekvencí 18-22MHz k vyšetření jemných nervových struktur na ruce, primárně určena na neurosonologii“. Bude veřejný zadavatel akceptovat hockeystick sondu s frekvenčním rozsahem 4,5–18,0 MHz? Máme za to, že na provedení požadovaného vyšetření je námi nabízený rozsah dostačující.

Odpověď k dotazu č.2:

Zadavatel stanovil definitivní frekvenční rozsah hockeystick sondy - je uveden v aktualizované verzi příloha 2a Technické parametry rev.

Dotaz č.3 / 23.10.2024:

jako uchazeč o výše uvedenou Veřejnou zakázku si Vám dovoluujeme zaslat dotaz k zadávacím podmínkám zakázky: Příloha č.2a „Technické parametry“ Výzvy, obsahuje tabulku s požadavky na vlastnosti přístroje. Tyto požadavky jsou ale velmi strohé a nejsou v ní uvedeny žádné technické parametry vlastního přístroje či jeho příslušenství které by blíže specifikovaly výkonnostní třídu přístroje (např. rozměry a hmotnost přístroje, velikost monitoru, požadované zobrazovací režimy a výpočetní schopnosti přístroje, minimální frekv.rozsahy a další parametry uz sond, apod.).

Dotaz:

Mohl by zadavatel doplnit a blíže upřesnit technickou specifikaci nebo je v této zveřejněné podobě konečná?

Odpověď k dotazu č.3:

Zadavatel stanovil definitivní technické parametry v aktualizované verzi příloha 2a Technické parametry rev.

Sdělení zadavatele:

Zadavatel, vzhledem k výše uvedeným dotazům k zadávací dokumentaci VZMR Ultrazvukový přístroj a k připomínkám ke specifikaci technických parametrů a provozních požadavků a rovněž s přihlédnutím k tomu, že záměrem zadavatele je pořízení ultrazvukového přístroje vyšší kategorie, rozhodl o revizi požadovaných technických

a provozních parametrů - viz příloha 2a Technické parametry rev.

Zadavatel upozorňuje uchazeče o tuto zakázku, aby při zpracování nabídky použili tabulku revidované technické specifikace, která je na profilu zadavatele uveřejněna současně s tímto dokumentem.

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do 14.11. 2024 do 13:00 hodin.