

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku podle § 27 písmeno b) a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen Zákon) zadávanou mimo zadávací řízení

Název veřejné zakázky:

„Sterilní svářečka hadiček“

OBSAH:

1. Údaje o zadavateli
2. Údaje o dodavateli
3. Údaje o zadávací dokumentaci
4. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
5. Údaje o podání nabídky
6. Podmínky pro otevírání nabídek
7. Kvalifikace dodavatelů
8. Hodnocení nabídek
9. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
10. Obchodní podmínky
11. Doba a místo plnění veřejné zakázky
12. Varianty nabídky
13. Jiné požadavky zadavatele pro plnění veřejné zakázky
14. Obsah nabídky
15. Dodatečné informace
16. Výhrady zadavatele

1. Údaje o zadavateli:

Zadavatel ve smyslu zákona:	příspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek
Právní forma:	příspěvková organizace, kód 331
Název zadavatele:	Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo, kód obce ZÚJ 593711
IČO:	00092584
DIČ:	CZ00092584
Osoba oprávněná jednat:	MUDr. Miroslav Kavka, MBA, FICS, ředitel
Kontaktní osoba:	Lenka Jelínková
e-mail:	lenka.jelinkova@nemzn.cz
telefon:	+420 515 215 227

2. Údaje o dodavateli:

Dodavatel uvede své identifikační údaje v Krycím listu nabídky (příloha 1 Výzvy)

3. Údaje o zadávací dokumentaci:

Kompletní zadávací dokumentaci (ZD) tvoří tyto části:

- 1) Výzva k podání nabídky k VZMR Sterilní svářečka hadiček
- 2) Krycí list nabídky – příloha 1 Výzvy
- 3) Technická specifikace – příloha 2 Výzvy
- 4) Výpočet hodnocené ceny pro kritérium hodnocení č. 1 – příloha 3 Výzvy
- 5) Krycí list pořizovací ceny, provozních nákladů a dalších hodnotících kritérií – příloha 4 Výzvy
- 6) Obchodní podmínky – Návrh kupní smlouvy – příloha 5 Výzvy
- 7) Vzor čestného prohlášení o základní způsobilosti, k Nařízení Rady EU 2022/576 a o neexistenci střetu zájmů – příloha 6 Výzvy

Zadavatel zahajuje výběrové řízení dnem uveřejnění zadávací dokumentace (dále též „ZD“) na profilu zadavatele, URL adresa https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_111.html, kde je ZD uveřejněna v plném rozsahu (tj. textová část i ostatní přílohy). Uchazeč je povinen průběžně sledovat profil zadavatele pro případ uveřejnění nových informací. Zadavatel doporučuje registraci dodavatele na profilu, zadáním kontaktního emailu pro odebrání zpráv a upozornění, týkajících se daného výběrového řízení. Za správnost a úplnost kontaktního emailu odpovídá dodavatel.

4. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky:

4.1. Druh veřejné zakázky

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku

4.2. Název veřejné zakázky:

Sterilní svářečka hadiček

4.3. Klasifikace veřejné zakázky

33100000-1 Zdravotnické přístroje

4.4. Předpokládaná hodnota

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 300 000,- Kč bez DPH

4.5. Popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem výběrového řízení je dodávka jednoho kusu sterilní svářečky hadiček včetně požadovaného příslušenství pro hematologicko-transfuzní oddělení Nemocnice Znojmo dle specifikace (viz příloha 2 Výzvy).

(dále též přístroj“)

Součástí plnění této veřejné zakázky jsou též pravidelné servisní prohlídky přístroje (BTK + KEZ), jeho záruční a pozáruční servis, případně též pravidelné revize a pravidelné validace vyplývá-li potřeba těchto revizí nebo validací z obecně závazných předpisů nebo požadavků výrobce přístroje.

Předmětem plnění této veřejné zakázky řízení jsou rovněž instalace přístroje v místě plnění, jeho uvedení do provozu, kalibrace, instruktáž personálu a vyhotovení všech příslušných protokolů dle platných právních předpisů pro zdravotnické prostředky, obecně závazných právních předpisů a požadavků výrobce přístroje.

4.6. Vymezení množství a rozsahu veřejné zakázky:

Technické a provozní požadavky jsou uvedeny v příloze 2 Výzvy

Záruční dobu požaduje zadavatel na celý předmět koupě **minimálně 2 roky**. Nabídky s kratší záruční dobou **nesplní zadávací podmínky a budou ze zadávacího řízení vyřazeny**.

V záruční době požaduje zadavatel provedení povinných prohlídek zdarma.

V nabídce musí být doložen doklad opravňující servisní organizaci k servisním činnostem (doložení kopie dokladu o splnění ohlašovací povinnosti pro servisní činnosti podle zákona o zdravotnických prostředcích, v platném znění).

Zadavatel požaduje doložení technických listů, veškerých atestů, schvalovacích protokolů včetně prohlášení o shodě, které jsou nutné pro provozování nabízeného zařízení na území ČR.

Součástí nabídky musí být manuál v českém jazyce. Dodavatel se dále musí zavázat k tomu, že s dodávkou zařízení předá zadavateli kromě listinné formy českého manuálu rovněž český manuál a prohlášení o shodě v elektronické formě.

V nabídce uveďte ve zvláštní příloze následující informace:

- nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to v nabídce)
- nároky na četnost servisních prohlídek případně elektrických revizí (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to v nabídce)
- klasifikační třídu zdravotnického prostředku, pokud není uvedena v prohlášení o shodě
- způsob likvidace zařízení po jeho celkovém opotřebení (s ohledem na zákonné předpisy o nakládání s odpadem)
- seznam speciálního spotřebního materiálu a náhradních dílů včetně kontaktu na dodavatele, jejichž používání podmiňuje dodržení záručních podmínek a zajišťuje bezpečné provozování nabízených zdravotnických prostředků, pokud je to pro tento případ relevantní. Uveďte rovněž aktuální ceník těchto materiálů a kontakt pro jeho objednávání.

5. Údaje o podání nabídky:

Každý dodavatel může podat pouze 1 nabídku.

Nabídky se podávají písemně, a to v elektronické podobě výhradně prostřednictvím elektronického nástroje na adrese: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_111.html nejpozději do konce lhůty stanovené pro podávání nabídek, která je rovněž zveřejněna na profilu zadavatele.

Nabídka musí být zpracována v českém nebo slovenském jazyce a musí být zajištěna její dobrá čitelnost. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Za včasné podání nabídky odpovídá dodavatel.

Zadavatel nenese žádnou odpovědnost za technické zabezpečení na straně dodavatele a doporučuje dodavatelům zohlednit při podávání nabídek rychlost jejich připojení k internetu tak, aby byla nabídka podána ve stanovené lhůtě (podáním nabídky se rozumí její finální odeslání a nahrání do elektronického nástroje).

6. Podmínky pro otevírání nabídek:

Otevírání nabídek bude zahájeno po uplynutí lhůty pro podání nabídek, prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK a je neveřejné.

7. Kvalifikace dodavatelů:

Základní způsobilost

Základní způsobilost prokáže dodavatel čestným prohlášením o základní způsobilosti, k Nařízení Rady EU a o neexistenci střetu zájmů (příloha 6 Výzvy), která bude podepsaná oprávněnou osobou dodavatele.

Profesní způsobilost

Účastník prokáže splnění profesní způsobilosti předložením dokladů

- o oprávnění k podnikání (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list – prosté kopie)
(Doklad k prokázání profesní způsobilosti může být nahrazen výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů – prostá kopie)
- Doklad o splnění ohlašovací povinnosti dle ust. § 8 (výrobce), resp. § 23 (distributor) z. č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro.
- Doklad o splnění ohlašovací povinnosti dle ust. § 23 (osoba provádějící servis prostředků) z. č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro.

Zadavatel s odkazem na přechodná ustanovení z.č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, uvádí, že výrobce zdravotnického prostředku na zakázku, distributor nebo osoba provádějící servis prostředků, kteří ohlásili svou činnost podle dosavadních právních předpisů, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona považují za osoby se splněnou ohlašovací povinností v souladu s § 8 nebo 23. Den nabytí účinnosti tohoto zákona se považuje za den ohlášení. Doklad předkládá účastník v prosté kopii.

Technická kvalifikace

- Prohlášení o shodě s uvedením třídy zdravotnického prostředku (prostá kopie) dle platné legislativy v momentě podání nabídky
- Čestné prohlášení, že nabízený zdravotnický prostředek nese označení CE v souladu s platnou legislativou
- Doklad o registraci zdravotnického prostředku na SÚKL (prostá kopie)

8. Hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena

podle následujících kritérií:

- | | | |
|----|--|----------|
| 1) | Pořizovací cena a předpokládané provozní náklady po záruční lhůtě celkem bez DPH vypočtené v tabulce “Výpočet hodnocené ceny pro kritérium hodnocení č. 1”
(součet pořizovací ceny a předpokládaných provozních nákladů v modelovém případě při předpokládané délce užívání zařízení 5 let) | váha 85% |
| 2) | Záruční doba v letech | váha 15% |

V kritériu 1) bude přepočtený počet bodů stanoven tak, že podíl nejnižší pořizovací ceny a předpokládaných provozních nákladů po záruční lhůtě celkem bez DPH při předpokládané délce užívání zařízení 5 let ze všech hodnocených nabídek ku pořizovací ceně a předpokládaným provozním nákladům po záruční lhůtě celkem bez DPH při předpokládané délce užívání zařízení 5 let hodnocené nabídky bude vynásoben 100 a následně bude vynásoben vahou kritéria 1)

V kritériu 2) bude počet bodů stanoven tak, že podíl délky záruční doby v letech hodnocené nabídky ku největší délce záruční doby v letech ze všech hodnocených nabídek (zohledněno bude max. 5 let) bude vynásoben 100 a následně bude vynásoben vahou kritéria 2)

9. Požadavky na zpracování nabídkové ceny

Dodavatel uvede veškeré požadované údaje a nabídkové ceny dle pokynů v příloze 3 a 4. Tato cena je cenou maximální a musí obsahovat veškeré poplatky související s dodávkou, montáží, instalací, uvedením do provozu a zaškolením personálu. Cena musí být vyčíslena v korunách českých a není ji možné překročit.

Dodavatel odpovídá za to, že jeho nabídka, a tedy nabídková cena, zahrnuje všechny práce, dodávky a služby vymezené v podmínkách veřejné zakázky a v zadávací dokumentaci.

Celková nabídková cena bude stanovena jako cena nejvyšší přípustná.

10. Obchodní podmínky:

Zadavatel stanovil obchodní podmínky pro realizaci výběrového řízení, a to formou závazného návrhu kupní smlouvy. Text smlouvy včetně příloh je součástí zadávací dokumentace (příloha 5 Výzvy). Dodavatel vyplní v textu smlouvy včetně přílohy údaje, které jsou určeny k vyplnění, a tutéž smlouvu vrátí jako součást nabídky zadavateli. Dodavatel není oprávněn text smlouvy měnit (kromě částí, u nichž je uvedeno „vyplní prodávající“).

11. Doba a místo plnění veřejné zakázky

Uskutečnění dodávky zadavatel požaduje nejpozději **do 60 kalendářních dnů** od nabytí účinnosti kupní smlouvy.

Místem plnění zakázky je Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, hematologicko-transfuzní oddělení, MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo.

12. Varianty nabídky:

Zadavatel varianty nabídky vylučuje.

13. Jiné požadavky zadavatele pro plnění veřejné zakázky:

- každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku

14. Obsah nabídky:

- doklady k prokázání kvalifikace dle bodu 7 Výzvy
- zvláštní příloha dle požadavku v bodu 4 Výzvy
- krycí list nabídky vyplněný dodavatelem (příloha 1 Výzvy)
- vyplněnou tabulku technických parametrů nabízeného zařízení (příloha 2 Výzvy)
- vyplněnou tabulku „Výpočet hodnocené ceny pro kritérium hodnocení č. 1“ v položkách určených k vyplnění dodavatelem (příloha 3 Výzvy)
- krycí list pořizovací ceny a předpokládaných provozních nákladů po záruční lhůtě a hodnot dalších hodnotících kritérií, ve kterém dodavatel vyplní požadované údaje a údaje ke kritériím hodnocení (příloha 4 Výzvy)
- dodavatelem doplněný text obchodních podmínek včetně příloh dle bodu 5. této výzvy (příloha 5 Výzvy)

15. Dodatečné informace

Dodavatel je oprávněn požadovat dodatečné informace k výběrové dokumentaci. Žádost o dodatečné informace musí mít písemnou formu, musí být podána alespoň 5 pracovních dnů před ukončením lhůty pro podání nabídek výhradně prostřednictvím elektronického nástroje na adrese: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_111.html. Dodatečné informace budou zaslány všem účastníkům stejným způsobem jako výzva nejméně 3 pracovní dny před ukončením lhůty pro podání nabídek.

16. Výhrady zadavatele:

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- upravit, doplnit, změnit zadávací podmínky VZMR do konce lhůty stanovené pro podání nabídek,
- nehradit účastníkům žádné náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení,
- neuzavřít smlouvu s žádným dodavatelem, odmítnout všechny nabídky nebo výběrové řízení zrušit.
- na bezplatné zapůjčení nabízeného přístroje uchazečem na dobu cca 10 pracovních dnů (pro ověření splnění požadavků zadavatele uvedených v bodu 2. této výzvy).

Zadavatel prohlašuje, že poskytnuté údaje o jednotlivých dodavatelích považuje za důvěrné a bude je využívat jen pro účely tohoto výběrového řízení.

Ve Znojmě dne

MUDr. Miroslav Kavka, MBA, FICS
ředitel Nemocnice Znojmo