



## **ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

ve smyslu § 44 zákona č. 137/2006 Sb.,  
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“)

v rámci otevřeného řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky:

### **„Magnetická rezonance“**

Zadavatel veřejné zakázky

**Zadavatel:**

Sídlo:

IČO:

zastoupený:

**Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace**

Strážovská 1247, 697 33 Kyjov

00226912

Mgr. Danuší Křivákovou, ředitelkou nemocnice

Zástupce zadavatele

**Název:**

Sídlo:

IČO:

zastoupený:

**DEA Energetická agentura, s.r.o.**

Benešova 425, 664 42 Modřice

415 39 656

Ing. Liborem Sekerkou, jednatelem společnosti

## Obsah zadávací dokumentace (dále jen „ZD“)

### A) Zadávací a obchodní podmínky

|       |  |    |
|-------|--|----|
| I.    | Základní údaje o zadavateli .....                          | 3  |
| II.   | Předmět veřejné zakázky.....                               | 3  |
| III.  | Místo plnění zakázky .....                                 | 6  |
| IV.   | Doba plnění zakázky .....                                  | 6  |
| V.    | Požadavky na prokázání kvalifikace .....                   | 6  |
| VI.   | Seznam subdodavatelů .....                                 | 9  |
| VII.  | Způsob zpracování nabídkové ceny dodávky .....             | 10 |
| VIII. | Obchodní podmínky.....                                     | 10 |
| IX.   | Jistota .....  | 11 |
| X.    | Způsob hodnocení nabídek .....                             | 12 |
| XI.   | Datum, čas a místo otevírání obálek s nabídkami .....      | 13 |
| XII.  | Lhůta a způsob podání a zpracování nabídek .....           | 13 |
| XIII. | Zadávací lhůta .....                                       | 15 |
| XIV.  | Dodatečné informace.....                                   | 15 |
| XV.   | Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele .....          | 16 |
| XVI.  | Závěrečná ustanovení .....                                 | 16 |
| XVI.  | Seznam použitých zákonů, vyhlášek a zkratk - shrnutí ..... | 17 |

### Přílohy (v elektronické podobě):

- č. 1 Vzor titulního listu nabídky
- č. 2 Formulář technických specifikací dodávky Zařízení
- č. 3 Formulář pro zpracování nabídkové ceny
- č. 4a Závazný návrh kupní smlouvy
- č. 4b Závazný návrh servisní smlouvy
- č. 5 Seznam subdodavatelů
- č. 6 Doklady dle § 68 odst. 3 písm. a), b), c) ZVZ – vzor
- č. 7 Vzor - seznam významných dodávek

### Preambule

Tato zadávací dokumentace slouží jako závazný podklad pro vypracování nabídek uchazečů v rámci otevřeného řízení. Práva a povinnosti neuvedené v této zadávací dokumentaci se řídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).

## I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI

Název zadavatele: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace  
Sídlo: Strážovská 1247, 697 33 Kyjov  
IČO: 00226912  
DIČ: CZ 00226912  
Zapsaná v obchodním rejstříku: Pr 1230 vedená u Krajského soudu v Brně  
Zastoupený: Mgr. Danuší Křivákovou, ředitelkou nemocnice

### **Kontaktní osoby zadavatele:**

Osobami oprávněnými k provádění právních úkonů ve věci předmětné veřejné zakázky jsou:  
Mgr. Danuše Křiváková

Osobou odpovědnou za administraci výběrového řízení této veřejné zakázky je Ing. Jaroslav Halamiček, vedoucí oddělení výběrových řízení a dotací, tel. 545 110 145, e-mail: halamiczek@dea.cz.  
Zadavatel je na základě ustanovení § 151 ZVZ zastoupen v zadávacím řízení na základě příkazní smlouvy č. 15021 zástupcem:

Zástupce: DEA Energetická agentura, s.r.o.  
Sídlo: Benešova 425, 664 42 Modřice  
Pracoviště: Sladkého 13, Brno - Komárov (areál MU)  
IČO: 415 39 656  
Registrace: OR u KS v Brně oddíl C, vložka 2078  
Číslo příkazní smlouvy: 15021  
kontaktní osoba: Ing. Eliška Hallová,  
email: [zakazky@dea.cz](mailto:zakazky@dea.cz),  
tel.: 545 110 145



## II. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

### **2.1 Obecné vymezení předmětu zakázky**

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů pro radiodiagnostické oddělení (*dále jen Zařízení*). Zařízení je specifikováno v bodě 2.2. Předmět veřejné zakázky zahrnuje jak **dodání Zařízení** s požadovanými technickými parametry do místa určení, tak jeho montáž, instalaci, 24 měsíční záruku, uvedení do provozu, bezplatné zaškolení personálu a **6letý pozáruční kompletní servis** (*dále je Fullservis*).

**Název projektu (veřejné zakázky):**  
„Magnetická rezonance“

Ev. číslo (Věstník VZ): VZ 507946  
Ev. číslo (TED): 2015/S 035-059335

### **2.2 Podrobné vymezení předmětu zakázky**

Veškeré požadované technické, kvalitativní a funkční parametry Zařízení jsou podrobně specifikovány v samostatné příloze č. 2 zadávací dokumentace, obchodní podmínky dodávky jsou vymezeny v samostatné příloze č. 4a zadávací dokumentace (závazném návrhu kupní smlouvy). Veškeré požadavky na Fullservis jsou podrobně specifikovány v samostatné příloze č. 4b zadávací dokumentace (závazném návrhu servisní smlouvy).

Součástí předmětu plnění bude:

- **dodávka MR skeneru pro všeobecné použití v klinické diagnostice s polem o síle 1,5 T včetně příslušenství dle uvedené technické specifikace uvedené v příloze č. 2 této zadávací dokumentace a čl. 1 a násl. návrhu Kupní smlouvy. Předmětem plnění veřejné zakázky musí být přístroj nový, nepoužitý, nerepasovaný, s datem výroby min. roku 2015, nezastavený, nezapůjčený, nezatížený leasingem ani jinými právními vadami a nesmí porušovat žádná práva třetích osob k patentu nebo k jiné formě duševního vlastnictví;**
- **poskytování záručního servisu přístroje (plné servisní pokrytí včetně dodávek náhradních dílů, včetně chladicí hlavy a helia) po dobu 2 roků dle podmínek o servisu stanovených v kupní smlouvě;**
- **poskytování pozáručního servisu přístroje (plné servisní pokrytí včetně dodávek všech náhradních dílů, včetně chladicí hlavy a helia) prováděný po dobu dalších 6 roků po ukončení běhu záruční doby - dle podmínek stanovených v servisní smlouvě. Náklady na pozáruční servis budou vyčísleny zvlášť – jsou součástí kriteriálního hodnocení nabídky;**
- **zajištění dopravy do místa určení a instalace do určených prostor včetně zabudování a napojení na stávající inženýrské sítě ve smyslu montáže nového přístroje v místě plnění, zhotovení stínící kabiny, příslušných elektrorozvodů a osvětlení, uvedení MR skeneru do řádného chodu a provedení předávacích zkoušek ve stanoveném rozsahu, napojení do stávajícího systému PACS a NIS zadavatele.**
- **zpracování a předložení technologické projektové dokumentace (dále jen „projektu“) pro instalaci Zařízení a poskytnutí spolupráce při realizaci veškerých stavebně – technologických prací. Součástí technologického projektu musí být také návrh stavebních úprav nutných pro přípravu transportní cesty na místo instalace, návrh podpůrných prvků pro instalaci a pro následný servis. Vlastní stavební úpravy mimo práce a dodávky vyspecifikované v příloze č. 2 zadávací dokumentace provede dodavatel stavebních prací vybraný na základě samostatného zadávacího řízení, cena za tyto práce nebude součástí nabídkové ceny uchazeče. Technologický projekt musí obsahovat jednoznačné „hraniční“ specifikace ve smyslu stavebně – technologické návaznosti na stavební část. Technologický projekt bude obsahovat návrh prostorového uspořádání dodávky, včetně potvrzení souladu s provedenou stavební připraveností, popřípadě připomínky ke stavební připravenosti (dispozice, kabelové trasy, odvod tepla, zapojovací body atd.). Technologický projekt musí být dodán do 3 týdnů po podpisu kupní smlouvy s vybraným dodavatelem;**
- likvidace obalů a odpadu;
- uvedení do „fyzikálního“ provozu;
- spolupráce s radiologickými asistenty a lékaři při konfiguraci systému a nabírání a ověřování dat v plánovacím systému;
- uvedení do klinického provozu a spolupráce se zadavatelem ve fázi „klinického“ provozu, včetně plného zaškolení veškeré obsluhy přímo na pracovišti zadavatele (v českém jazyce) v rozsahu min. 80 hodin času školitele. Doklad o instruktáži personálu bude předložen nejpozději k datu uvedení zařízení do klinického provozu. Ve smyslu zákona č. 123/2000 Sb., včetně vystavení protokolu o tomto zaškolení;
- zajištění a uhrazení minimálně týdenní stáže určeného personálu na pracovišti s obdobným vybavením před zahájením klinického provozu. Určeným personálem je myšleno: 2 lékaři, 2 radiologičtí asistenti.

Součástí dodávky Zařízení musí rovněž být:

- návod na obsluhu v českém jazyce 1x v písemné podobě, 1x na CD
- prohlášení o shodě (CE), příslušná dokumentace dle zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, schválení pro užívání v EU a ČR (atesty, certifikáty, prohlášení o shodě v souladu s účinnou legislativou)

Poskytování bezplatného záručního servisu včetně dodávky potřebných náhradních dílů po celou dobu záruční lhůty je 24 měsíců. Rozsah, podmínky a další náležitosti záručního servisu jsou řešeny v příloze č. 4a ZD - **Závazný návrh kupní smlouvy.**

Rozsah, podmínky a další náležitosti pozáručního servisu jsou řešeny v příloze č. 4b ZD - **Závazný návrh servisní smlouvy.**

### 2.3 Zvláštní podmínky pro realizaci zakázky

Při provádění předmětu zakázky bude vybraný dodavatel postupovat vždy podle pokynů odpovědných osob zadavatele a je povinen v dostatečném předstihu dohodnout podrobnosti a přesné parametry konkrétní dodávky.

### 2.4 Technické a kvalitativní parametry

Požadované technické a funkční parametry Zařízení jsou uvedeny ve Formuláři technických specifikací dodávky Zařízení, který tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace (členění nabídky pod písm. „I“). Uchazeči musí v nabídce v této příloze deklarovat splnění těchto parametrů.

Uchazeč splnění technických parametrů dále doloží technickou dokumentací Zařízení (členění nabídky pod písm. „J“).

Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených v příloze č. 2 (pozn. pokud jsou hodnoty vymezeny horní nebo dolní mezí resp. jsou vymezeny min./max. nebo tzv. rozsahem, pak je třeba tyto požadované hodnoty splnit, v souladu se zadávacími podmínkami a to nejméně v hodnotách technickými parametry požadujícími nebo lepšími). **Dodavatel se zaváže, že dodané Zařízení bude zcela odpovídat technicko - kvalitativním parametrům uvedeným v nabídce.**

V případě pochybností zadavatele o splnění požadovaných technických parametrů u nabízeného Zařízení musí být uchazeč schopen, a to na základě písemné žádosti zadavatele, předložit zadavateli v požadované lhůtě (min. 3 pracovních dnů) případně další údaje, informace či doklady k nabízenému zboží, prokazující dodržení všech technických, kvalitativních a funkčních parametrů v úrovni požadované v této zadávací dokumentaci (v příloze č. 2).

**V případě nedodržení požadovaných parametrů bude nabídka posouzena jako nesplňující podmínky zadání a uchazeč bude ze zadávacího řízení vyloučen.**

Pokud tato zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména nebo označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitého podnikatele za příznačné, je možno tyto výrobky a materiály nahradit obdobnými s technicky a kvalitativně srovnatelnými parametry.

Veškeré položky Zařízení nabízené uchazečem musí splňovat české příp. evropské normy a zákonné předpisy, a to především požadavky dle zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích předpisů, požadavky dle NV 336/2004 Sb., v platném znění, nebo NV 286/2001 Sb., v platném znění, nebo NV 154/2004 Sb., v platném znění, event. dle obdobných směric EU. Při plnění předmětu zakázky musí být rovněž splněny požadavky Vyhlášky č. 23/2008 Sb. (Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany).

**Veškeré položky Zařízení musí být nové, nikdy předtím nepoužité, prvotřídní kvality, zabalené v originálních obalech. Datum výroby nesmí být dřívější než v roce 2015.**

### 2.5 Zatřídění dodávek dle kódu CPV

Jednotka magnetické rezonance

- kód CPV: 33111610-0

Opravy a údržba zdravotnických přístrojů

- kód CPV: 50421000-2

### 2.6. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Celková předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky (dle čl. 2.1.) činí:

a) pro Zařízení

b) pro Fullservis

**CELKEM a) + b) 37.450.000,- Kč bez DPH**

Tyto hodnoty pro Zařízení a Fullservis jsou maximální a nepřekročitelné. Nabídka, která nesplní tyto podmínky, bude z hodnocení vyřazena a uchazeč následně vyloučen z další účasti v zadávacím řízení.

### **III. MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY**

Místem plnění zakázky je Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, na adrese Strážovská 1247, 697 33 Kyjov, radiodiagnostické oddělení – pracoviště MR.

### **IV. DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY**

#### **Doba plnění**

Předpokládané zahájení plnění: srpen/září 2015

Požadovaný termín dodávky Zařízení včetně montáže a předání Zařízení do fyzikálního provozu je **max. 90 dnů od podpisu smlouvy za předpokladu zajištění stavební připravenosti.**

Zadavatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit termíny realizace zakázky s ohledem na své provozní a organizační potřeby, vždy po konzultaci s vybraným dodavatelem. Požadovaný termín dodávky (max. 90 dnů) se v takovém případě nemění.

Po podpisu smlouvy budou ze strany vybraného dodavatele zahájeny práce na přípravě technologického projektu, požadovaný termín dodání technologického projektu: **do 3 týdnů od podpisu smlouvy.**

Vlastní dodávka Zařízení bude zahájena po ukončení stavebních úprav prostor určených pro instalaci Zařízení. Stavební úpravy, mimo dodávek a prací specifikovaných v příloze č. 2 této zadávací dokumentace provede **dodavatel** vybraný na základě samostatného zadávacího řízení, jejich realizace **není součástí** předmětu plnění této veřejné zakázky. Předpokládané ukončení stavebních úprav prostor pro umístění Zařízení je do konce srpna 2015.

Instalace Zařízení bude zahájena neprodleně po předání upravených prostor a bude probíhat dle harmonogramu, připraveného vybraným dodavatelem před podpisem Kupní smlouvy (nemusí být součástí nabídky uchazeče). Tento harmonogram se po odsouhlasení oběma smluvními stranami stane přílohou Kupní smlouvy.

### **V. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE**

Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky uchazeče (dodavatele) v rámci tohoto otevřeného řízení je prokázání splnění kvalifikace.

Každý uchazeč musí splnit kvalifikaci v souladu s § 50 a následných ZVZ, tím že prokáže:

#### **5.1 ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY**

Dodavatel je povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů v rozsahu dle § 53 odst. 1 ZVZ způsobem dle § 53 odst. 3 ZVZ.

#### **5.2 PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY**

V souladu s § 54 písm. a), b) a d) ZVZ dodavatel prokáže profesní kvalifikační předpoklady v následujícím rozsahu:

5.2.1 Dodavatel předloží **výpis z obchodního rejstříku** či jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán podle zvláštních právních předpisů.

- 5.2.2 Dodavatel předloží **oprávnění k podnikání** podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění.
- 5.2.3 Dodavatel dále předloží **doklad o registraci ve smyslu § 31 zákona č. 123/2000 Sb.**, o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících předpisů, v platném znění, a to pro výrobu, dovoz nebo distribuci nabízených výrobků a zároveň pro jejich servis. Dokladem o registraci se rozumí **Sdělení ministerstva zdravotnictví o splnění oznamovací povinnosti**, kde je uvedeno přidělené evidenční číslo, či jiný doklad, který jednoznačně prokáže, že oznamovací povinnost byla ze strany uchazeče splněna.

### **5.3 EKONOMICKÁ A FINANČNÍ ZPŮSOBILOST**

Dodavatel předloží v souladu s § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit tuto veřejnou zakázku.

### **5.4 TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY**

Zadavatel požaduje prokázání technických kvalifikačních předpokladů v souladu s § 56 odst. 1 písm. a), b), e) a f) ZVZ v následujícím rozsahu:

- 5.4.1 Dodavatel předloží seznam významných zakázek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech. V seznamu bude uveden název a popis předmětu zakázky, její rozsah - finanční objem, doba plnění a název a kontakt na objednatele. K doložení seznamu může dodavatel použít vzoru v příloze č. 7 zadávací dokumentace. Přílohou seznamu musí být:
1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli
  2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo
  3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.
- Tento kvalifikační předpoklad splní dodavatel, který výše uvedeným způsobem doloží, že v posledních třech letech realizoval a dokončil alespoň 3 zakázky s finančním objemem každé z nich minimálně 20,0 mil. Kč bez DPH, jejichž předmětem byla dodávka magnetické rezonance (pozn. částka 20,0 mil. Kč je za dodávku přístroje bez Fullservisu).
- 5.4.2 Dodavatel v nabídce předloží **seznam techniků**, kteří se budou podílet na instalaci zakázky a jejího uvádění do provozu. V seznamu budou uvedeni minimálně 2 technici pro Zařízení. Všichni technici, kteří se budou podílet na instalaci zakázky a jejího uvádění do provozu, předloží doklad o kvalifikaci servisního technika (certifikát vydaný výrobcem Zařízení o absolvování školení pro instalaci a servis).
- 5.4.3 Dodavatel v samostatné části nabídky (písm. J osnovy nabídky) předloží **základní technický popis a zároveň fotografickou či výkresovou dokumentaci veškerého zboží určeného k dodání**, ze kterých musí vyplývat **obchodní názvy a typové označení nabízených výrobků položek Zařízení, jména výrobců a technické parametry** prokazující splnění všech požadavků definovaných zadavatelem v této ZD v souladu s přílohou č. 2 této ZD. Katalogová dokumentace může být předložena v anglickém či německém jazyce, pokud není k dispozici česká verze.
- 5.4.4 Dodavatel předloží **čestné prohlášení**, že Zařízení splňuje příslušné technické normy a právní předpisy, především požadavky zákona č. 123/2000 Sb., v platném znění, a dále požadavky dle NV 336/2004 Sb. (nebo NV 286/2001 Sb. nebo NV 154/2004 Sb.) v platném znění, event. dle obdobných směrnic EU. **Doklady prokazující shodu nabízených výrobků (příslušná prohlášení o shodě nebo jiné zákonem stanovené doklady vystavené příslušnými orgány), doloží vybraný dodavatel nejpozději ke dni podpisu kupní smlouvy a budou tvořit její přílohu č. 5.**

## **5.5 PODMÍNKY SPOLEČNÉ PRO PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE**

- 5.5.1 Veškeré požadované doklady, osvědčení a prohlášení mohou být předloženy v souladu s § 57 ZVZ v prostých kopiích. Zadavatel má právo požadovat před uzavřením smlouvy předložit originály nebo ověřené kopie dokladů prokazující splnění kvalifikace, v takovém případě je uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 ZVZ, povinen takové doklady předložit.
- 5.5.2 Nejsou – li doklady vydány v českém jazyce, musí být předložen jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka, přičemž tato povinnost se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce a na další doklady, o kterých to stanoví tato zadávací dokumentace.
- 5.5.3 Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být ke dni podání nabídky starší než 90 kalendářních dnů.
- 5.5.4 Dodavatel zapsaný v seznamu kvalifikovaných dodavatelů může prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 ZVZ a profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 ZVZ výpisem ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne starším než 3 měsíce. Tento Seznam nahrazuje prokázání splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů.
- 5.5.5 Dodavatel může prokázat splnění kvalifikace certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti uvedené v § 139 ZVZ. Tento certifikát nahrazuje prokázání splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů.
- 5.5.6 Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace vymezené zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit:
- a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) ZVZ subdodavatelem (tj. prohlášení o tom, že dodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek) a
  - b) doklady prokazující splnění profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) ZVZ (tj. výpis z OR) subdodavatelem a
  - c) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věci či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ.
- 5.5.7 Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a) ZVZ.
- 5.5.8 Má-li být předmět zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají společnou nabídku, musí každý z nich prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 50 odst. 1 písm. a) ZVZ a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) ZVZ v plném rozsahu. Další kvalifikační předpoklady podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ musí prokázat všichni dodavatelé společně, tj. doklady k prokázání kvalifikace musí všichni tyto dodavatelé předložit v takovém rozsahu, aby bylo možno posoudit, zda kvalifikaci v požadované úrovni a rozsahu fakticky splňují, a to s ohledem na příslušný podíl při plnění předmětu zakázky.
- 5.5.9 V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají společnou nabídku, musí zároveň v nabídce předložit smlouvu, z níž vyplývá závazek, že všichni tyto dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Příslušná smlouva musí rovněž zřetelně vymezovat, který z dodavatelů je oprávněn jednat za ostatní účastníky ve věcech spojených s poskytováním plnění veřejné zakázky či její určité části, a kterou konkrétní část plnění bude fakticky poskytovat každý z dodavatelů.



- 5.5.10 Nevyplyvá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném ZVZ a zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách, nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky.
- 5.5.11 Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane dodavatel splňovat kvalifikaci, je dodavatel povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost veřejnému zadavateli písemně oznámit. Dodavatel je povinen předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti veřejnému zadavateli. Veřejný zadavatel může na žádost dodavatele tuto lhůtu prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout. Tato povinnost se vztahuje obdobně na uchazeče, se kterým je v souladu s rozhodnutím veřejného zadavatele podle § 81 ZVZ možné uzavřít smlouvu, a to do až do doby uzavření smlouvy. V takovém případě musí uchazeč, s nímž veřejný zadavatel uzavírá smlouvu, předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy.
- 5.5.12 Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, musí být zadavatelem podle § 60 ZVZ z účasti v zadávacím řízení vyloučen.
- 5.5.13 Dodavatel, který předloží k prokázání splnění kvalifikace informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly, nebo mohly mít vliv na posouzení kvalifikace dodavatele v zadávacím řízení se, dopouští správního deliktu, za který může být uložena pokuta až do 20 mil. Kč a zákaz plnění veřejných zakázek na dobu 3 let.

## **VI. SEZNAM SUBDODAVATELŮ**

- 6.1 Zadavatel neomezuje rozsah subdodavatelů, ale požaduje, aby uchazeč ve své nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jiným osobám, subdodavatelům.
- 6.2 Uchazeč uvede seznam předpokládaných subdodavatelů, podílejících se na plnění předmětu veřejné zakázky v objemu vyšším než 10% z celkového finančního objemu zakázky a dále všech subdodavatelů, prostřednictvím kterých prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů. Seznam bude zpracován v souladu s přílohou č. 5 této zadávací dokumentace a po podpisu kupní smlouvy se stane její přílohou.
- 6.3 Pokud uchazeč prostřednictvím subdodavatele prokazuje některý z kvalifikačních předpokladů, musí být v nabídce předloženy všechny doklady požadované zákonem pro tento způsob prokázání kvalifikace a tento subdodavatel se musí na plnění předmětu zakázky podílet a to v min. rozsahu, v jakém prokázal splnění kvalifikace. Změna takového subdodavatele je v průběhu plnění díla možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností, po písemném souhlasu zadavatele a pouze za předpokladu, že náhradní subdodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako subdodavatel původní.
- 6.4 Jestliže uchazeč při plnění zakázky subdodavatelů nevyužije, předloží v nabídce v tomto smyslu čestné prohlášení.

## **VII. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY DODÁVKY**

- 7.1 Uchazeč stanoví celkovou nabídkovou cenu jako celkovou cenu v souladu s touto ZD, a to absolutní částkou v české měně. Celková nabídková cena se bude skládat z ceny dodávky Zařízení dle požadavků ZD a z ceny Fullservisu. Maximální a nepřekročitelné předpokládané hodnoty Zařízení a Fullservisu jsou uvedeny v čl. 2.6. Ceny budou uvedeny v členění bez DPH, samostatně vyčíslené DPH platné ke dni podání nabídky a ceny včetně DPH.
- 7.2 **Nabídková cena bude zpracována formou oceněného formuláře pro zpracování nabídkové ceny** (dle přílohy č. 3 zadávací dokumentace). Uchazeči jsou povinni ocenit všechny položky, jakékoliv zásahy uchazečů do struktury jsou nepřipustné.
- 7.3 Nabídková cena musí vždy zahrnovat náklady na zhotovení a dodávku zboží včetně zabudování a napojení na stávající inženýrské sítě ve smyslu montáže nového přístroje v místě plnění, obvyklých obalů, dopravy a pojištění při přepravě, instalace (montáže a rozmístění), úklidu a likvidace obalů, zaškolení obsluhy, včetně případných nezbytných revizí, atestů, technické dokumentace. Cena musí zahrnovat veškeré náklady dodavatele nutné pro realizaci předmětu plnění, včetně pojištění, daní, cel a poplatků, inflačních vlivů, garancí i nákladů na provádění záručního servisu.
- 7.4 Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kursu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH.
- 7.5 **Platební podmínky**  
Platba bude provedena v české měně v pěti splátkách na základě Prodávajícím vystaveného řádného daňového dokladu se splatností 30 kalendářních dnů ode dne jeho prokazatelného doručení zadavateli (budoucí Kupující). Zálohy zadavatel neposkytuje. Platba se skládá z jedné hlavní splátky a čtyř splátek ve formě pozastávky během prvního roku klinického provozu Zařízení.  
Podrobně jsou platební podmínky vymezeny v rámci závazných smluvních ustanovení návrhu kupní smlouvy, která je přílohou č. 4a této ZD.

## **VIII. OBCHODNÍ PODMÍNKY**

- 8.1 Uchazeč jako součást nabídky předloží návrh kupní a servisní smlouvy, jejíž závazný text je doložen v příloze č. 4a a příloze č. 4b této ZD.
- 8.2 Návrh každé kupní smlouvy musí být ze strany uchazeče **doplněn o údaje** nezbytné pro vznik smlouvy (veškeré údaje podbarvené šedě nebo „\*“ - zejména vlastní identifikaci, nabídkovou cenu, číslo účtu dodavatele pro platby faktur, číslo pojistné smlouvy a název pojišťovacího ústavu, adresu pro doručování) a podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, a to způsobem uvedeným v příslušné listině prokazující způsob jednání. **Předložení nepodepsaného textu smlouvy není předložením návrhu smlouvy, nabídka uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.**
- 8.3 Smluvní ustanovení obsažená v závazných textech kupní a servisní smlouvy nesmí uchazeč měnit mimo části vyznačené podbarvením. Nedodržení tohoto požadavku bude bráno jako nesplnění zadávacích podmínek a nabídka uchazeče bude z dalšího posuzování nabídek vyřazena.
- 8.4 V případě nejasností v obsahu obchodních podmínek, resp. v návrhu kupní smlouvy má uchazeč možnost si tyto nejasnosti vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek způsobem a ve lhůtě stanovené v ustanovení § 49 ZVZ.

## **IX. JISTOTA**

Zadavatel požaduje v souladu s § 67 ZVZ poskytnutí jistoty za nabídku ve výši **400.000,- Kč**

(slovy: čtyřstatisíc korun českých).

Jistota může být uchazečem poskytnuta pouze jednou z těchto forem:

- a) složením peněžní částky na účet zadavatele
- b) bankovní zárukou ve prospěch zadavatele ve smyslu § 2029 a násl. občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.).
- c) pojištěním záruky ve smyslu § 47 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů.

Add a) Pro poskytnutí jistoty formou **vkladu peněžní částky na účet zadavatele** je tento účet 12038-671/0100, specifický symbol: IČO uchazeče, ve zprávě pro příjemce uvede uchazeč **své obchodní jméno a text: „Jistota-MR“**.

Peněžní částka odpovídající výši jistoty musí být připsána na shora uvedený účet nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Zadavatel požaduje jako součást nabídky předložit doklad o poskytnutí jistoty touto formou. Tímto dokladem se rozumí potvrzení banky o složení peněžní částky v hotovosti na uvedený účet zadavatele nebo výpis z účtu uchazeče, na kterém je celá částka jistoty prokazatelně odečtena ve prospěch účtu zadavatele. Uchazeč do nabídky zároveň uvede bankovní spojení a číslo účtu, na který požaduje uvolněnou jistotu vrátit.

Add b) V případě jistoty **poskytnuté formou bankovní záruky** musí její platnost začínat nejpozději posledním dnem lhůty pro podání nabídek. Uchazeč je povinen zajistit platnost bankovní záruky po celou dobu zadávací lhůty podle § 43 ZVZ, a to i v případech, kdy se během zadávací lhůty přeruší z důvodů uvedených v § 43 odst. 4 a 5 ZVZ.

Dokladem o poskytnutí jistoty touto formou je **originál záruční listiny** vystavené ve prospěch zadavatele jako oprávněného (příjemce záruky), z jejíhož obsahu je zřejmé, že banka poskytne zadavateli plnění až do výše zaručené částky bez odkladu a bez námitek po obdržení první výzvy zadavatele v případech vymezených v § 67 odst. 7 zákona, a to na základě sdělení, že uchazeč v rozporu se zákonem nebo zadávacími podmínkami zrušil nebo změnil svou nabídku nebo odmítl uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku dle § 82 odst. 2 a 4 ZVZ, nebo na základě odůvodněného rozhodnutí zadavatele, pokud uchazeč neposkytl součinnost potřebnou k uzavření smlouvy podle § 82 odst. 4 ZVZ.

Add c) V případě jistoty **poskytnuté formou pojištění záruky** musí platnost pojištění začínat nejpozději posledním dnem lhůty pro podání nabídek. Uchazeč je povinen zajistit platnost pojištění záruky po celou dobu zadávací lhůty podle § 43 ZVZ, a to i v případech, kdy se během zadávací lhůty přeruší z důvodů uvedených v § 43 odst. 4 a 5 ZVZ.

Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, že pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel. Pojistitel vydá pojištěnému písemné prohlášení obsahující závazek vyplatit zadavateli pojistné plnění, pokud uchazeč v rozporu se zákonem nebo zadávacími podmínkami zrušil nebo změnil svou nabídku nebo odmítl uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku dle § 82 odst. 2 a 4 ZVZ nebo na základě odůvodněného rozhodnutí zadavatele, pokud uchazeč neposkytl součinnost potřebnou k uzavření smlouvy podle § 82 odst. 4 ZVZ.

Pokud není bankovní záruka nebo pojistná smlouva vyhotovena v českém jazyce, musí být přiložen jejich úředně ověřený překlad. Podmínky pro uvolnění jistoty jsou uvedeny v § 67 ZVZ.

## **X. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK**

Všechny v řádné lhůtě doručené nabídky, které budou podány kvalifikovanými uchazeči a budou zpracovány v souladu se zadávacími podmínkami, budou posouzeny a hodnoceny.

**Hodnocení nabídek bude provedeno podle hodnotícího kritéria, kterým je dle § 78 odst. 1 písm. a) ZVZ ekonomická výhodnost nabídky.**

| Pořadí dle váhy | Kritérium                                      | Váha kritéria |
|-----------------|--|---------------|
| 1. kritérium    | Celková nabídková cena v Kč bez DPH            | 85,0%         |
| 2. kritérium    | Počet akvizičních kanálů nabízeného přístroje  | 7,0%          |
| 3. kritérium    | Homogenita magnetické pole pro FOV 50x50x45 cm | 5,0%          |
| 4. kritérium    | Výkon RF vysílače                              | 3,0%          |

**Minimální vymezení jednotlivých hodnot je stanoveno v příloze č. 2 ZD - Formulář technických specifikací dodávky Zařízení.**

Kritéria č. 1 a 3 se budou hodnotit podle tohoto vzorce:

$100 * (\text{nejvýhodnější nabídka} / \text{hodnocená nabídka}) * \text{váha vyjádřená desetinným číslem}$

Kritéria č. 2 a 4 se budou hodnotit podle tohoto vzorce:

$100 * (\text{hodnocená nabídka} / \text{nejvýhodnější nabídka}) * \text{váha vyjádřená desetinným číslem}$

**Minimální vymezení jednotlivých váhových kritérií je stanoveno v příloze č. 2 této zadávací dokumentace - Formuláři technických specifikací dodávky Zařízení.**

**Pro hodnocení jsou rozhodující údaje uvedené v návrhu Kupní smlouvy a Servisní smlouvy. Tyto údaje jsou pro uchazeče závazné a v případě, že by došlo k uvedení rozdílných hodnot ve smlouvách a na titulním listu nabídky se budou hodnotit údaje z Kupní a Servisní smlouvy.**

### 1. Hodnotící kritérium Celková nabídková cena v Kč bez DPH

Celková nabídková cena je cena za předmět plnění dle čl. II, tzn. dodávka a instalace Zařízení a 6letý pozáruční „Fullservis“.

Nejvíce bodů získá nabídka s nejnižší celkovou cenou. Hodnocena bude cena v Kč bez DPH. Jde o kritérium, kde má nejvýhodnější nabídka minimální hodnotu.

Hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100, procenta váhy vyjádřené desetinným číslem ( $85,0\% = 0,85$ ) a poměru nejvýhodnější nabídky k nabídce hodnocené.

### 2. Hodnotící kritérium Počet akvizičních kanálů nabízeného přístroje

Nejvíce bodů získá nabídka s nejvyšším počtem akvizičních kanálů nabízeného přístroje. Jde o kritérium, kde má nejvýhodnější nabídka maximální hodnotu. Minimální počet akvizičních kanálů přístroje byl stanoven na 32 kanálů. Maximální počet akvizičních kanálů nebyl zadavatelem stanoven.

Hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100, procenta váhy vyjádřené desetinným číslem ( $7,0\% = 0,07$ ) a poměru hodnocené nabídky k nabídce nejvýhodnější.

### 3. Hodnotící kritérium Homogenita magnetického pole pro FOV 50x50x45 cm

Nejvíce bodů získá nabídka s nejnižší hodnotou homogenity MR pole pro FOV 50x50x45 cm uvedenou v ppm VRMS. Jde o kritérium, kde má nejvýhodnější nabídka minimální hodnotu. Maximální přípustná hodnota homogenity MR pole pro FOV 50x50x45 cm je 4,0 ppm VRMS. Minimální přípustná hodnota homogenity MR pole pro FOV 50x50x45 cm nebyla zadavatelem stanovena.

Hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100, procenta váhy vyjádřené desetinným číslem (5,0% = 0,05) a poměru nejvýhodnější nabídky k nabídce hodnocené.

#### 4. Hodnotící kritérium Výkon RF vysílače

Nejvíce bodů získá nabídka s nejvyšším výkonem RF vysílače uvedený v kW. Jde o kritérium, kde má nejvýhodnější nabídka maximální hodnotu. Minimální hodnota výkonu RF vysílače je 15 kW. Maximální hodnota výkonu RF vysílače nebyla zadavatelem stanovena.

Hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100, procenta váhy vyjádřené desetinným číslem (3,0% = 0,03) a poměru hodnocené nabídky k nabídce nejvýhodnější.

#### **Výběr nevhodnější nabídky**

Každé dílčí hodnotící kritérium má svou váhu vyjádřenu v procentech. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek získaných z dílčích hodnotících kritérií, bude stanoveno pořadí vhodnosti jednotlivých nabídek. Jako nejvhodnější bude stanovena nabídka, která dosáhne nejvyšší hodnoty.

V případě náhodné rovnosti bodů u prvních dvou nabídek se rozhodne o vítězi takto: za vítěznou bude považována ta nabídka, která bude výhodnější z hlediska prvního kritéria hodnocení - Celkové výše nabídkové ceny v Kč bez DPH.

V případě, že v nabídce uchazeče u jednotlivých hodnotících kritérií nebude dosaženo minimálních či maximálních přípustných hodnot, nebude tato nabídka hodnocena. Hodnotící komise takovou nabídku vyřadí z dalšího hodnocení. Zadavatel uchazeče vyloučí z účasti na zadávacím řízení.

## **XI. DATUM, ČAS A MÍSTO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI**

Otevírání obálek s nabídkami proběhne v sídle zadavatele Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, Strážovská 1247, 696 33 Kyjov a to ihned po lhůtě pro podání nabídek dle odst. XII této ZD tedy **9. 6. 2015 v 10:00 hodln.**

Otevírání obálek se může zúčastnit maximálně jeden zástupce za každého uchazeče, který podal nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Tento zástupce musí být oprávněný jednat jménem či za uchazeče, příp. musí být k účasti na otevírání obálek oprávněnou osobou zmocněn. Plnou moc předloží komisi před otevíráním obálek.

## **XII. LHŮTA A ZPŮSOB PODÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ NABÍDEK**

Lhůta pro podání nabídek byla stanovena v souladu s § 39 ZVZ a končí **dnem 9. 6. 2015 v 10:00 hodin.**

Místem pro podání nabídky je: ředitelství Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, Strážovská 1247, 697 33 Kyjov, kancelář č. 12, oddělení zdravotnické techniky, budova ředitelství. Nabídky je možno podat osobně v pá od 08:00 – 15:00 hod., nebo zaslat na výše uvedenou adresu zadavatele tak, aby nabídky byly na Obchodní oddělení zadavatele doručeny nejpozději do konce lhůty k podání nabídek. Později doručené nabídky se neotvírají.

#### **Osoby zadavatele, které jsou oprávněné přijímat nabídky:**

pan Jan Ševela  
paní Jitka Mikulčíková

Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele uvedených v oznámení zadávacího řízení a této zadávací dokumentaci. Nabídka i veškeré další doklady požadované zákonem a zadávacími podmínkami, musí být předloženy v českém jazyce, pokud jsou vydány v jiném jazyce,

musí být předložen jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka, přičemž tato povinnost se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce a na další doklady, o kterých to stanoví tato zadávací dokumentace.

Každá nabídka bude předána zadavateli nejméně v jednom písemném vyhotovení (doporučujeme nabídku vypracovat ve dvou písemných vyhotoveních – v jednom originále a v jedné kopii) a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu MS WORD, MS EXCEL, PDF. Originál nabídky bude označen jako „originál“ a kopie nabídky bude označena jako „kopie“. Kopie nabídky musí být úplnou kopií originální nabídky.

**V elektronickém vyhotovení nabídky požaduje zadavatel doložit minimálně:**

- vyplněnou Přílohu č. 2 – Formulář technických specifikací dodávky Zařízení (ve formátu MS WORD)
- technickou dokumentaci nabízeného Zařízení uvedenou v části „J“ nabídky (ve formátu pdf),
- vyplněnou Přílohu č. 3 – Formulář pro zpracování nabídkové ceny (ve formátu MS Excel),
- vyplněnou Přílohu č. 4a – Závazný návrh kupní smlouvy (ve formátu MS WORD), z důvodu elektronického zpracování nabídek v rámci posuzování a hodnocení. **V případě rozporu se má za rozhodující originál listinné podoby vyhotovené nabídky.**
- vyplněnou Přílohu č. 4b - Závazný návrh servisní smlouvy (ve formátu MS WORD), z důvodu elektronického zpracování nabídek v rámci posuzování a hodnocení. **V případě rozporu se má za rozhodující originál listinné podoby vyhotovené nabídky.**

Nabídka musí být datována a na „titulním listu“ podepsána uchazečem, resp. osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku. V případě jednání osobou zmocněnou k takovému úkonu, v takovém případě doloží uchazeč v nabídce originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci.

Z důvodu ochrany oprávněných zájmů uchazečů doporučuje zadavatel podat nabídky s jednotlivě očíslovanými listy (včetně dokladů k prokázání kvalifikace) zabezpečenými vhodným způsobem proti manipulaci. Pokud nabídka bude obsahovat nepovinné přílohy (fotografie, prospekty a další materiály), pak by tyto přílohy měly být neoddělitelně zařazeny až na konci za vlastní nabídkou uchazeče.

Všechna vyhotovení nabídky budou zadavateli doručena v jedné uzavřené obálce označené **názvem veřejné zakázky a heslem „ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ- VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - NEOTVÍRAT“**. Na obálce bude rovněž uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení o pozdním doručení nabídky dle § 71 odst. 5 ZVZ.

Požaduje-li uchazeč, aby mu byly **písemnosti dodávány na jinou adresu**, než je sídlo uvedené v oprávnění k podnikání nebo obchodním rejstříku, je povinen tuto adresu, telefon, fax, kontaktní osoby a další identifikační údaje uvést na „titulním listu“ své nabídky. Nebude-li na této adrese doporučená zásilka uchazečem převzata, bude přesto považována za doručenou.

**Zadavatel požaduje předložit nabídky v tomto jednotném členění:**

- A. **Titulní list nabídky** (viz příloha č. 1 této ZD), obsahující identifikační údaje uchazeče a nabídkovou cenu a hodnotící kritéria.
- B. **Obsah nabídky** s uvedením názvů jednotlivých kapitol včetně příloh, čísel listů a celkového počtu listů v nabídce.
- C. **Doklad prokazující způsob podepisování za uchazeče** (výpis z OR, plná moc, podpisový vzor apod.)
- D. **Doklad o složení jistoty**
- E. **Doklady k prokázání kvalifikace**
- F. **Doklady dle § 68 odst. 3 písm. a), b) a c) ZVZ** (dle přílohy č. 6 této ZD)
- G. **Návrh kupní smlouvy** (dle přílohy č. 4a této ZD)
- H. **Návrh servisní smlouvy** (dle přílohy č. 4b této ZD)
- I. **Formulář technických specifikací dodávky Zařízení** (vyplněná příloha č. 2 této ZD ve formátu A3). Tato příloha se stane Přílohou č. 1 kupní smlouvy
- J. **Technická dokumentace Zařízení** (technické listy), příp. fotografická či výkresová dokumentace. Tato příloha se stane Přílohou č. 2 kupní smlouvy (kromě fotografické a výkresové dokumentace)

- K. **Formulář pro zpracování nabídkové ceny** (vyplněná příloha č. 3 této ZD). Tato příloha je se stane Přílohou č. 3 kupní smlouvy
- L. **Adresy servisních středisek** prodávajícího pro dodávku zboží. Tato příloha se stane Přílohou č. 4 kupní smlouvy
- M. **Seznam subdodavatelů**. Tato příloha se stane Přílohou č. 7 kupní smlouvy
- N. Přílohy (nepovinné).

### **XIII. ZADÁVACÍ LHŮTA**

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadávací lhůta činí **90 kalendářních dní**.

Uchazeč je svou nabídkou vázán do konce zadávací lhůty, resp. do dne doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům umístěným na prvních třech místech v pořadí až do doby uzavření smlouvy nebo případného zrušení zadávacího řízení. Jsou-li podány námitky nebo návrh na přezkoumání úkonů zadavatele, zadávací lhůta neběží a posouvá se v souladu s § 43 odst. 4 a 5 ZVZ.

### **XIV. DODATEČNÉ INFORMACE**

#### **1. Písemné dotazy**

Pokud bude zájemce požadovat **doplňující informace** nebo vysvětlení, zašle své dotazy písemnou formou (poštou, faxem nebo e-mailem) **na adresu osoby zastupující zadavatele:**

Zadavatel je na základě ustanovení § 151 ZVZ zastoupen v zadávacím řízení na základě příkazní smlouvy č. 15021 zástupcem:

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Zástupce:               | DEA Energetická agentura, s.r.o.       |
| Sídlo:                  | Benešova 425, 664 42 Modřice           |
| Pracoviště:             | Sladkého 13, Brno - Komárov (areál MU) |
| IČO:                    | 41539656                               |
| Registrace:             | OR u KS v Brně oddíl C, vložka 2078    |
| Číslo příkazní smlouvy: | 15021                                  |



#### **Osoby určené zadavatelem, které jsou oprávněny přijímat dotazy:**

Ing. Eliška Hallová, email: [zakazky@dea.cz](mailto:zakazky@dea.cz), tel.: 545 110 145

Žádost o dodatečné informace musí být zadavateli doručena **nejpozději 6 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek**. Odpovědi na dotazy jednotlivých zájemců budou v zákonném termínu zaslány písemně (e-mailem) všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Dodatečné informace zadavatel vždy uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil textovou část zadávací dokumentace.

#### **2. Prohlídka místa plnění**

Prohlídku místa plnění umožní zadavatel přihlášeným dodavatelům dne **14. 5. 2015** na základě písemné žádosti.


## **XV. DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE**


- Dodavatel může podat v zadávacím řízení pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí.
- Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit či doplnit zadávací podmínky.
- Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení z důvodů uvedených v § 84 ZVZ.
- Zadavatel požaduje na uchazeči maximální součinnost a aktivní pomoc v případě dodatečného získání dotačního titulu na předmět plnění.
- Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.
- Zadavatel není oprávněn vracet uchazečům jejich nabídky, a to ani v případě zrušení zadávacího řízení.
- Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o přidělení zakázky ověřit příp. vyjasnit informace a skutečnosti deklarované uchazečem v jeho nabídce.
- Zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčí plnění.

## **XVI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- Veřejná zakázka je vypsána v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
- Nesplnění podmínek zadání či neúplnost nabídky je důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení a vyloučení uchazeče z další účasti v otevřeném řízení.
- Rozsah a způsob podání námitek se řídí § 110 ZVZ.

V Kyjově dne 16. 4. 2015

  
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace  
St. Čizovská 1247, 697 33 Kyjov  
Mgr. Danuše Křiváková  
ředitelka



.....  
**Mgr. Danuše Křiváková, ředitelka**  
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace



## **XVI. SEZNAM POUŽITÝCH ZÁKONŮ, VYHLÁŠEK A ZKRATEK - SHRNUTÍ**

### **Seznam zákonů a vyhlášek**

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů  
Vyhláška č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb  
Nařízení vlády č. 336/2004 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (NV 286/2001 Sb., NV 154/2004 Sb.)  
Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů  
Zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů

### **Seznam zkratk a výrazů**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>ZVZ</b>               | Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.  |
| <b>ZD</b>                | zadávací dokumentace   |
| <b>CPV</b>               | Společný slovník (číselník) pro veřejné zakázky „Common Procurement Vocabulary“  |
| <b>TED</b>               | Úřední věstník veřejných zakázek „Tenders electronic daily“  |
| <b>BTK</b>               | Bezpečnostně technické kontroly  |
| <b>NV</b>                | Nařízení vlády   |
| <b>KW, MHz</b>           | jednotky fyzikálních veličin soustavy SI, kilowat, MegaHerz  |
| <b>Fullservis</b>        | Kompletní služba, kompletní servis, pojem fullservis nebo též „full servis“ je již běžně užívaným výrazem  |
| <b>CE</b>                | Označení CE dokládá, že výrobek byl posouzen před uvedením na trh Evropského hospodářského prostoru. Označení CE umožňuje volný pohyb zboží v rámci trhu zemí Evropského hospodářského prostoru. Označení CE neznamená, že výrobek byl vyroben v EU a není značkou kvality. Ne všechny výrobky musí být označeny CE, ale pouze ty kategorie výrobků, pro které označení CE stanoví příslušná směrnice. Grafická podoba označení CE je dána normou a musí být umístěna na výrobku, obalu, uživatelském manuálu, či na záručním listu. Označení CE musí být umístěno viditelně, čitelně a nesmazatelně a je zakázáno používat jakékoliv značky, které s ním lze zaměnit. |
| <b>FOV</b>               | <b>zorné pole, zkratka pochází z angličtiny „field of view“</b>  |
| <b>RF</b>                | <b>radiofrekvenční</b>   |
| <b>ppm</b>               | <b>Jedna miliontina zkratka pochází z angličtiny „parts per million“</b>   |
| <b>VRMS</b>              | <b>zkratka pochází z angličtiny „volume root mean square“</b>  |
| <b>T</b>                 | <b>Tesla je jednotka magnetické indukce v soustavě SI, její značka je T</b>  |
| <b>Profil zadavatele</b> | <a href="https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_218.html">https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_218.html</a>  |