

VYŘIZUJE: Lenka Jelínková
TEL./FAX: 515 215 227
E-MAIL: lenka.jelinkova@nemzn.cz

DATUM: 02.11.2024

Zadavatel:

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
MUDr. Jana Janského 11
669 02 Znojmo

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k VZMR Inkubátory

Dotaz č.1 / 22.10.2024:

Žádám o vysvětlení Technické parametry: minimálně jeden inkubátor musí mít integrovaný vyjímatelný modul s technologií MASIMO?

Dodáváme inkubátory s integrovaným modulem - monitorem životních funkcí a nebo můžeme dodat externí monitor životních funkcí.

Odpověď k dotazu č.1:

Zadavatel trvá na daném parametru, důvodem je citlivost a přesnost při nízké perfuzi a sebemenším záchvěvu, monitor minimálně měří hodnoty EKG, saturace, NIBP a respirace.

Sdělení zadavatele:

Zadavatel, vzhledem k dotazu k zadávací dokumentaci VZMR Inkubátory - ke specifikaci technických parametrů a provozních požadavků a rovněž s přihlédnutím k tomu, že záměrem zadavatele je pořízení inkubátorů vyšší kategorie, rozhodl o revizi požadovaných technických a provozních parametrů - viz příloha 2 Technické parametry – Inkubátory_rev.

Zadavatel upozorňuje uchazeče o tuto zakázku, aby při zpracování nabídky použili tabulku revidované technické specifikace, která je na profilu zadavatele uveřejněna současně s tímto dokumentem.

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do 22.11. 2024 do 13:00 hodin.