

Zadavatel:
Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
MUDr. Jana Janského 11
669 02 Znojmo

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k VZMR Štěrbinové lampy

Dotaz č.1 / 4.11.2024:

Zadavatel v Požadovaných technických parametrech přístroje požaduje:

„Zdroj světla LED, intenzita $\geq 600\,000\text{ lx}$ “

Uchazeč nabídne:

„Zdroj světla LED, intenzita 280 000 LUX“

Což je funkčně, technicky a klinicky obdobné a obvyklé řešení. Bude zadavatel akceptovat řešení a nevyřadí uchazeče z výběrového řízení?

Odpověď k dotazu č.1:

Zadavatel uznává, že požadovaná intenzita světla stanovená v technickém zadání je nadhodnocená.

Zadavatel bude akceptovat navrhovanou intenzitu světla 280 000 luxů.

Dotaz č.2 / 4.11.2024:

Zadavatel v Požadovaných technických parametrech přístroje požaduje:

„Pozorovací úhel mezi okuláry 8°“

Uchazeč nabídne:

„Pozorovací úhel mezi okuláry 6°“

Což je funkčně, technicky a klinicky obdobné a obvyklé řešení. Bude zadavatel akceptovat řešení a nevyřadí uchazeče z výběrového řízení?

Odpověď k dotazu č.2:

Pozorovací mezi okuláry 6 st. je z praktického hlediska dostačující a zadavatel ho akceptuje.

Dotaz č.3 / 4.11.2024:

Zadavatel v Požadovaných technických parametrech přístroje požaduje:

„Nastavení PD (pupilární distance) min 50-80 mm“

Uchazeč nabídne:

„Nastavení PD od 52 mm do 87 mm“

Což je funkčně, technicky a klinicky obdobné a obvyklé řešení. Bude zadavatel akceptovat řešení a nevyřadí uchazeče z výběrového řízení?

Odpověď k dotazu č.3:

Zadavatel bude akceptovat nastavení PD 52-87 mm.

Dotaz č.4 / 4.11.2024:

Zadavatel v Požadovaných technických parametrech přístroje požaduje:

„Délka štěrbin v krocích min 0.2; 2; 3; 5; 9; 14 mm“

Uchazeč nabídne:

„Délka štěrby v krocích 0.2, 1, 5.3, 9, 12 mm“

Což je funkčně, technicky a klinicky obdobné a obvyklé řešení. Bude zadavatel akceptovat řešení a nevyřadí uchazeče z výběrového řízení?

Odpověď k dotazu č.4:

Zadavatel bude akceptovat délka štěrby v krocích 0,2,1,5.3,9,12 mm.

Dotaz č.5 / 4.11.2024:

Zadavatel v Požadovaných technických parametrech přístroje požaduje:

„Možný posuv základny v ose x (ze strany na stranu) 107 ± 1 mm ; v ose y (zepředu dozadu) 113 ± 1 mm; v ose z (nahoru dolů) 36 ± 1 mm“

Uchazeč nabídne:

„Posuv základny v ose x (ze strany na stranu) 105 mm; v ose y (zepředu dozadu) 110 mm; v ose z (nahoru dolů) 30 mm.“

Což je funkčně, technicky a klinicky obdobné a obvyklé řešení. Bude zadavatel akceptovat řešení a nevyřadí uchazeče z výběrového řízení?

Odpověď k dotazu č.5:

Zadavatel bude akceptovat navržený posuv základny v ose x 105 mm, v ose y 105 mm a v ose z 30 mm.

Sdělení zadavatele:

Zadavatel, vzhledem k výše uvedeným dotazům k zadávací dokumentaci VZMR Štěrbínové lampy rozhodl o revizi požadovaných technických parametrů.

Konečné požadované technické parametry jsou stanoveny v příloze 2 Technické parametry rev.

Zadavatel upozorňuje uchazeče o tuto zakázku, aby při zpracování nabídky použili tabulku revidované technické specifikace, která je na profilu zadavatele uveřejněna současně s tímto dokumentem.

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do 21.11. 2024 do 13:00 hodin.