

VYŘÍZUJE: Lenka Jelínková
TEL./FAX: 515 215 227
E-MAIL: lenka.jelinkova@nemzn.cz

DATUM: 08.11.2024

Zadavatel:

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace

MUDr. Jana Janského 11

669 02 Znojmo

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k VZMR Ultrazvukový přístroj

Dotaz č.1 / 05.11.2024:

Dobrý den,

bude prosím zadavatel akceptovat u parametru: "1 ks lineární sonda typu "hokejka" k vyšetření jemných nervových struktur na ruce s doplňkovým gravírovaným na středě sondy" a hodnoty "rozsah min. 10 - 22 MHz, šířka záběru max. 25mm" také frekvenční rozsah 6 - 16 MHz pro stejný účel použití s velikostí footprint 10x30 mm? Děkuji.

Odpověď k dotazu č.1:

Zadavatel trvá na tom, že frekvenční rozsah nabízené lineární sondy musí pokrýt pásmo minimálně v rozsahu 10 až 22 MHz. Šířka záběru nesmí být větší než 25 mm.

Sdělení zadavatele:

Vysvětlením zadávací dokumentace nedochází ke změně zadávacích podmínek. Lhůta pro podání nabídek 14.11.2024 do 13:00 se nemění.