

VYŘIZUJE: Lenka Jelínková
TEL./FAX: 515 215 227
E-MAIL: lenka.jelinkova@nemzn.cz

DATUM: 02.11.2024

Zadavatel:

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
MUDr. Jana Janského 11
669 02 Znojmo

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k VZMR Inkubátory

Dotaz č.2 / 22.10.2024:

Vážený Zadavateli,

chtěli bychom požádat o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel požaduje:

požadavek na průtokoměr O2 s manuálním nastavením ovládaným z venku na stupnici O2 (rozsah měření O2 min. 21–66 % obj.) - rozsah měření O2 $\geq$ 21–66 % obj.

Uchazeč se domnívá, že Zadavatel požaduje manuální regulaci O2 venkovním průtokoměrem, což znamená orientační dávkování procentuálního O2.

To ale znamená, že inkubátor nebude mít servoregulaci O2 a nemůže zobrazit měření a alarmy hladiny % O2 v inkubátoru. Je tento předpoklad správný?

Odpověď k dotazu č.2:

Zadavatel požadoval průtokoměr k inkubátoru s vnějším umístěním z důvodu jednodušší manipulace. Zadavatel připouští možnost nabídky na servoregulátor O2, který měří a má alarmy na O2 hladiny v inkubátoru.

Sdělení zadavatele:

Zadavatel, vzhledem k dotazu rozhodl o revizi požadovaných technických a provozních parametrů - viz příloha 2 Technické parametry – Inkubátory_rev_2.

Zadavatel upozorňuje uchazeče o tuto zakázku, aby při zpracování nabídky použili tabulku revidované technické specifikace, která je na profilu zadavatele uveřejněna současně s tímto dokumentem.

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do 29.11. 2024 do 13:00 hodin.