

VYŘIZUJE: Lenka Jelínková
TEL./FAX: 515 215 227
E-MAIL: lenka.jelinkova@nemzn.cz

DATUM: 15.11.2024

Zadavatel:
Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
MUDr. Jana Janského 11
669 02 Znojmo

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k VZMR Štěrbínové lampy

Zadavatelé byli doručeny následující dotazy k VZMR Štěrbínové lampy dne 14.11.2024:

Dotaz č. 1:

Zadavatel v technické specifikaci požaduje: Zdroj světla o intenzitě 250 000 lux.

Nabízíme zdroj světla o intenzitě 160 000 Lux (+/- 20%), tzn. až 192 000 Lux.

Bude toto řešení zadavatel akceptovat?

Dotaz č. 2:

Zadavatel v technické specifikaci požaduje: Posuv základny v ose z (nahoru dolů) 30 ± 1 mm.

Nabízíme posuv základny v ose z (nahoru dolů) 25 mm.

Bude toto řešení zadavatel akceptovat?

Odpověď k dotazům č.1 - 2:

Zadavatel Nemocnice Znojmo trvá na všech stanovených parametrech v příloze 2 Technické parametry_rev, které považuje pro potřeby očního oddělení za optimální. Jakékoliv odchylky od původní technické specifikace jsou nepřípustné.

Uvedená příloha je zveřejněna na profilu zadavatele.

Lhůta pro podání nabídek zůstává beze změny, tj. do 21.11. 2024 do 13:00 hodin.