

VYŘIZUJE: Ing. Eva Šafářová
TEL.: 518 601 237
E-MAIL: safarova.eva@nemkyj.cz
DATUM: 19.11.2024

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 05

Veřejná zakázka č. VZ202438 – Dodávka diagnostik a spotřebního materiálu pro imunohematologii HTO včetně bezplatné výpůjčky přístrojového vybavení

Na základě dotazu dodavatele poskytuje zadavatel vysvětlení a změnu zadávací dokumentace k výše uveřejněné veřejné zakázce v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

1. Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost dodavatele

Znění dotazu č. 1:

„Zadavatel dne 30.10.2024 v dokumentu VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 04 dotač.č.1 – odpověď:

Zadavatel po zvážení upravil technické požadavky Příloha č. 3 - Technická specifikace_verze02.

Řádek č.2 Požadavky na přístrojové vybavení technické specifikace_verze02, zde bylo akceptováno, že obě varianty jsou možné – jak integrovaný počítač, tak počítač desktopový.

"Desktopový počítač. Práce s desktopovým PC a readerem je minimálně stejně efektivní jako práce s přístrojem s integrovaným PC, navíc přináší výhodu v případě poruchy přístroje, kdy je možné desktopový PC a uživatelský SW dále využívat pro práci – lze nadále přijímat požadavky z LIS, zpracovávat testy, manuálně zadávat výsledky do systému, validovat je a posílat do LIS.

Zadavatel připouští integrovaný i desktopový počítače obě varianty jsou možné.

Řádek č. 10 Požadavky na přístrojové vybavení technické specifikace_verze02 zůstal v původním znění a je v rozporu s řádkem č.2

"reader pro odečet gelových karet s integrovaným počítačem, včetně skeneru pro načítání barkódů použitých diagnostik

- ANO"

Zadavatel dne 10.10.2024 v dokumentu VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 01 dotaz.č.7 – odpověď:

Zadavatel v požadavcích uvádí uživatelsky příjemnější variantu uspořádání antisér na gelových kartách, ale bude akceptovat i rozdělení na více kartách. Jedná se o karty k vyšetření fenotypu dárců, ne k rutinnímu provozu u pacientů.

V žádném případě nebude zadavatel akceptovat antiséru antiDIV+ jako součást vyšetření krevní skupiny.

Řádek č.5 Požadavky na diagnostika & imunohematologická vyšetření technické specifikace_verze02 zůstal v původním znění a není zde zohledněno vysvětlení dotazu ze dne 10.10.2024

"Gelová karta pro stanovení antigenů systémů Rh a Kell musí obsahovat tato antiséra: Anti-DVI+, Anti-C, Anti-E, Anti-c,

Anti-e, Anti-Cw, Anti-Kell, kontrolní mikrozkuška - ANO"

Žádáme zadavatele o provedení změn v kompletním dokumentu Příloha č. 3 - Technická specifikace_verze02, tak aby bylo zřejmé, že je povoleno se účastnit výběrového řízení i s přístrojem, který nemá integrované PC a provedení vyšetření antigenů systému Rh a Kell lze rozdělit na více gelových karet.“

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel po zvážení upravil technické požadavky.

II. Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem

Informace č. 1

Zadavatel na profil uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace č. 05, včetně nové verze přílohy č. 3 – Technická specifikace.

III. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace

Změna č. 1

Dokumentace je doplněna následovně:

Příloha č. 3 – Technická specifikace_verze03.docx

Změna č. 2

Zadavatel posoudil poskytnutou změnu zadávací dokumentace a s ohledem na její charakter rozhodl
o prodloužení lhůty pro podání nabídek o celou její původní délku.

Zadavatel upravuje bod **10.1 Lhůta pro podání nabídek** (zadávací dokumentace) na veřejnou zakázku na dodávky takto:

*nové znění: Lhůta pro podání nabídek končí dne **12.12.2024, v 10:00 hod.***

Za zadavatele:

MUDr. Jiří Vyhnal, ředitel