

Zadavatel:
CEJIZA, s.r.o.
se sídlem: Žerotínovo náměstí 449/3, Veverří, 602 00 Brno
IČO: 28353242

Veřejná zakázka:
„DNS 28 – Lůžka, matrace a stolky“
veřejná zakázka zadávaná v dynamickém nákupním systému s názvem **„Dynamický nákupní systém na dodávky lůžek, matrací, stolků a evakuačních podložek 2023–2026“** ve smyslu ust. § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen **„ZZVZ“**).

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

dle ust. § 98 ZZVZ

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

I.

Žádost č. 1 ze dne 15. 11. 2024:

„Položka – Lůžko s nízkou LP

Dotaz č.1

7.	Zvuková signalizace při snižování ložné plochy pod 20 cm, po celou dobu snižování
----	---

Můžeme znát důvod požadavku na zvukovou signalizaci při pohybu lůžka pod 20 cm?

Jakýkoliv zvuk, či hlasité signály jsou pro klienty s demencí zcela nežádoucí a velmi obtěžující, vzhledem k povaze organizace a stavu klientů, kteří budou lůžka využívat.

Může uchazeč nabídnout lůžko bez „zvukového signálu“?

Dotaz č.2

10.	Dolní bezpečnostní úvrať minimálně od 15 cm
-----	---

Dle dostupných informací při této nízké poloze lůžka 15 cm od země dochází k velmi vysokému riziku přirozené prašnosti od podlahy a hygienickému diskomfortu, tím i vysokému riziku respiračního onemocnění uživatele v této velmi nízké poloze ložné plochy lůžka.

Může uchazeč nabídnout standardní, nabídnutou nejnižší polohu lůžka 25 cm při splnění nejprísnějších evropských norem na bezpečnost lůžka v nízké poloze?

Dotaz č.3

11.	Programovatelné střední mobilizační polohy dle výšky klienta
-----	--

Programovatelnost mobilizační polohy u lůžek je velmi problematická, vzhledem k individualizaci polohování lůžek u jednotlivých klientů, tedy spojené s rizikem chybovosti jednotlivými pracovníky v přímé péči.

Uchazeč má za to, že ovládání lůžka bez programování mobilizačních poloh je okamžitá, a hlavně časově ekonomická bez nežádoucích chyb jednotlivými pracovníky v přímé péči.

Může uchazeč nabídnout standardní ovládání lůžka v jakékoliv poloze od 25 – 80 cm, které jde při manipulaci jednoduchým povolením stisku tlačítka na ovladači libovolně určit aktuální požadovanou výšku lůžka?

Dotaz č.4

14.	Typ: dělené postranice v délce 90 cm a 110 cm, připevněné pouze k rámu lůžka ve dvou úchytech
-----	---

Jaký pádný argument a důvod má zadavatel na požadované rozdělení dělených postranic 90 a 110 cm?

Uchazeč nabízí standardní, a v praxi léty osvědčené, dělené postranice 100 a 100 cm, rozděleny tedy v poměru 50/50. Tohle rozdělení postranic plně vyhovuje požadavku nerestriktivního rozdělení postranic v lůžku při zachování všech požadavků nejen na mobilizaci, ale hlavně na bezpečné používání lůžka klientem a při ošetřování personálem.

Akceptuje zadavatel standardní dělené postranice 50/50, které organizace Domov na Polní ve Vyškově již několik let úspěšně v přímé péči používá?

Dotaz č.5

17.	Možnost variabilního rozmístění postranic podle potřeby uživatele bez nutnosti použití nástrojů. Volba 90 cm / 110 cm postranice u hlavy nebo u nohou.
-----	--

Akceptuje zadavatel standardní

dělené postranice 50/50, které organizace Domov na Polní ve Vyškově již několik let úspěšně v přímé péči používá?

Samozřejmě s požadovanou variabilitou demontáže postranic a jejich libovolné výměny, bez použití nástroje.

Položka – Matrace

Dotaz č.6

1.	Typ matrace: pasivní antidekubitní matrace na vysoké riziko stupně vzniku dekubitů. Výška matrace 16 cm
----	---

Jako dodavatel se zkušenostmi z praxe, jsme přesvědčeni, že standart do klasických lůžek, nikoliv bariatrických (tedy pro klienty s nadměrnou váhouv kategorií a velkými rozměry) je 14 cm

dostačujících hlavně z důvodu nezvýšení ložné plochy lůžka a tedy i snížení bezpečnosti výšky postranic a tedy možnosti pádu klienta, je 14 cm výrazně akceptovatelnější.

Akceptuje zadavatel výšku matrace standardních rozměrů nabídnuté matrace 14 cm?

Dotaz č.7

3.	Nosnost min. 200 kg
----	---------------------

Sekulární trend v tělesné výšce a hmotnosti dospělé populace v České republice

Průměrná hmotnost mužů je 83,6 kg, ženy váží průměrně 69,2 kg – aktuální informace z Google. 99% obyvatel nemá víc, než 140 kg!

Nosnost matrace minimálně 200 kg je v tomto případě neopodstatněná, pokud se nejedná o oddělení pro bariatrické klienty.

Z praxe znamenají matrace s touto vyšší nosností velmi vysoké riziko dekubitů u klientů s průměrnou váhou vzhledem k tvrdosti matrace, která musí umět pojmout váhu 200 kg.

Akceptuje zadavatel nabídnutou matraci s nosností 150 kg, která vyhovuje drtivě většině klientů v sociálních zařízeních?

Dotaz č.8

Profilování horní strany matrace - prořezy

Profilování matrace má z hlediska efektivity prevence proti dekubitům význam pouze u aktivních matrací s kompresorem, u které dochází k výměně vzduchu, tedy změně profilů pod tělem klienta v časových intervalech.

Mnohem větší význam má kvalita a hustota použité pěny, a samozřejmě časté polohování klienta.

Akceptuje zadavatel nabídnuté řešení matrace s rovným povrchem s kombinací různými typů pěn, včetně VISCO, na povrchu bez prořezů, které ale splňuje všechny normy ve zdravotnictví a péčovatelství?“

Odpověď zadavatele na žádost č. 1:

Ad 1)

Zadavatel trvá na uvedené specifikaci zejména z bezpečnostních důvodů, aby obsluha byla upozorněna, že dojde ke snížení lůžka na nejnižší polohu.

Ad 2)

Zadavatel trvá na uvedené specifikaci, neboť hlavním důvodem požadavku na tuto spodní hranici je snížení rizika pádu převážně u skupiny klientů s Alzheimerovou chorobou.

Ad 3)

Zadavatel trvá na uvedené specifikaci. Nastavení střední mobilizační polohy dle výšky klienta nastaví obsluha při příjmu klienta podle jeho výšky a zůstane po celou dobu používání lůžka stejná. Tento parametr jde ruku v ruce s trendem personalizace poskytované služby dle potřeb konkrétních klientů.

Ad 4)

Zadavatel trvá na uvedené specifikaci. Takto rozdělené postranice, dávají možnost personalizovat potřeby konkrétních klientů – například při mobilizaci (na základě výšky klienta).

Ad 5)

Zadavatel trvá na uvedené specifikaci. Takto rozdělené postranice, dávají možnost personalizovat potřeby konkrétních klientů – například při mobilizaci (na základě výšky klienta).

Ad 6)

Zadavatel trvá na uvedené specifikaci. Větší výška je požadována převážně z důvodů vyššího komfortu pro klienty. Zároveň tato výška musí splňovat požadovanou normu na výšku mezi horní hranicí pasivní antidekubitní matrace a horní hranou postranice.

Ad 7)

Zadavatel trvá na uvedené specifikaci. Vyšší objemová hmotnost pěny matrace prodlouží její životnost a zároveň bude zadavatel připraven přijímat klienty s vyšší hmotností.

Ad 8)

Zadavatel trvá na uvedené specifikaci. Prořezy jsou efektivní pro prevenci proti dekubitům hlavně v době mezi polohováním klienta.

II.

V souvislosti s povahou provedené změny zadávací dokumentace zadavatel nemění lhůtu pro podání nabídek.

V Brně dne 19. 11. 2024

CEJIZA, s.r.o.

Mgr. Libuše Podolová, jednatelka