

VYŘIZUJE: Ing. Eva Šafářová
TEL.: 518 601 237
E-MAIL: safarova.eva@nemkyj.cz
DATUM: 29.11.2024

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 06

Veřejná zakázka č. VZ202438 – Dodávka diagnostik a spotřebního materiálu pro imunohematologii HTO včetně bezplatné výpůjčky přístrojového vybavení

Na základě dotazu dodavatele poskytuje zadavatel vysvětlení a změnu zadávací dokumentace k výše uveřejněné veřejné zakázce v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

1. Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost dodavatele

Znění dotazu č. 1:

„Zadavatel dne 30.10.2024 v dokumentu VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 04 na základě dotazu č.1 uvádí, že upravil technické požadavky Příloha č. 3 - Technická specifikace_verze02 a v řádku č.2 akceptoval varianty přístrojového vybavení jak s integrovaným, tak s desktopovým počítačem:

"Desktopový počítač. Práce s desktopovým PC a readerem je minimálně stejně efektivní jako práce s přístrojem s integrovaným PC, navíc přináší výhodu v případě poruchy přístroje, kdy je možné desktopový PC a uživatelský SW dále využívat pro práci – lze nadále přijímat požadavky z LIS, zpracovávat testy, manuálně zadávat výsledky do systému, validovat je a posílat do LIS.

Zadavatel připouští integrovaný i desktopový počítače obě varianty jsou možné.“

Nicméně změna nebyla reflektována v řádku č. 10 Přílohy č.3 - Technická specifikace_ verze02 ani v nové verzi Přílohy č.3 - Technická specifikace_verze03 na základě dotazu č.1 v dokumentu VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 05, a je tak stále v rozporu s řádkem č.2.

Žádáme zadavatele, aby na základě odpovědí na dotazy upravil řádek č.10 technické specifikace následovně:

„reader pro odečet gelových karet s integrovaným či desktopovým počítačem, včetně skeneru pro načítání barkódů použitých diagnostik“

Na základě dotazu č.1 v dokumentu VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 05 byla provedena změna v řádku č.5 Požadavky na diagnostika & imunohematologická vyšetření technické specifikace____ verze03, nicméně její formulace se nám zdá nesrozumitelná, a proto žádáme zadavatele, aby upravil její znění následovně:

„gelová karta pro stanovení antigenů systémů Rh a Kell musí obsahovat tato antiséra: Anti-DVI+, Anti-C, Anti-E, Anti-c, Anti-e, Anti-Cw, Anti-Kell, kontrolní mikrozkušavka -dané rozdělení mikrozkušavek bude akceptováno na více kartách““

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel po zvážení upravil technické požadavky.

Znění dotazu č. 2:

„Podle Přílohy č. 1 Smlouvy a Přílohy č. 2 ZD – Technická specifikace, verze 03, Zadavatel v části „Požadavky na diagnostika & imuno hematologická vyšetření“ požaduje následující:

Všechny antigeny musí být umožněni vyšetřit možnost na více gelových kartách pro stanovení antigenů systémů Rh a Kell musí obsahovat tato antiséra: Anti-DVI+, Anti-C, Anti-E, Anti-c, Anti-e, Anti-Cw, Anti-Kell, kontrolní mikrozkuška

Chtěli bychom se zeptat, zda Zadavatel bude akceptovat i takovou gelovou kartu, která umožní vyšetření všech uvedených antigenů na jedné kartě. Z hlediska zpracování se jedná o uživatelsky vstřícnou variantu (manipulace pouze s jednou kartou místo se dvěma). Proto bychom chtěli požádat Zadavatele o změnu technické specifikace, aby i varianta vyšetření antigenů systému Rh a Kell byla přípustná i na jedné kartě.“

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel po zvážení upravil technické požadavky.

II. Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem**Informace č. 1**

Zadavatel na profil uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace č. 06, včetně nové verze přílohy č. 3 – Technická specifikace.

III. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace**Změna č. 1**

Dokumentace je doplněna následovně:

Příloha č. 3 – Technická specifikace_verze04.docx

Změna č. 2

Zadavatel posoudil poskytnutou změnu zadávací dokumentace a s ohledem na její charakter rozhodl

o prodloužení lhůty pro podání nabídek o celou její původní délku.

Zadavatel upravuje bod **10.1 Lhůta pro podání nabídek** (zadávací dokumentace) na veřejnou zakázku na dodávky takto:

*nové znění: Lhůta pro podání nabídek končí dne **02.01.2025, v 10:00 hod.***

Za zadavatele:

MUDr. Jiří Vyhnal, ředitel