

VYŘIZUJE: Ing. Eva Šafářová
TEL.: 518 601 237
E-MAIL: safarova.eva@nemkyj.cz
DATUM: 29.11.2024

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 01

Veřejná zakázka č. VZ202466 – Ultrazvukový přístroj pro gynekologickou ambulanci

Na základě dotazu dodavatele poskytuje zadavatel vysvětlení a změnu zadávací dokumentace k výše uveřejněné veřejné zakázce v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

1. Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost dodavatele

Znění dotazu č. 1:

„Zadavatel požaduje v technických parametrech požadovaného ultrazvukového přístroje:

- kompletní dezinfikovatelná hardwarová alfanumerická klávesnice pro zadávání údajů umístěná ergonomicky na ovládacím panelu, možnost i výsuvného řešení klávesnice*

Bude zadavatel akceptovat řešení dodání přístroje se softwarovou alfanumerickou klávesnicí, která je ergonomicky umístěná na dotykovém panelu, který je kompletně dezinfikovatelný?“

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel akceptuje návrh řešení.

Znění dotazu č. 2:

„Zadavatel: požaduje v technických parametrech požadovaného ultrazvukového přístroje:

- možnost rozšířit o automatické detekce základních řezů fetálního srdce z nasnímaného 3D objemu (9 řezů dle protokolu AIUM) včetně zobrazení berevného Doppleru*

Bude zadavatel akceptovat řešení renovovaného výrobce, kdy pomocí sw na bázi umělé inteligence (AI) umožní vyšetřujícímu jednoduše zobrazit základní srdeční roviny z 2D obrazu?“

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel akceptuje návrh řešení.

Zadavatel rozhodl lhůtu pro podání nabídek neproloužit.

Za zadavatele:

MUDr. Jiří Vyhnal, ředitel