



## NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace

U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav

telefon: +420 519 315 111, fax +420 519 372 112, [www.nembv.cz](http://www.nembv.cz)

IČO: 00 390 780, DIČ: CZ00390780, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, pod sp. zn. Pr. 1233

Č.j.: 485/SŘ/2024

V Břeclavi dne 13. 12. 2024

### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 14

**Název zakázky:** „Urgentní příjem Nemocnice Břeclav“

#### Údaje o zadavateli:

Název: Nemocnice Břeclav, p.o.  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČ/DIČ: 00390780 / CZ00390780  
Sídlo: Břeclav, U Nemocnice 3066/1, PSČ 690 02  
Zapsaná v OR: KS Brno, odd. Pr, vložka 1233  
Statutární zástupce: Ing. Petr Baťka, ředitel  
Kontaktní osoba: Ing. Václav Mikulica – vedoucí HTU  
e-mail: mikulica@nembv.cz

(dále jen „**zadavatel**“)

#### I.

Dne 11. 12. 2024 byla zadavateli doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce (dále jen „Dotaz“). Žádost byla doručena včas a zadavatel tak sděluje následující:

#### **Dotaz:**

*Zadavatel v rámci D.1.4.6 Zdravotnické vybavení mj požaduje položky 80027 chladnička na léky a 80455 mraznička elektrická. Tyto chladničky jsou ve výkresové dokumentaci umístěné v sesterně č. 108 na 1 půdorysném místě, patrně tedy budou myšleny nad sebou.*

*Bude zadavatel akceptovat či požadovat jako řešení jeden kombinovaný model chladničky a mrazničky pro skladování léčiv, kde je mrazící část dole a horní část je prosklená chladnička, nebo bude trvat na zadání pro dané položky následně definuje nové umístění? Pokud zadavatel bude požadovat dva samostatné produkty, dovolujeme si upozornit na absenci technických požadavků položky 80455 mraznička elektrická a prosíme o doplnění.*

#### **Odpověď zadavatele na Dotaz:**

Zadavatel trvá na specifikaci a požaduje dva samostatné produkty, především z důvodu případné poruchy zařízení, kdy nedojde k celkovému výpadku. Umístění je v tuto chvíli nedůležité, nicméně je tu předpoklad, že budou umístěné nad sebou. Je tedy nutné dodržení

daných rozměrů. Pokud nejsou některé parametry uvedeny, nejsou pro zadavatele důležité. Zadavatel tedy nebude akceptovat řešení s jedním kombinovaným modelem.

## II.

Zadavatel výše uvedené vysvětlení zadávací dokumentace poskytl v zákonné lhůtě ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

**Jelikož zadavatelem poskytnuté vysvětlení nemění zadávací podmínky, zadavatel neprodlužuje lhůtu k podání nabídek k předmětné veřejné zakázce.**

.....  
**Ing. Petr Bařka**  
ředitel