

Centrální zadavatel:
CEJIZA, s.r.o.
se sídlem: Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 28353242

Název výběrového řízení na uzavření rámcové dohody:
„Dodávky injekčních jehel a stříkaček 2025-2026“
(dále jen „výběrové řízení“)

na základě které budou zadávány veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky v souladu s ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), mimo režim zákona

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

Zadavatel ve věci výše uvedeného výběrového řízení obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

I.

Žádost č. 2 ze dne 10. 12. 2024

„Dobrý den,
zasíláme dotaz k části 2 – Injekční stříkačky.
Zadavatel požaduje u injekční stříkačky 50ml umístění kónusu excentricky a u injekční stříkačky 60 ml pro podání výživy do výživových sond umístění katétu centrálně. Umožní zadavatel nabídnout do zakázky injekční stříkačky 50ml s centrálně umístěným kónusem a injekční stříkačku 60 ml pro podání výživy s katétrem umístěným excentricky?“

Žádost č. 3 ze dne 12. 12. 2024

„dobrý den, chtěli bychom zadavatele požádat o prodloužení lhůty pro dodání vzorků o 7 pracovních dnů. Ne všechny vzorky máme na skladě a proto bychom je nestihli dodat do dne lhůty pro podání nabídky.“

II.

Zadavatel uvádí, že se výše uvedeným dotazem zabývá a vysvětlení poskytne v následujícím vysvětlení, změně nebo doplnění zadávací dokumentace.

S ohledem na nezodpovězený dotaz v rámci této žádosti o vysvětlení, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek stanovenou v čl. 8 odst. 8.4 Výzvy k podání nabídky následovně:

Lhůta pro podání nabídek: do 6. 1. 2025 do 10:00 hodin

Všechna ostatní ustanovení zadávací dokumentace předmětného výběrového řízení zůstávají zachována.

V Brně dne 13. 12. 2024

CEJIZA, s.r.o.
Mgr. Libuše Podolová, jednatelka