

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 05

V souladu s ustanovením § 98 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vydává veřejný zadavatel:

Název zadavatele:	Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
IČ a DIČ:	00839205, není plátc DPH
Sídlo zadavatele:	Nosálovice, 682 01 Vyškov, Purkyňova 235/36 CZ
Statutární zástupce:	JUDr. Zdeněk Horák, MBA, ředitel nemocnice
Zastoupený:	Ing. Jaromírem Herzánem, vedoucím obchodního oddělení
Tel:	+420 517 315 149 Fax: +420 517 315 118
e-mail:	herzan@nemvy.cz
Kód NUTS:	CZ 064
Kód obce zadavatele (ZÚJ):	592889
Kontaktní osoba:	Milan Pavlun
Tel:	603 251 031
e-mail:	pavlunmilan@centrum.cz

(dále jen „zadavatel“)

Vysvětlení zadávací dokumentace zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem:

„Výdejní systém pro rozvoz stravy II.“

(dále také zakázka)

Evidenční číslo veřejné zakázky: Z2024-054450 Označené: VZD/05/25

Jedná se o tyto informace:

Dotaz č. 1/05

Zadávací podmínky veřejné zakázky „Výdejní systém pro rozvoz stravy II.“ v části požadované technické specifikace jsou stanoveny v rozporu se základními zásadami dle § 6 odst. 1 a 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), dále v rozporu s ust. § 36 odst. 1 a § 89, odst. 5 ZZVZ, kdy technická specifikace nepřímo odkazuje na konkrétní výrobky, a sice tabletový systém Stierlen Combi set, aniž by to bylo odůvodněno předmětem veřejné zakázky, a aniž by stanovení technických podmínek veřejné zakázky podle § 89 ZZVZ nemohlo být jinak dostatečně přesné nebo srozumitelné, což určitým dodavatelům bezdůvodně zaručuje konkurenční výhodu a bezdůvodně znemožňuje hospodářskou soutěž. Ani po zveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace nebyla technická specifikace upravena tak, aby bylo možné nabídnout tabletové systémy jiných výrobců. Souhrn všech parametrů odpovídá opět jen tabletovému systému Stierlen Combi set a kombinace stanovených parametrů vylučuje možnost nabídnout jiné výrobky. Jednotlivé omezující parametry jsou uvedeny v bodech níže. Žádáme o úpravu technické specifikace v souladu se ZZVZ.

Zadavatel v zadávací dokumentaci požaduje integrovaný držák karet, tento požadavek splňuje aktuálně na trhu pouze Stierlen typ Combi set. Viz.obrázek Stierlen Combi Set níže.



Držák karet plní funkci uchycení karty, což ostatní výrobci tabletového systému řeší použitím držáku karet, který je buď volně umístěn v otevřené části spodního dílu tabletu, nebo uchycen (zaklapnut) na vnějším rámu spodního dílu tabletu – tento způsob provedení držáků karet je naprosto běžnou praxí a je vhodný k mytí v myčce nádobí. Umístění držáku karet na vnější rám spodního dílu tabletu nijak neovlivňuje použitelnost celku a ani neomezuje manipulaci s tabletovým systémem. Nehrozí zde zadavatelem zmíněná záměna vydané dietní karty pacientovi, naopak nabízené držáky karet zvyšují efektivitu, jelikož oproti požadovanému řešení, je karta v držáku pevně uchycena. Žádáme o možnost nabídnout tabletový systém, jehož držák karet nebude integrovanou součástí tabletu.

Odpověď č. 1/05

Zadavatel přezkoumal výhrady žadatele a rozhodl o změně některých podmínek a požadavků předmětného zadávacího řízení, a proto tímto ruší:

- znění Svazku č.1.2 zadávací dokumentace „Podmínky zadávacího řízení“ v plném rozsahu a nahrazuje ho novým zněním tohoto svazku označeného Svazek č.1.3 Podmínky zadávacího řízení“ název souboru „250114_sv.c_1.3_ZD_TabII“, který tvoří přílohu tohoto VZD/05/25. Při zpracování nabídky musí dodavatele ve všech částech ZD odkazujících se na „Svazek č.1 Podmínky zadávacího řízení“ využít „Svazek č.1.3 Podmínky zadávacího řízení“.
- Zadavatel tímto ruší znění části zadávací dokumentace označené „Svazek č.4.2 Technická specifikace předmětu plnění zakázky“ v plném rozsahu a nahrazuje ji novou částí zadávací dokumentace označenou „Svazek č.4.3 Technická specifikace předmětu plnění zakázky“ název souboru „250114_sv.c.4.3_Specifikace_ZD_TabII“, který tvoří přílohu tohoto VZD/05/25. Při zpracování nabídky musí dodavatele ve všech částech ZD odkazujících se na „Svazek č.4 Technická specifikace předmětu plnění zakázky“ využít „Svazek č.4.3 Technická specifikace předmětu plnění zakázky“.

Zadavatel vyhověl žádosti žadatele a umožnil nabídnout tabletový systém, jehož držák karet nebude integrovanou součástí tabletu.

Dotaz č. 2/05

Zadavatel v zadávací dokumentaci opakovaně definuje u položky č.1-2 V bodě f. – Výška tabletu v uzavřeném stavu musí být maximálně 102 mm. Vysvětlení zadavatele se však bezpředmětně vztahuje právě na tuto výšku. Jak již bylo zmíněno, standartní rozteč v transportním vozíku je 115 mm. Tudíž i tablet s tolerancí 10% k zadané výšce nenavýší celkovou výšku transportních vozíků a nijak neomezí manipulaci personálu s tabletem. Odkládací vozíky mají toleranci 10% v rozměrech šxhvx a v kapacitě uložených tabletů 10%, viz. popis níže. Zadavatel tedy svojí odpovědí popírá toleranci u výšky tabletu, kterou umožňuje u odkládacích vozíků, viz. Popis vozíků 11-12. Žádáme o možnost nabídnout tabletový systém s celkovou výškou s tolerancí 10% k uvedenému rozměru 102 mm.

Popis vozíků 11 - 12

Vozík na horní a spodní díl tabletu
vyrobený z chromniklové oceli 18/10
rozměry 1360x638x1858mm šxhvx +/- 10%
rozteč mezi policemi 405
kapacita 76 horních dílů nebo 108 spodních dílů tabletů +/- 10%
nosnost jednotlivých polic 50 kg, celková nosnost 200 kg +/- 10%
hmotnost max. 36 kg;
součástí každého vozíku musí být min. 1 Ks nastavitelné zarážky – mezistěny pro zabránění nekontrolovaného pohybu uloženého dílu tabletu.
Odpověď č. 2/05
Zadavatel vyhověl žádosti žadatele a umožnil nabídnout tabletový systém s výškou s tolerancí 10% k požadovanému rozměru 102 mm.

Dotaz č. 3/05

Zadavatel požaduje stohovatelný tablet, zejména kvůli servírování jídla pacientům, kde se pacientovi položí vrchní díl tabletu pod spodní díl tabletu. Není tedy rozhodující faktor, zda je část tabletu s polévkovou miskou zakrytá či odkrytá při zaklopení vrchním dílem tabletu, jelikož před zahájením stravování se právě vrchní díl tabletu uloží pod spodní díl tabletu. Zadavatel požaduje dvouplášťovou misku na polévku s víčkem. Žádáme, aby bylo umožněno nabídnout tabletový systém, kdy v přepravním stavu je zakryta i miska na polévku, neboť na základě požadavku dle bodu g. nebude nijak omezeno stravování pacientů a ani žádným způsobem nebude omezena manipulace s tabletovým systémem ze strany personálu, tablet bude splňovat požadavek na stohovatelnost. V této souvislosti žádáme o úpravu specifikace - snížení počtu rozdělených částí v otevřeném prostoru zakrytého tabletu na min. 1. Zadavatel opakuje požadavek na salátovou misku, která má být dle ZD umístěna v uzavřené části tabletu.

Odpověď č. 3/05

Zadavatel vyhověl žádosti žadatele a umožnil nabídnout tabletový systém, kdy v přepravním stavu je zakryta i miska na polévku.

Dotaz č. 4/05

Zadavatel požaduje maximální hmotnost tabletu (horního a spodního dílu bez nádobí) 2000 g s tolerancí 10%, žádáme o navýšení tolerance na 15%, aby bylo možné nabídnout tabletové systému více výrobců.

Odpověď č. 4/05

Zadavatel vyhověl žádosti žadatele a umožnil nabídnout tabletový systém o vyšší hmotnosti.

Dotaz č. 5/05

Z požadavků zadavatele vyplývá požadavek přepravy stravy bez přelití jídla přes okraj talíře v tabletovém systému. Mělký talíř s výškou 28 mm je dle testování vzorků (v rámci zrušeného zadávacího řízení) nevyhovující kvůli sklonu transportní trasy, kterou musí transportní tabletové vozíky projíždět. Dle sdělení vedoucí stravovacího provozu je z tohoto důvodu vyžadováno víko na jídelní talíř uvnitř tabletu. Můžeme nabídnout variantu hlubšího mělkého talíře, ca. 33 mm, který zajistí, že nedojde při transportu k přelití jídla přes okraj talíře, přičemž vrchní díl tabletu izotermicky odděluje každou překrývanou část?

Samostatně dodávané víko na talíř je pak možno využít v případech, kdy se využívá jen spodní část tabletového systému (např. snídaně, studené večeře, těstovinové saláty apod.) a hlavní talíř se přikrývá pouze víkem. Víko je kompatibilní s talířem, ale nemusí splňovat podmínku, že vrchní díl tabletu musí překrýt talíř vč. víka.

Odpověď č. 5/05

Zadavatel vyhověl žádosti žadatele a umožnil nabídnout tabletový systém, který nemusí splňovat podmínku, že vrchní díl tabletu musí překrýt talíř vč. víka.

INFORMACE č. 6/05

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. V této souvislosti v souladu s ustanovením odst.4) §98 ZVZZ rozhodl zadavatel o prodloužení lhůty pro podání nabídek, protože zpracování odpovědi na obdrženou žádost přesáhne zákonem stanovenou lhůtu. Zadavatel proto upravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) následovně:

- nové znění bodu „Lhůta pro podání nabídek“ - den: 24.2.2025
- nové znění bodu „Datum otevírání podání: 24.2.2025

Opravné Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) bude zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie (TED).

Příloha:

Svazek č.1.3 Podmínky zadávacího řízení“ název souboru „250114_sv.c_1.3_ZD_TabII“.

Svazek č.4.3 Technická specifikace předmětu plnění zakázky“ název souboru „250114_sv.c.4.3_Specifikace_ZD_TabII“.

.....
Ing. Jaromír Herzán
vedoucí obchodního oddělení
Nemocnice Vyškov, p. o.