



NEMOCNICE HUSTOPEČE

příspěvková organizace Jihomoravského kraje

držitel certifikátu dle ČSN EN ISO 9001:2016

Brněnská 716/41, 693 01 Hustopeče

Tel.: 519 407 311, fax: 519 407 399, e-mail: sekretariat@nemhu.cz

Příloha č. 3 – Technická specifikace

Technická specifikace: Rektoskop včetně zdroje světla

- Kalibrovaný rigidní rektoskop
- Tubus opatřený stupnicí
- Vnější průměr tubusu: max 20 mm
- Vnitřní průměr tubusu: min 16 mm
- Délka tubusu: max 300 mm
- Gumový balonek s ventilem pro vytvoření přetlaku
- Ucpávka se skleněným průzorem
- Ucpávka pro nástroje
- Halogenový dvoukanálový zdroj studeného světla s ohebným světlovodným kabelem
- Kufřík pro uložení rektoskopu

Vyhrazujeme si právo předmět dodávky před podpisem smlouvy vyzkoušet z důvodu ověření splnění technických požadavků.

V Hustopečích

Ing. Petr Baťka
ředitel