

**Věc: Doplnující dotaz k zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu:
„Rektoskop“**

S odvoláním se na vaší výzvu k podání nabídky na výběr dodavatele k veřejné zakázce malého rozsahu “Rektoskop” a související zadávací dokumentace, respektive specifikace minimálních technických parametrů, žádáme o vyjádření zadavatele k níže specifikovaným dodatečným dotazům souvisejícím s touto veřejnou zakázkou.

Dotaz č. 1:

Zadavatel v technické specifikaci požaduje :

- Halogenový dvoukanálový zdroj studeného světla s ohebným světlovodným kabelem

Bude zadavatel akceptovat zdroj světla LED s výhodou silnějšího bílého světla s větší životností cca 20 000 hodin, světla třetí generace.... ?

Dotaz č. 2:

Zadavatel v technické specifikaci požaduje :

- Kufřík pro uložení rektoskopu

Bude zadavatel akceptovat sterilizační box, který poslouží jak k uložení, tak ke sterilizaci rektoskopu?

V Kutné Hoře dne 3.2.2025

Ing. Matyáš Ludvík
jednatel