



Vysvětlení zadávací dokumentace

„Rektoskop“

Na základě dotazu uchazeče zaslaného dne 03.02.2025 vám níže zasíláme vysvětlení zadávací dokumentace.

V textu uvádíme vykopírované přesné znění vašich dotazů, odpovědi uvedeny červeně.

1)

Dotaz č. 1:

Zadavatel v technické specifikaci požaduje :

- Halogenový dvoukanálový zdroj studeného světla s ohebným světlovodným kabelem

Bude zadavatel akceptovat zdroj světla LED s výhodou silnějšího bílého světla s větší životností cca 20 000 hodin, světla třetí generace.... ?

Zadavatel bude akceptovat v nabídce Vámi uvedený zdroj LED světla.

2)

Dotaz č. 2:

Zadavatel v technické specifikaci požaduje :

- Kufřík pro uložení rektoskopu

Bude zadavatel akceptovat sterilizační box, který poslouží jak k uložení, tak ke sterilizaci rektoskopu?

Zadavatel bude akceptovat Vámi popsaný box.

S pozdravem

Ing. Petr Bařka

ředitel

Nemocnice Hustopeče, p.o.