

VYŘIZUJE: Ing. Eva Šafářová
TEL.: 518 601 237
E-MAIL: safarova.eva@nemkyj.cz
DATUM: 06.02.2025

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 01

Veřejná zakázka č. VZ202501 - Sterilizátor

Na základě dotazu dodavatele poskytuje zadavatel vysvětlení a změnu zadávací dokumentace k výše uveřejněné veřejné zakázce obdobně s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

I. Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost dodavatele

Znění dotazu č. 1:

„Prosím bude zadavatel akceptovat úpravnu vody jako součást dodávky přístroje, a ne integrovanou v přístroji? Úpravna vody je samostatné příslušenství a neinstaluje se dovnitř zařízení, ale do jeho skříňky nebo přímo na přípojku vody, aby byl snadný servisní přístup k výměně filtrů.“

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel akceptuje úpravnu vody pouze tak, jak uvádí v technické specifikaci "Úpravna vody na požadovanou kvalitu integrovaná v přístroji" a to z důvodu nedostatku místa.

Zadavatel rozhodl lhůtu pro podání nabídek neprodloužit.

Za dodavatele: