
Nemocnice Hustopeče
Brněnská 716/41
693 01 Hustopeče

Dne 18.02.2025

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace
VZ: „UZV pro interní ambulanci“

Prosíme o vysvětlení zadávací dokumentace.
Naše dotazy:

Dotaz č. 1

1. parametr:

Kontinuální CW Doppler na všech sondách

- **Dotaz:** Bude zadavatel akceptovat přístroj, který využívá CW (kontinuální doppler) pouze na kardiovaskulární sektorové sondě při zachování medicínského účelu?

Dotaz č. 2

2. Parametr:

Přístroj musí umožňovat měření průtoku v cévě (zejména objemu) bez použití dopplerovské křivky pouze z B obrazu a Flow.

- **Dotaz:** Parametr nepřináší žádný klinický benefit, bude zadavatel akceptovat přístroj, který umožňuje měření průtoku v cévě s použitím dopplerovské křivky při zachování diagnostické výtěžnosti?

Děkujeme za vysvětlení a jsme s pozdravem