



Vysvětlení zadávací dokumentace

„UZV pro interní ambulanci“

Na základě dotazu uchazeče zaslaného dne 18.02.2025 vám níže zasíláme vysvětlení zadávací dokumentace.

V textu uvádíme vykopírované přesné znění dotazu, odpověď uvedena červeně.

1)

Dotaz č. 1

1. parametr:

Kontinuální CW Doppler na všech sondách

- **Dotaz:** Bude zadavatel akceptovat přístroj, který využívá CW (kontinuální doppler) pouze na kardiovaskulární sektorové sondě při zachování medicínského účelu?

- Zadavatel trvá na podmínkách zadávací dokumentace, včetně technické specifikace, která je přílohou zadávacích podmínek jako příloha č. 3

2)

Dotaz č. 2

2. Parametr:

Přístroj musí umožňovat měření průtoku v cévě (zejména objemu) bez použití dopplerovské křivky pouze z B obrazu a Flow.

- **Dotaz:** Parametr nepřináší žádný klinický benefit, bude zadavatel akceptovat přístroj, který umožňuje měření průtoku v cévě s použitím dopplerovské křivky při zachování diagnostické výtěžnosti?

- Zadavatel trvá na podmínkách zadávací dokumentace, včetně technické specifikace, která je přílohou zadávacích podmínek jako příloha č. 3

S pozdravem

Ing. Petr Baťka

ředitel

Nemocnice Hustopeče, p.o.