



NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace

U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav

telefon: +420 519 315 111, fax +420 519 372 112, www.nembv.cz

IČO: 00 390 780, DIČ: CZ00390780, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, pod sp. zn. Pr. 1233

Č.j.: 132/SŘ/2025

V Břeclavi dne 12. 3. 2025

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název zakázky: **„CELOTĚLOVÁ PLETYSMOGRAFIE“**

Údaje o zadavateli:

Název: Nemocnice Břeclav, p.o.
Právní forma: příspěvková organizace
IČ/DIČ: 00390780 / CZ00390780
Sídlo: Břeclav, U Nemocnice 3066/1, PSČ 690 02
Zapsaná v OR: KS Brno, odd. Pr, vložka 1233
Statutární zástupce: Ing. Petr Baťka, ředitel
Kontaktní osoba: Ing. Rudolf Slovenský, vedoucí OZT,
E-mail: slovensky@nembv.cz

(dále jen „**zadavatel**“)

I.

Dne 10. 3. 2025 byla zadavateli doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce (dále jen „Dotaz“). Žádost byla doručena včas a zadavatel tak sděluje následující:

DOTAZ č. 1:

Zadavatel požaduje v Příloze č. 1 zadávací dokumentace Specifikace předmětu plnění VZ tento technický požadavek: Bezbariérový přístup pro invalidní pacienty, zabezpečený nízkou nástupní hranou a výsuvnou židlí.

Účastník poskytuje obdobné technické řešení, kdy vyšetření je možné provádět při otevřených dveřích, nebo osobu usadit do kabiny.

Odpověď zadavatele na Dotaz 1:

Zadavatel trvá na specifikaci bezbariérového přístupu s ohledem na fyzické možnosti personálu a nemožnosti vyšetření bodyplektismografie s otevřenou kabinou.

DOTAZ č. 2:

Zadavatel požaduje v Příloze č. 1 zadávací dokumentace Specifikace předmětu plnění VZ tento technický požadavek: Výškově nastavitelná židle a stativ se snímačem, a to i zvenčí při zavřené kabině.

Účastník poskytuje obdobné technické řešení, kdy výšku židle a stativu se snímačem lze nastavit před zavřením dveří.

Odpověď zadavatele na Dotaz 2:

Zadavatel trvá na specifikaci a požadavku nastavení snímače zvenci při zavřené kabině, a to zejména korekce nastavení výšky snímače při již spuštěném měření (klidovém dýchání), a to bez nutnosti neustále otvírat dveře, či přerušovat měření. Správná poloha pacienta při vyšetření je důležitou součástí průběhu měření s validním výsledkem.

DOTAZ č. 3:

Zadavatel požaduje v Příloze č. 1 zadávací dokumentace Specifikace předmětu plnění VZ tento technický požadavek: Propojitelnost s přístrojem pro měření vydechovaného NO.

Účastník nabízí takové řešení, které není propojitelné s přístrojem pro měření vydechovaného NO. Účastník však má za to, že výsledkem tohoto měření je jedna hodnota, kterou lze vyhodnotit samostatně a zapsat do hodnocení vyšetření.

Odpověď zadavatele na Dotaz 3:

Zadavatel trvá na specifikaci a propojitelnosti s měřením vydechovaného NO právě s ohledem na nutnost přepisování hodnot do hodnocení vyšetření.

II.

Zadavatel výše uvedené vysvětlení zadávací dokumentace poskytl v zákonné lhůtě ve smyslu § 98 ZZVZ. **Jelikož zadavatelem poskytnuté vysvětlení nemění zadávací podmínky, zadavatel neprodlužuje lhůtu k podání nabídek k předmětné veřejné zakázce.**

.....
Ing. Petr Bařka
ředitel