

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

zadávacího řízení s názvem

SCREENING V NEMOCNICI TGM HODONÍN - KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM - VEŘEJNÁ ZAKÁZKA „SESTAVA PRO FLEXIBILNÍ KOLONOSKOPII“

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název	Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace
Sídlo	Purkyňova 11, 695 01 Hodonín
IČ/DIČ	00226637 / CZ00226637
Zástupce	Ing. Jiří Koliba, ředitel
Kontaktní osoba	Mgr. Tomáš Hebký
E-mail	verejnezakazky.hebký@email.cz
www	https://www.nemho.cz/

II. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

Název	Screening v Nemocnici TGM Hodonín - kolorektální karcinom - veřejná zakázka „Sestava pro flexibilní kolonoskopii“
Druh zadávacího řízení	Zjednodušené podlimitní
Druh zakázky	Dodávky
Režim veřejné zakázky	Podlimitní
Adresa profilu zadavatele	https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_109.html
ID zakázky	39700

III. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

- 1) Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě žádosti dodavatele včetně přesného znění této žádosti:

Znění dotazu:

Zadavatel uvádí v Příloze 1 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky požadovaný parametr: "Integrovaná technologie pro 3D vizualizování polohy endoskopu během vyšetření, kompatibilním se zařízením"

ZNĚNÍ DOTAZU: Uchazeč se domnívá, že pokud zadavatel nedisponuje systémem navigace pro zobrazení polohy endoskopu v reálném čase a ani tento systém neplánuje vzhledem k jeho vysoké finanční nákladnosti v brzké době pořídit, pak tento požadavek na kolonoskop zbytečně zužuje okruh potenciálních dodavatelů.

Mohl by zadavatel akceptovat nabídku přístroje, která nebude splňovat tento jeden konkrétní parametr?

Výše uvedenou akceptací by zadavatel rozšířil potencionální okruh uchazečů, zvýšil by tím tak hospodářskou soutěž a umožnilo by to tak zadavateli získat případnou výhodnější nabídku.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel nebude akceptovat nabídku přístroje, který nebude splňovat tento jeden konkrétní parametr.

Zadavatel trvá na původním znění Přílohy 1 - Technické specifikace předmětu veřejné zakázky. Zadavatel připravuje pořízení systému navigace pro zobrazení polohy endoskopu v reálném čase.

V Hodoníně, dne 09.04. 2025

Ing. Jiří Koliba, ředitel