

Centrální zadavatel:

CEJIZA, s.r.o.

se sídlem: Žerotínovo náměstí 449/3, Veverí, 602 00 Brno

IČO: 28353242

(dále jen „**zadavatel**“)

Veřejná zakázka:

„DNS 33 – Stolky 1“

veřejná zakázka zadávaná v dynamickém nákupním systému s názvem „**Dynamický nákupní systém na dodávky lůžek, matrací, stolků a evakuačních podložek 2023–2026**“ ve smyslu ust. § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“).

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

dle ust. § 98 ZZVZ

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

I.

Žádost č. 1 ze dne 14. 4. 2025:

„Dotaz č. 1

Parametr - 7. Jídelní deska s vyvýšenými okraji (min. 2 strany) pro umístění tabletového systému o rozměrech 53x37cm. Může uchazeč zadavateli nabídnout jídelní desku s vyvýšenými okraji po celém svém obvodu o rozměrech 56x35cm? Vnější rozměr jídelní desky (mezi okraji) je 54 x 32,5cm.

Dotaz č.2

Parametr - 9. Vysoká zásuvka (pro objemnější věci) ve spodní části stolku. Může uchazeč zadavateli nabídnout stolek, kde ve spodní části stolku budou dvířka? Spodní skříňka s dvířky je přizpůsobena pro vložení 1,5l PET lahve.“

Odpověď zadavatele na žádost č. 1:

Ad 1)

Zadavatel trvá na požadované specifikaci jídelní desky s vyvýšenými okraji minimálně na dvou stranách a s rozměry umožňujícími umístění tabletového systému o rozměrech 53 × 37 cm. Důvodem je zajištění bezproblémového servírování obědů pacientům přímo na pokojích daného oddělení, kam budou patientské stolky umístěny. Nabízená varianta s vyvýšenými okraji po celém obvodu a s menšími vnitřními rozměry (54 × 32,5 cm) neumožňuje požadované umístění tabletového systému, a proto ji nelze akceptovat.

Ad 2)

Zadavatel rovněž trvá na požadavku vysoké zásuvky ve spodní části stolku. Tento parametr je stanoven z důvodu snadnější manipulace a univerzálního umístění stolku k lůžku pacienta, kdy zásuvka umožňuje přístup z obou stran bez omezení, která by mohla vzniknout při použití dvířek. Nabídka spodní skříňky s dvířky tedy nenaplnuje požadavky zadavatele.

II.

V souvislosti s povahou provedené změny zadávací dokumentace zadavatel nemění lhůtu pro podání nabídek.

V Brně dne 15. 4. 2025

CEJIZA, s.r.o.

na základě plné moci

Mgr. Dušan Baranovič